

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo..:** 23081.007852/2008-36 **Pregão SRP** / 2008 **Data da Emissão:** 18/06/2008**Abertura: Dia:** 02/07/2008 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Curativo Hidrocolóide, estéril composto por uma camada adesiva interna com 3 (três) hidrocolóides (gelatina,pectina e carboximetilcelulose sódica), poliisobutileno e polímeros elastoméricos adicionados a fórmula. Com uma camada externa de poliuretano que oferece uma barreira bacteriana/viral, tamanho de 10 x 10cm, SEM BORDAS ADESIVAS. * Embalagem compatível com a legislação vigente, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade e o nº do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 (doze) meses a partir da data da entrega. Marca aprovada: >> Convatec >> Kendall >> Johnson & Johnson	Unidade	12,0000	1.600,00	_____	_____
2	Bolsa para Colostomia/Ileostomia, para Adultos, recortável, drenável, descartável, bolsa confeccionada em plástico atóxico e TRANSPARENTE, com barreira protetora periestomal flexível em resina sintética e adesivo microporoso hipoalergênico de 3ª (terceira) geração, com guia de medição impressa para recorte de 19mm à 64mm, revestido com papel parafinado ou outro material de fácil remoção. Na parte posterior da bolsa possuir tela protetora não aderente; com clamp de segurança para o fechamento da bolsa. * Embalagem compatível com a legislação vigente, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade e o nº do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 (doze) meses a partir da data da entrega. Marca aprovada: >> Convatec >> Coloplast	Unidade	6,8000	1.600,00	_____	_____
3	Bolsa para Urostomia, para Adultos, recortável, drenável, descartável, bolsa confeccionada em plástico atóxico e TRANSPARENTE, com barreira protetora periestomal flexível em resina sintética e adesivo microporoso hipoalergênico de 3ª (terceira) geração, com guia de medição impressa para recorte de 19mm à 45mm, revestido com papel parafinado ou outro material de fácil remoção. Na parte posterior da bolsa possuir tela protetora não aderente; com clamp de segurança para o fechamento	Unidade	13,0000	1.000,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	da bolsa. * Embalagem compatível com a legislação vigente, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade e o nº do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 (doze) meses a partir da data da entrega. Marca aprovada: >> Convatec >> Coloplast					
4	Cateter Mono Lumen para Acesso Venoso Central 14Ga/Fr com 20cm de comprimento, Adulto, venoso, radiopaco, com clamp em cada via, conexão em luer lock, + kit completo para implante. * Embalagem compatível com a legislação vigente, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade e o nº do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 (doze) meses a partir da data da entrega. Marca aprovada: >> Arrow, >> Balton, >> Medex	Unidade	28,0000	320,00	_____	_____
5	Cateter Duplo Lumen para Acesso Venoso Central 7Fr x 20cm de comprimento, Adulto, radiopaco, com clamp em cada via, conexão em luer lock, + kit completo para implante. * Embalagem compatível com a legislação vigente, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade e o nº do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 (doze) meses a partir da data da entrega. * ROPM do SIH/SUS: 07.02.04.015.0 Marca aprovada: >> Arrow, >> Balton, >> Medex >> Biomedical	Unidade	52,0000	400,00	_____	_____
6	Sonda Nasal para Alimentação Enteral, modelo NEONATO com diâmetro de 6 FR com tamanho aproximado de 55/60cm de comprimento, atóxica, apirogênica e radiopaca, confeccionada em POLIURETANO, flexível para efetuar uma introdução suave e sem traumas e adaptar-se facilmente a anatomia do paciente. O tubo deverá possuir o mesmo diâmetro externo da ponta, sem a presença de rebarbas, rebaixes ou saliências. Deverá conter marcas indicadoras de espaçamento ao longo do tubo para	Unidade	18,0000	120,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	posicionamento, conector proximal duplo lúmen em " Y " (com tampas de vedação para todas as vias de acesso), ser compatível a qualquer tipos de equipos de DIETA e seringas, permitindo o acesso na segunda via para assepsia, administração de água e medicamentos, multi-orifícios nas laterais, com presença ou não de orifício central, fio guia deve ser de aço inox confeccionado em forma de espiral ou similar, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Medicone >> Rivero/Ribral					
7	Sonda Nasal para Alimentação Enteral, modelo INFANTIL com diâmetro de 8 FR com tamanho aproximado de 60cm de comprimento, atóxica, apirogênica e radiopaca, confeccionada em POLIURETANO, flexível para efetuar uma introdução suave e sem traumas e adaptar-se facilmente a anatomia do paciente. O tubo deverá possuir o mesmo diâmetro externo da ponta, sem a presença de rebarbas, rebaixes ou saliências. Deverá conter marcas indicadoras de espaçamento ao longo do tubo para posicionamento, conector proximal duplo lúmen em " Y " (com tampas de vedação para todas as vias de acesso), ser compatível a qualquer tipos de equipos de DIETA e seringas, permitindo o acesso na segunda via para assepsia, administração de água e medicamentos, multi-orifícios nas laterais, com presença ou não de orifício central, fio guia deve ser de aço inox confeccionado em forma de espiral ou similar, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Abbott >> Medicone	Unidade	18,0000	120,00	_____	_____
8	Sonda Nasal para Alimentação Enteral, modelo ADULTO com diâmetro de 10 FR com tamanho aproximado de 114/130cm de comprimento, atóxica, apirogênica e radiopaca, confeccionada em POLIURETANO, flexível para efetuar uma introdução suave e sem traumas e adaptar-se facilmente a anatomia do paciente. O tubo deverá possuir o mesmo diâmetro externo da ponta, sem a presença de rebarbas, rebaixes ou saliências. Deverá conter marcas indicadoras de espaçamento ao longo do tubo para posicionamento, conector proximal duplo lúmen em " Y " (com tampas de vedação para todas as vias de acesso), ser compatível a qualquer tipos de equipos de DIETA e seringas, permitindo o acesso na segunda via para assepsia, administração de água e medicamentos, multi-orifícios nas laterais, com presença ou não de orifício central, fio guia deve ser de aço inox confeccionado em forma de espiral ou similar, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Abbott	Unidade	18,0000	400,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	>> Medicone >> Rivero/Ribral					
9	Sonda Nasal para Alimentação Enteral, modelo ADULTO com diâmetro de 12 FR com tamanho aproximado de 114/130cm de comprimento, atóxica, apirogênica e radiopaca, confeccionada em POLIURETANO, flexível para efetuar uma introdução suave e sem traumas e adaptar-se facilmente a anatomia do paciente. O tubo deverá possuir o mesmo diâmetro externo da ponta, sem a presença de rebarbas, rebaixes ou saliências. Deverá conter marcas indicadoras de espaçamento ao longo do tubo para posicionamento, conector proximal duplo lúmen em " Y " (com tampas de vedação para todas as vias de acesso), ser compatível a qualquer tipos de equipos de DIETA e seringas, permitindo o acesso na segunda via para assepsia, administração de água e medicamentos, multi-orifícios nas laterais, com presença ou não de orifício central, fio guia deve ser de aço inox confeccionado em forma de espiral ou similar, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Abbott >> Medicone >> Rivero/Ribral	Unidade	18,0000	400,00	_____	_____
10	Sutura de Pele com filamento poliéster 12x100mm, curativo estéril de micropore com filamentos de poliéster, que promove o fechamento da pele em incisões cirúrgicas, suporte para suturas convencionais, apresentação caixa com 50 envelopes com 6 suturas. * Embalagem compatível com a legislação vigente, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade e o nº do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 (doze) meses a partir da data da entrega. Marca aprovada: >> 3M-(Steri-Strip)	Unidade	341,6100	16,00	_____	_____
11	Tela Inorgânica de POLIPROPILENO com SISTEMA DUPLO, para reparação de hérnias, totalmente maleável, com uma porção circular inferior ligada à superior por um conector ou anel interno, tamanho médio/grande, estéril. * Embalagem compatível com a legislação vigente, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade e o nº do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 (doze) meses a partir da data da entrega. * ROPM do SIH/SUS: 07.02.05.054.7 Marca aprovada: >> Ethicon/J&J - Produto PHS	Unidade	260,0000	40,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
12	<p>Sistema de Drenagem Mediastinal capacidade 2 litros com NUMEROS DIVERSOS, de 32 e 36 Fr, estéril, neste caso deverá ser especificamente marca Braile, visto poder adaptar-se no equipamento de circulação extra corpórea de mesma marca.</p> <p>* Embalagem compatível com a legislação vigente, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade e o nº do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 (doze) meses a partir da data da entrega.</p> <p>Marca aprovada:</p> <p>&gt;&gt; Braile Biomédica</p>	Unidade	28,4700	200,00	_____	_____
13	<p>Cateter para Anestesia Peridural/Epidural, calibre da agulha 17G tipo tuohy, transparente com três orifícios laterais, radiopaco, com adaptador, estéril, neste caso não poderá ser ofertado numerações aproximadas.</p> <p>* Embalagem compatível com a legislação vigente, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade e o nº do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 (doze) meses a partir da data da entrega.</p> <p>Marca aprovada:</p> <p>&gt;&gt; Portex</p>	Unidade	13,4000	280,00	_____	_____
14	<p>Mascara Laríngea Clássica para uso supraglótico, que permita ventilação mecânica sem vazamento de no mínimo 20 CmH<sup>2</sup>O, deve ser construída com tubo de silicone medicinal com cuff de vedação reforçado e com conformação anatômica que se adapte vedando o esôfago e liberando a passagem de ar para traquéia, neste ponto deve possuir barras que projetam a obstrução acidental da epiglote, mantendo-a levantada. Deve permitir a esterilização a vapor com no mínimo de 40 vezes de reutilização, tamanho n.º 1 para RECÉM NASCIDOS e LACTENTES até 5 Kg.</p> <p>* Embalagem compatível com a legislação vigente, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade e o nº do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 (doze) meses a partir da data da entrega.</p> <p>Marca aprovada:</p> <p>&gt;&gt; Máscara laríngea CLASSIC/Fab. LMA</p>	Unidade	700,0000	2,00	_____	_____
15	<p>Mascara Laríngea Clássica para uso supraglótico, que permita ventilação mecânica sem vazamento de no mínimo 20 CmH<sup>2</sup>O, deve ser construída com tubo de silicone medicinal com cuff de vedação reforçado e com conformação anatômica que se adapte vedando o esôfago e liberando a passagem de ar para traquéia, neste ponto deve possuir barras que projetam a obstrução acidental da epiglote, mantendo-a levantada. Deve permitir a esterilização a vapor com no mínimo de 40 vezes de reutilização, tamanho n.º 1.½ para LACTENTES até 10 Kg.</p>	Unidade	700,0000	2,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>* Embalagem compatível com a legislação vigente, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade e o nº do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 (doze) meses a partir da data da entrega.</p> <p>Marca aprovada:</p> <p>&gt;&gt; Máscara laríngea CLASSIC/Fab. LMA</p>					
16	Mascara Laríngea Clássica para uso supraglótico, que permita ventilação mecânica sem vazamento de no mínimo 20 CmH <sup>2</sup> O, deve ser construída com tubo de silicone medicinal com cuff de vedação reforçado e com conformação anatômica que se adapte vedando o esôfago e liberando a passagem de ar para traquéia, neste ponto deve possuir barras que projetam a obstrução acidental da epiglote, mantendo-a levantada. Deve permitir a esterilização a vapor com no mínimo de 40 vezes de reutilização, tamanho n.º 2 para LACTENTES até 10 Kg até PRÉ-ESCOLARES de 20 Kg	Unidade	700,0000	2,00	_____	_____
	<p>* Embalagem compatível com a legislação vigente, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade e o nº do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 (doze) meses a partir da data da entrega.</p> <p>Marca aprovada:</p> <p>&gt;&gt; Máscara laríngea CLASSIC/Fab. LMA</p>					
17	Mascara Laríngea Clássica para uso supraglótico, que permita ventilação mecânica sem vazamento de no mínimo 20 CmH <sup>2</sup> O, deve ser construída com tubo de silicone medicinal com cuff de vedação reforçado e com conformação anatômica que se adapte vedando o esôfago e liberando a passagem de ar para traquéia, neste ponto deve possuir barras que projetam a obstrução acidental da epiglote, mantendo-a levantada. Deve permitir a esterilização a vapor com no mínimo de 40 vezes de reutilização, tamanho n.º 3 para CRIANÇAS e ADOLESCENTES de 30 à 50 Kg.	Unidade	700,0000	2,00	_____	_____
	<p>* Embalagem compatível com a legislação vigente, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade e o nº do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 (doze) meses a partir da data da entrega.</p> <p>Marca aprovada:</p> <p>&gt;&gt; Máscara laríngea CLASSIC/Fab. LMA</p>					
18	Mascara Laríngea Clássica para uso supraglótico, que permita ventilação mecânica sem vazamento de no mínimo 20 CmH <sup>2</sup> O, deve ser construída com tubo de silicone medicinal com cuff de vedação reforçado e com conformação anatômica que se adapte vedando o esôfago e liberando a passagem de ar para traquéia, neste ponto deve possuir barras que projetam a obstrução acidental da epiglote, mantendo-a levantada. Deve permitir a esterilização a vapor com no mínimo de 40 vezes de reutilização,	Unidade	700,0000	2,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	tamanho n.º 4 para ADULTOS de 50 à 70Kg. * Embalagem compatível com a legislação vigente, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade e o nº do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 (doze) meses a partir da data da entrega. Marca aprovada: >> Máscara laríngea CLASSIC/Fab. LMA					
19	Mascara Laríngea Clássica para uso supraglótico, que permita ventilação mecânica sem vazamento de no mínimo 20 CmH <sub>2</sub> O, deve ser construída com tubo de silicone medicinal com cuff de vedação reforçado e com conformação anatômica que se adapte vedando o esôfago e liberando a passagem de ar para traquéia, neste ponto deve possuir barras que projetam a obstrução acidental da epiglote, mantendo-a levantada. Deve permitir a esterilização a vapor com no mínimo de 40 vezes de reutilização, tamanho n.º 4 para ADULTOS de 70 à 100Kg. * Embalagem compatível com a legislação vigente, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade e o nº do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 (doze) meses a partir da data da entrega. Marca aprovada: >> Máscara laríngea CLASSIC/Fab. LMA	Unidade	700,0000	2,00	_____	_____
20	Mascara Laríngea Clássica para uso supraglótico, que permita ventilação mecânica sem vazamento de no mínimo 20 CmH <sub>2</sub> O, deve ser construída com tubo de silicone medicinal com cuff de vedação reforçado e com conformação anatômica que se adapte vedando o esôfago e liberando a passagem de ar para traquéia, neste ponto deve possuir barras que projetam a obstrução acidental da epiglote, mantendo-a levantada. Deve permitir a esterilização a vapor com no mínimo de 40 vezes de reutilização, tamanho n.º 4 para ADULTOS de porte GRANDE, com peso acima de 100 Kg. * Embalagem compatível com a legislação vigente, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade e o nº do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 (doze) meses a partir da data da entrega. Marca aprovada: >> Máscara laríngea CLASSIC/Fab. LMA	Unidade	700,0000	2,00	_____	_____
21	Esterilizante Químico esporicida, bactericida, fungicida e vurscida á base de: Ácido Peracético 4% + Peróxido de Hidrogênio 26%, indicado pra desinfecção e esterilização de artigos, tais como: Máscaras de inalação, repiradores, cânulas, cateteres, sondas, apresentação galão com 6 litros	Litros	486,0000	6,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Marca aprovada: >> Peresal/Henkel/Profilática Observação: Para este item a empresa deverá fornecer DOSADOR.					
22	Carga para grampeador linear cortante de 75mm para tecidos normais ou mais espessos, estéril, descartável, material específico para grampeador de mesma marca. * Embalagem compatível com a legislação vigente, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade e o nº do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 (doze) meses a partir da data da entrega. * ROPM do SIH/SUS: 07.02.05.004-0 Marca aprovada: >> Ethicon Endo-Surgery	Unidade	146,6700	100,00	_____	_____
23	Cateter para Retirada de Corpo Estranho tipo AMPLATZ GOOSE NECK (Pescoço de Ganso) de 4 Fr com 10mm de diâmetro e com comprimento de 65cm, estéril, radiopaco, concebido em forma de laço de 90º para ser utilizado na recuperação ou retirada de corpo estranho em sistema cardiovascular, procedimento de angioplastia. * Embalagem compatível com a legislação vigente, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade e o nº do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 (doze) meses a partir da data da entrega. Marca aprovada: >> Amplatz Goose Neck referência GN 1001... Fab. EV 3	Unidade	2.200,0000	1,00	_____	_____
24	Cateter para Retirada de Corpo Estranho tipo AMPLATZ GOOSE NECK (Pescoço de Ganso) de 4 Fr com 10mm de diâmetro e com comprimento de 120cm, estéril, radiopaco, concebido em forma de laço de 90º para ser utilizado na recuperação ou retirada de corpo estranho em sistema cardiovascular, procedimento de angioplastia. * Embalagem compatível com a legislação vigente, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade e o nº do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 (doze) meses a partir da data da entrega. Marca aprovada: >> Amplatz Goose Neck referência GN 1000... Fab. EV 3	Unidade	2.200,0000	1,00	_____	_____





UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

**Informar:**

Razão Social da Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Endereço, Local e Estado: \_\_\_\_\_

Cep: \_\_\_\_\_ Fone/Fax: \_\_\_\_\_ Telex: \_\_\_\_\_

Nome do Banco: \_\_\_\_\_ Nome da Agência: \_\_\_\_\_ Número da Agência: \_\_\_\_\_

Número Conta Bancária: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

-----  
Assinatura