

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

**Termo de Referência****Processo...:** 23081.019321/2008-96 **Pregão SRP** 360 / 2008 **Data da Emissão:** 05/12/2008**Abertura: Dia:** 19/12/2008 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Cateter de Embolectomia Arterial para Remoção e Filtragem de Trombos, 6 Fr Lúmen do fio da guia 0.014" , comprimento total 145cm estéril, descartável, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Vascular Solutions/Pronto V3 Extraction Catheter/Cód ref. 5003	Unidade	2.692,9000	4,00	_____	_____
2	Cateter para Retirada de corpo estranho tipo AMPLATZ GOOSE NECK (Pescoço de Ganso) de 4 fr com 10mm de diâmetro e com comprimento de 65cm e 120cm de comprimento, estéril, radiopaco concebido em forma de laço de 90° para ser utilizado na recuperação ou retirada de corpo estranho em sistema cardiovascular, procedimentos de angioplastia. Marca aprovada: >> EV3/Amplatz goose neck /Cód.ref. GN 1001/EV3 >> EV3/Amplatz goose neck /Cód. ref. GN 1000/EV3	Unidade	2.200,0000	2,00	_____	_____
3	Cateter Guia para Angioplastia transluminal percutânea, tipos: "□AL - diâmetro 6F e 7F com curvaturas de 1.0, 2.0 e 3.0. "□AR - diâmetro 6F com curvaturas de 1.0 e 2.0. "□EBU - diâmetro 6F e 7F com curvaturas de 3,0, 3.5, 4.0, 4.5 e 5.0. "□HOCKEY STICK - diâmetro 6F com curvatura HS1 "□JL - diâmetro 6F, 7F e 8F com curvaturas de 3,0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 e 6.0. "□JR - diâmetro 6F, 7F e 8F com curvaturas de 3.5, 4.0, 4.5, 5.0. "□MULTIPORPOUSE - diâmetro 6, 7 e 8F com curvatura MP1 "□LCB - diâmetro 6F, com curvaturas LCB "□RCB - diâmetro 6F, com curvaturas, RCB e RCB90cm "□SIMMONS - diâmetros 6,7 e 8 com curvaturas 1, 2 e 3. "□IMA - diâmetro 6F com curvaturas, IMA90cm, os outro modelos com tamanho padrão, com diâmetro luminal aproximado de 0,071/0,081"(polegadas), estéril, descartável, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.04.013-4 Marca aprovada: >> Cordis/ J&J >> Medtronic >> Boston Scientific >> Biotronik	Unidade	195,4500	500,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
4	Cateter BALÃO Dilatador para Angioplastia transluminal percutânea de (coronária), COMPLACENTE, neste item os licitantes deverão disponibilizar toda a grade com - diâmetros de 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 e 4.0 e tamanhos diversos, que vão até 30mm de comprimento), embalagem compatível com a legislação vigente. Obs. As empresas deverão citar na proposta as numerações e tamanhos que compõe a sua grade de produtos (grade completa). ROPM/SUS 07.02.04.008-8 Marca aprovada: >> Abbott/Mercur >> Medtronic >> Boston Scientific >> B.Braun >> Biotronik	Unidade	420,0000	500,00	_____	_____
5	Cateter BALÃO Dilatador para Angioplastia transluminal percutânea de (coronária), NÃO COMPLACENTE, neste item os licitantes deverão disponibilizar toda a grade com - diâmetros de 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 e 4.0 e tamanhos diversos, que vão até 30mm de comprimento), embalagem compatível com a legislação vigente. Obs. As empresas deverão citar na proposta as numerações e tamanhos que compõe a sua grade de produtos (grade completa). ROPM/SUS 07.02.04.008-8 Marca aprovada: >> Abbott/Mercur NC >> Medtronic >> Boston Scientific >> B.Braun >> Biotronik	Unidade	420,0000	250,00	_____	_____
6	Cateter BALÃO Dilatador para Angioplastia transluminal percutânea, (tipo CUTTING BALLON da Boston Scientific), neste item os licitantes deverão disponibilizar toda a grade com - diâmetros de 2.0, 2,25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5 e 4.0 e tamanhos diversos, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs. As empresas deverão citar na proposta as numerações e tamanhos que compõe a sua grade de produtos (grade completa). ROPM/SUS 07.02.04.008-8 Marca aprovada: >> Boston Scientific	Unidade	1.100,0000	30,00	_____	_____
7	STENT - Prótese de Sustentação Intraluminal percutânea de (coronária) REVESTIDO com PTFE, em BALÃO pré-montado, com sistema introdutor de balão compatível com	Unidade	5.300,0000	12,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

**Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	fio guia .014", estéril, neste item os licitantes deverão disponibilizar toda a grade com - Diâmetros de 3.0, 3.5 e 4.0 com tamanhos de 12, 16, 19 e 26mm de comprimento I, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.04.053-3 Marca aprovada: >> ABBOTTvascular/GrafMaster Revestido com P.T.F.E.					
8	STENT - Prótese de Sustentação Intraluminal Coronariana de AÇO INOX, em BALÃO pré-montado, com sistema introdutor de balão compatível com fio guia .014", estéril, neste item os licitantes deverão disponibilizar toda a grade com - diâmetros de 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 e tamanhos, que vão até 38mm de comprimento), embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.04.053.3 Obs. As empresas deverão citar na proposta as numerações e tamanhos que compõe a sua grade de produtos (grade completa). Marca aprovada: >> Abbott	Unidade	1.200,0000	400,00		
9	STENT - Prótese de Sustentação Intraluminal Coronariana de AÇO INOX, em BALÃO pré-montado, com sistema introdutor de balão compatível com fio guia .014", estéril, neste item os licitantes deverão disponibilizar toda a grade com - diâmetros de 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 e tamanhos, diversos, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.04.053.3 Obs. As empresas deverão citar na proposta as numerações e tamanhos que compõe a sua grade de produtos (grade completa). Marca aprovada: >> Abbott >> Boston Scientific >> Cordis	Unidade	1.200,0000	400,00		
10	STENT - Prótese de Sustentação Intraluminal Coronariana de COBALTO ou liga similar, em BALÃO pré-montado, com sistema introdutor de balão compatível com fio guia .014", estéril, neste item os licitantes deverão disponibilizar toda a grade com todos os diâmetros e tamanhos, salientando que a grade deverá obrigatoriamente conter - diâmetros de 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5 e 4.0 com tamanhos diversos, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.04.053.3 Obs. As empresas deverão citar na proposta as numerações e tamanhos que compõe a sua grade de produtos (grade completa).	Unidade	1.300,0000	350,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

**Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Marca aprovada: >> Abbott >> Cordis >> B.Braun >> Medtronic >> Insitu					
11	STENT CONVENCIONAL, Prótese Intraluminal Coronariana , expansível por balão pré-montado com acesso a RAMO LATERAL de até 4.3mm de diâmetro, com sistema introdutor de balão compatível com fio guia ,014", estéril, neste item os licitantes deverão disponibilizar toda a grade com - diâmetros de: 2,5, 2,75, 3, 3,5 e 4, com comprimentos de: 8, 13, 16, 18, 23, 29 e 33, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.04.053.3 Obs. As empresas deverão citar na proposta as numerações e tamanhos que compõe a sua grade de produtos. Marca aprovada: >> Microport/Mustang	Unidade	1.200,0000	200,00		
12	Fio Guia de Troca para Angioplastia de .014" x 300cm de comprimento, fio com moderate support (MS) ou light Support (LS) com revestimento hidrofílico, ponta em J, radiopaca, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Neste item especificamente será aceito somente a marca citada. ROPM/SUS 07.02.04.038-0 Marca aprovada: >> Boston Scientific/PT2 Hidrofílica 0.014x300cm em J	Unidade	200,0000	150,00		
13	Fio Guia de Troca para Angioplastia de .014" x 185cm de comprimento, fio com moderate support (MS) ou light Support (LS) com revestimento hidrofílico, ponta em J e Reta, radiopaca, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Neste item especificamente será aceito somente a marca citada. ROPM/SUS 07.02.04.038-0 Marca aprovada: >> Boston Scientific/PT2 Hidrofílica 0.014x185cm em J/Reta	Unidade	200,0000	200,00		
14	Fio Guia para Angioplastia hidrofílico constituída de núcleo de aço inoxidável recoberta com camada de polímero hidrofílico de 0,014" com 185/190cm de comprimento aproximado, fio EXTRA SUPORTE com ponta FLOPPY/J/Reta, para deslizamento em anatomias tortuosas, estéril, radiopaca, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM SUS 07.02.04.038-0 Marca aprovada:	Unidade	195,4500	200,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

**Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	>> Terumo/Runthrough NS/Floppy >> Abbott/BMW Balance/Floppy >> Boston Scientific/Choise plus/Floppy					
15	Fio Guia de Troca para Angioplastia metálica de 0.014" x 175/190cm de comprimento, ponta Reta, para o caso de OCLUSÃO CRÔNICA (tipo - Miracle 4.5g, Miracle 6g, Miracle 12g da BioAssist-Asahi Neo's), para o caso de OCLUSÃO CRÔNICA, tais como LESÕES FIBROSAS E CALCIFICADAS, estéreis, radiopacas, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.04.038-0 Marca aprovada: >> BioAssist-Asahi Neo's/ Miracle 4.5g/ Miracle 6g/ Miracle 12g >> Abbott/HT Cross-IT 100XT, 200XT, 300XT e 400XT	Unidade	220,0000	50,00	_____	_____
16	Fio Guia de Troca para Angioplastia de 0.014" x 190cm de comprimento aproximado, revestimento Hidrofílico, flexível, com uma cobertura de polímero e ponta suave para melhor entrega e acesso distal em casos de ANATOMIAS TORTUOSAS (tipo - HT Whisper MS/moderate support e LS/light Support /Abbott), reta /angulada, estéreis, radiopacas, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.04.038-0 Marca aprovada: >> Abbott/HT Whisper LS/ML 190cm	Unidade	195,4500	100,00	_____	_____
17	Fio Guia de Troca para Angioplastia de 0.014"x 190cm de comprimento aproximado, revestimento Hidrofílico, com suporte adicional (Extra Suporte) para entrega de dispositivos pesados e podem auxiliar em casos de ANATOMIAS ESTREITAS (tipo - HT Balance Heavyweight/Abbott), reta /angulada, estéreis, radiopacas, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.04.038-0 Marca aprovada: >> Abbott/ HT Balance Heavyweight 190cm	Unidade	195,4500	200,00	_____	_____
18	Dispositivo de Insuflação de Balões para a realização de ACTPs contendo: 1- Insuflador de catéter balão para liberação de STENTS + 1- Passador de microguia + 1- Rotor + 1- Adaptador em Y + 1-Torneira de 3 vias compatível com o equipamento, estéril, descartável, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Medtronic/Everest 20	Kit	200,0000	200,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	>> InSitu Technologies >> Boston Scientific					
19	Introdutor Hemostático para Cateter Valvulado FEMURAL, nos diâmetros 5, 6, 7 e 8F com bainha de 11/12cm de comprimento, aproximado, dilatador, válvula hemostática e 50cm de fio guia com ponta distal dupla em " J " e extremidade reta, (tipo Hemaquet) (Kit completo), estéril, descartável, radiopaco, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS: 07.02.05.034.2 Marca aprovada: >> Medtronic/Imput >> Terumo/Introducer II >> ST <sup>®</sup> Jude/Ultimum >> Cordis	Unidade	97,4800	700,00	_____	_____
20	Introdutor para Cateter Valvulado com diâmetros de 4 á 11F com 90cm de comprimento aproximado, descartável, estéril radiopaco, embalagem compatível com a legislação vigente. (tipo Brite Tip Longo), (Kit completo). ROPM/SUS 07.02.05.034-2 Marca aprovada: >> Medtronic >> Cordis >> Terumo	Unidade	100,0000	200,00	_____	_____
21	Introdutor Valvulado Aramado Hidrofílico tipo (SHUTTLE-SL/Cook ou DESTINATION/Terumo), nos diâmetros 6Fr e 7Fr, para todos os diâmetros o tamanho bainha é de 90cm de comprimento, sendo que para o de 6Fr o diâmetro interno é de .087" (polegadas), para o de 7Fr o diâmetro interno é de .100" (polegadas), para uso com fio guia .035/.038" (polegadas), (Kit completo), estéril, descartável, radiopaco, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> SHUTTLE-SL 6 e 7Fr de 90cm >> DESTINATION Guiding Sheaths 6 e 7Fr,90cm	Unidade	1.660,0000	20,00	_____	_____
22	Introdutor Valvulado Aramado Hidrofílico tipo (SHUTTLE-SL/Cook ou DESTINATION/Terumo), nos diâmetros 6Fr e 7Fr, para todos os diâmetros o tamanho bainha é de 45 á 65cm de comprimento, (Kit completo), estéril, descartável, radiopaco, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> SHUTTLE-SL 6 e 7Fr de 45 á 65cm >> DESTINATION Guiding Sheaths 6 e 7Fr de 45 á 65cm	Unidade	884,0000	20,00	_____	_____
23	Introdutor Radial com válvula hemostática e cobertura hidrofílica total de 5, 6, 7, e 8F de	Unidade	210,0000	200,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

**Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	10/12cm de comprimento aproximado (kit completo para implante), descartável, estéril, radiopaco, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Cordis/Johnson & Johnson >> St° Jude >> Medtronic/Modelo Imput/Ref. >> Terumo Corporation/Modelo Glidesheath					
24	Cateter Guia para ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA VICERAL, Cômodo manuseamento de entrega e versatilidade completa, desempenho entrega de permitir o acesso e a visibilidade que exigem procedimentos vasculares periféricos, (tipos Vista Brite tip), modelos: - CONTRALATERAL I, com diâmetros de 7 á 8F, tamanho 55cm de comprimento aproximado - CONTRALATERAL II, com diâmetros de 7 á 8F, tamanhos 55cm de comprimento aproximado - CURVA RENAL, com diâmetros de 6 á 7F, tamanhos 55cm de comprimento aproximado - MULTIPORPOUSE, com diâmetros de 6 á 8F, tamanhos 90cm de comprimento aproximado - HOCKEY STICK com diâmetros de 6 á 8F, tamanhos 55cm de comprimento aproximado, - CROSSOVER 2 com diâmetros de 6 á 8, tamanho 55cm de comprimento, estéril, descartável, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.04.013-4 Marca aprovada: >> Cordis >> Boston Scientific >> Medtronic	Unidade	135,0000	200,00		
25	Fio Guia de Troca para Angioplastia de 0.018" x 180cm de comprimento aproximado, revestimento Hidrofílico, com ponta Angulada/J/Reta, estéril, radiopacas, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.01.014-6 Marca aprovada: >> Boston Scientific >> Cordis >> Terumo >> Nipro	Unidade	120,0000	100,00		
26	Fio Guia de Troca para Angioplastia de 0.018"x 260/300cm de comprimento	Unidade	120,0000	100,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

**Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	aproximado, revestimento Hidrofílico, com ponta Angulada//Jota/Reta, estéril, radiopacas, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.01.014-6 Marca aprovada: >> Boston Scientific >> Cordis >> Terumo >> Nipro					
27	Fio Guia de Troca para Angioplastia de 0.025"x 180cm de comprimento aproximado, revestimento com ponta Angulada//Jota/Reta, estéril, radiopacas, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.01.014-6 Marca aprovada: >> Boston Scientific >> Cordis >> Terumo >> Nipro	Unidade	120,0000	60,00	_____	_____
28	Fio Guia de Troca para Angioplastia de 0.025"x 260/300cm de comprimento aproximado, revestimento com ponta Angulada//Jota/Reta, estéril, radiopacas, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.01.014-6 Marca aprovada: >> Boston Scientific >> Cordis >> Terumo >> Nipro	Unidade	120,0000	60,00	_____	_____
29	Fio Guia de Troca para Angioplastia AMPLATZ SUPER STIFF de 0.035"x 150/190cm de comprimento aproximado, com marcas radiopacas, centimetrada, ponta reta /angulada/J, estéril, radiopaca, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.01.014-6 Marca aprovada: >> Boston Scientific >> Cordis >> Terumo >> Nipro	Unidade	120,0000	100,00	_____	_____
30	Fio Guia de Troca para Angioplastia AMPLATZ SUPER STIFF de 0.035"x 260/300cm de comprimento aproximado, revestimento com ponta Angulada//Jota/Reta, estéril, radiopacas, embalagem compatível com a legislação vigente.	Unidade	120,0000	100,00	_____	_____



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**  
**Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	ROPM/SUS 07.02.01.014-6 Marca aprovada: >> Boston Scientific >> Cordis >> Terumo >> Nipro					
31	Fio Guia de Troca para Angioplastia de 0.035"x 180cm de comprimento aproximado, revestimento Hidrofílico com ponta Angulada/J/Reta, (tipo STORQ II da Cordis), estéril, radiopaca, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.01.014-6 Marca aprovada: >> Boston Scientific >> Cordis >> Terumo >> Nipro	Unidade	120,0000	100,00	_____	_____
32	Fio Guia de Troca para Angioplastia de 0.035"x 260/300cm de comprimento aproximado, revestimento Hidrofílico com ponta Angulada/Jota/Reta, (tipo STORQ II da Cordis), estéril, radiopaca, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.01.014-6 Marca aprovada: >> Boston Scientific >> Cordis >> Terumo >> Nipro	Unidade	120,0000	100,00	_____	_____
33	Fio Guia de Troca para Angioplastia de 0.035"x 150/190cm de comprimento aproximado, com marcas radiopacas, com revestimento de PTFE, ponta reta /angulada/J, estéril, radiopaca, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.01.014-6 Marca aprovada: >> Boston Scientific >> Cordis >> Terumo >> Nipro	Unidade	120,0000	100,00	_____	_____
34	Fio Guia de Troca para Angioplastia de 0.035"x 260/300cm de comprimento aproximado, com marcas radiopacas, com revestimento de PTFE, ponta reta /angulada/J, estéril, radiopaca, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.01.014-6 Marca aprovada:	Unidade	120,0000	100,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	>> Boston Scientific >> Cordis >> Terumo >> Nipro					
35	Filtro para proteção Embólica ou Sistema de Proteção Cerebral para prótese intraluminal, CAROTÍDEA, compatível com fio guia 0.014x190cm de comprimento aproximado, (tipo ANGIOGUARD da Cordis), estéril, descartável, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.04.060-6 Marca aprovada: >> Boston Scientific >> Cordis >> Medtronic >> EV 3	Unidade	2.815,0000	60,00	_____	_____
36	Cateter BALÃO para Angioplastia Periférica de rápida troca, para procedimentos onde requer baixo perfil indicado para procedimentos CAROTIDEOS compatível com fio guia 0.014" os licitantes deverão disponibilizar a (grade completa) com diâmetros de 4 à 7mm, com tamanho com comprimento útil do cateter de 80cm e 135cm, diverso, (tipo AMIA da Cordis), estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs. As empresas deverão citar na proposta as numerações e tamanhos que compõe a sua grade completa. ROPM/SUS 07.02.04.007-0 Marca aprovada: >> Boston Scientific >> Cordis	Unidade	499,1400	200,00	_____	_____
37	Cateter BALÃO para Angioplastia Periférica, de alta pressão, os licitantes deverão disponibilizar a grade completa com diâmetros de 4 à 7mm, com tamanho de 20 à 80mm diversos, (tipo POWEFLEX P3 da Cordis), compatível com fio guia 0.035, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs. As empresas deverão citar na proposta as numerações e tamanhos que compõe a sua grade completa. ROPM/SUS 07.02.04.007-0 Marca aprovada: >> Abbott >> B.Braun >> Biotronik >> Boston Scientific >> Cordis	Unidade	499,1400	60,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
>> Medtronic						
38	Cateter BALÃO para Angioplastia Periférica, de alta pressão, os licitantes deverão disponibilizar a grade completa com diâmetros de 8 á 12mm, com tamanho de 20 à 40mm diversos, (tipo POWEFLEX P3 da Cordis), compatível com fio guia 0.035, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs. As empresas deverão citar na proposta as numerações e tamanhos que compõe a sua grade completa. ROPM/SUS 07.02.04.007-0 Marca aprovada: >> Abbott >> B.Braun >> Biotronik >> Boston Scientific >> Cordis >> Medtronic	Unidade	499,1400	60,00	_____	_____
39	Stent - Prótese Intraluminal Arterial Periférica, com stent não recoberto, expansível por balão, de AÇO ou NITINOL, para angioplastia, PERIFÉRICA, compatível com fio guia 0.035 e com cateter guia de 7F ou menor os licitantes deverão disponibilizar a grade completa com diâmetros de 5 à 12mm nos tamanhos, diversos, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs. As empresas deverão citar na proposta as numerações e tamanhos que compõe a sua grade completa. ROPM/SUS 07.02.04.051-7 Marca aprovada: >> Abbott >> B.Braun >> Biotronik >> Boston Scientific >> Cordis >> Medtronic >> EV3	Unidade	2.034,5000	200,00	_____	_____
40	Stent - Prótese Intraluminal Arterial Periférica, com stent não recoberto, expansível por balão, de AÇO ou NITINOL, para aplicação RENAL, compatível com fio guia 0.014" e compatível com cateter guia de 6F os licitantes deverão disponibilizar a (grade completa) com diâmetros de 4 à 7mm nos tamanhos, diversos, (tipo AMIIA da Cordis), estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs. As empresas deverão citar na proposta as numerações e tamanhos que compõe a sua grade completa.	Unidade	2.034,5000	150,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**  
**Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	ROPM/SUS 07.02.04.051-7 Marca aprovada: Marca aprovada: >> Abbott >> Biotronik >> Boston Scientific >> Cordis >> Medtronic					
41	Stent - Prótese Intraluminal Arterial Periférica, com stent não recoberto, para VASOS MAIORES(Ilíacos, Femurais e Renais), auto-expansível, compatível com fio guia 0,035" os licitantes deverão disponibilizar a (grade completa) com diâmetros de 5 á 10mm e com tamanho diversos, (tipo PALMAZ GENESIS da Cordis), estéril, descartável, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.04.051-7 Marca aprovada: Marca aprovada: >> Abbott >> Biotronik >> Boston Scientific >> Cordis >> Medtronic >> EV3	Unidade	2.034,5000	150,00	_____	_____
42	Stent - Prótese Intraluminal Arterial Periférica, com stent não recoberto, auto-expanssível de NITINOL, Retos ou Cônicos para aplicação em CARÓTIDAS, compatível com sistema introdutor 7F ou menor, os licitantes deverão disponibilizar a (grade completa) baixo perfil com diâmetros de 5Fr (5 á 8mm) e 6 Fr (9 e 10mm) nos tamanhos, diversos, (tipo PRECISE RX da Cordis), estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs. As empresas deverão citar na proposta as numerações e tamanhos que compõe a sua grade completa. ROPM/SUS 07.02.04.051-7 Marca aprovada: Marca aprovada: >> Abbott >> Biotronik >> Boston Scientific >> Cordis	Unidade	2.034,5000	100,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**  
**Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	>> Medtronic >> EV3					
43	Stent - Prótese Intraluminal Arterial Periférica, com stent não recoberto, AUTO-EXPANSSÍVEL, de NITINOL, marcas radiopacas de ouro/tântalo, com bordas atraumáticas, compatível com sistema introdutor guia de 7F ou menor os licitantes deverão disponibilizar a grade completa com diâmetros de 5 à 8mm nos tamanhos de 20 á 100mm de comprimento aproximados, diversos. (tipo SMART CONTROL da Cordis), estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs. As empresas deverão citar na proposta as numerações e tamanhos que compõe a sua grade completa. ROPM/SUS 07.02.04.051-7 Marca aprovada: Marca aprovada: >> Abbott >> B.Braun >> Biotronik >> Boston Scientific >> Cordis >> Medtronic	Unidade	2.034,5000	100,00	_____	_____
44	Stent - Prótese Intraluminal Arterial Periférica, com stent não recoberto, AUTO-EXPANSSÍVEL, de NITINOL, marcas radiopacas de ouro/tântalo, com bordas atraumáticas, compatível com sistema introdutor guia de 7F ou menor os licitantes deverão disponibilizar a grade completa com diâmetros de 9 à 14mm e nos tamanhos de 20 á 80mm de comprimento aproximados, diversos. (tipo SMART CONTROL da Cordis), estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs. As empresas deverão citar na proposta as numerações e tamanhos que compõe a sua grade completa. ROPM/SUS 07.02.04.051-7 Marca aprovada: Marca aprovada: >> Abbott >> B.Braun >> Biotronik >> Boston Scientific >> Cordis >> Medtronic >> EV3	Unidade	2.034,5000	100,00	_____	_____



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105  
Termo de Referência

**Informar:**

Razão Social da Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Endereço, Local e Estado: \_\_\_\_\_

Cep: \_\_\_\_\_ Fone/Fax: \_\_\_\_\_ Telex: \_\_\_\_\_

Nome do Banco: \_\_\_\_\_ Nome da Agência: \_\_\_\_\_ Número da Agência: \_\_\_\_\_

Número Conta Bancária: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura