

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo..:** 23081.009499/2009-18 **Pregão SRP** 226 / 2009 **Data da Emissão:** 12/08/2009**Abertura: Dia:** 08/09/2009 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Cateter ANGIOGRAFICO para DIAGNÓSTICO CORONÁRIO, estéril, descartável, para uso com fio guia 0,35/0,38" polegadas tamanho padrão, nos modelos (tipos): - AL com diâmetros 5F e 6F com curvaturas, diversas - AR com diâmetros 5F e 6F com curvaturas, diversas - IMA com diâmetros 5F e 6F com curvaturas, diversas - JL com diâmetros 5 F e 6F com curvaturas, diversas - JR com diâmetros 5F e 6F com curvaturas, diversas - MULTIPORPOUSE com diâmetros 5F e 6F com curvatura, diversas - LCB com diâmetros 5 F e 6Fcom curvatura - PIG TAIL com diâmetros 4F, 5F e 6Fcom curvaturas, diversas - RCB com diâmetros 5 F e 6Fcom curvatura - SIMMONS com diâmetros 5F e 6F, com curvaturas, diversas Embalagem m compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.04.013-4 Marca aprovada >> Merit/Medical >> Medtronic	Unidade	70,0000	600,00	_____	_____
2	Cateter ANGIOGRAFICO para DIAGNÓSTICO PERIFÉRICO, estéril, descartável, para uso com fio guia 0,35/0,38" polegadas tamanho padrão, nos modelos (tipos): - MOTARJEME com diâmetros 4F e 5F com curvaturas, diversas - BENTSON com diâmetros 4F e 5F com curvaturas, diversas - COBRA com diâmetros 4F e 5F com curvaturas, diversas - HEADHUNTER com diâmetros 4 F e 5F com curvaturas, diversas - HOCKEY STICK com diâmetros 4F, 5F e 6F com curvaturas, diversas - HOOK com diâmetros 4F e 5F com curvatura, diversas - MIKAELSSON com diâmetros 4 F e 5Fcom curvatura - RDC-Renal Double Curve com diâmetros 4 F e 5Fcom curvaturas, diversas - SIMMONS com diâmetros 4 F e 5Fcom curvatura - VERTEBRAL com diâmetros 4F e 5F, com curvaturas, diversas Embalagem m compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.04.013-4 Marca aprovada: >> Merit/Medical >> Medtronic	Unidade	70,0000	300,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
3	Cateter Angiográfico de Diagnóstico Periférico PIGTAIL com diâmetros de 4F e 5F, contendo marcas radiopacas com sufixo centimetrado que identifica o marcador de bandas c/(20 band), para uso com fio guia 0,35/0,38" polegadas, o produto deve ser estéril, apirogênico, radiopaco, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> MeritMedical/Performa Vessel Sizing Catheter PIG-VSC-20B/Ref.7602-20M	Unidade	650,0000	12,00	_____	_____
4	Cateter Angiográfico de Diagnóstico BRAQUIAL/RADIAL, (tipo TIG) de 5 Fr com TAMANHO de 100cm de comprimento e curva em " L " para uso com fio guia 0,35/0,38" polegadas, que possibilita durante o procedimento fazer a coronária esquerda e direita mais ventrículo com único cateter, estéril, apirogênico, radiopaco, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Terumo Corporation/modelo - Optitorque RADIAL TIG 5F/Ref.RH*5TIG110M	Unidade	160,0000	24,00	_____	_____
5	Guia de Diagnóstico ponta em J e Reta, para auxílio na inserção de cateter de diagnóstico nos diâmetros de 0,035" /0,038" polegadas de espessura e com tamanhos diversos 150 e 260 cm de comprimento aproximado, constituída de núcleo de aço, com revestimento de superfície em PTFE(Politetrafluoretileno),Teflonado, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar guias somente com pontas nos modelos solicitados, estéril, radiopaca, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. ROPM/SUS 07.02.01.014-6 Marca aprovada: >> Merit/Medical >> Boston Scientific >> Cordis >> Nipro >> Stº Jude >> Cook >> Scitech >> Insitu	Unidade	60,0000	1.000,00	_____	_____
6	Guia de Diagnóstico ponta em J e Reta, para auxílio na inserção de cateter de diagnóstico nos diâmetros de 0,018/0,025" polegadas de espessura e com tamanhos diversos 150 e 260 cm de comprimento aproximado, constituída de núcleo de aço, com revestimento de superfície em PTFE(Politetrafluoretileno),Teflonado, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar guias somente com pontas nos modelos solicitados, estéril, radiopaca, embalagem compatível com a legislação vigente.	Unidade	70,0000	60,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido. ROPM/SUS 07.02.01.014-6 Marca aprovada: >> Merit/Medical >> Boston Scientific >> Cordis >> Nipro >> Stº Jude >> Cook >> Scitech >> Insitu					
7	Guia de Diagnóstico HIDROFÍLICA, com ponta em J/Angulada e Reta, para auxílio na inserção de cateter de diagnóstico nos diâmetros de 0,035" /0,038" polegadas de espessura e com tamanhos diversos 150 e 260 cm de comprimento aproximado, constituída de núcleo de aço, com revestimento de superfície HIDROFÍLICO, estéril, radiopaca, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido. ROPM/SUS 07.02.01.014-6 Marca aprovada: >> Merit/Medical >> Boston Scientific >> Cordis >> Nipro >> Stº Jude >> Cook >> Terumo	Unidade	120,0000	500,00	_____	_____
8	Guia de Diagnóstico HIDROFÍLICA, com ponta em J/Angulada e Reta, para auxílio na inserção de cateter de diagnóstico nos diâmetros de 0,018" /0,025" polegadas de espessura e com 150 e 260 cm de comprimento aproximado, constituída de núcleo de aço, com revestimento de superfície HIDROFÍLICO, estéril, radiopaca, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido. ROPM/SUS 07.02.01.014-6 Marca aprovada: >> Merit/Medical >> Boston Scientific	Rolo	120,0000	60,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	>> Cordis >> Nipro >> Stº Jude >> Terumo >> Cook					
9	Guia de Diagnóstico SUPER STIFF PTFE/Teflonada, ponta em J e Reta, para auxílio na inserção de cateter de diagnóstico nos diâmetros de 0,035" /0,038" polegadas de espessura e com 150 e 260 cm de comprimento aproximado, constituída de núcleo de aço, com revestimento de superfície em PTFE(Politetrafluoretileno), Teflonado, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar guias somente com pontas nos modelos solicitados, estéril, radiopaca, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. ROPM/SUS 07.02.01.014-6 Marca aprovada: >> Merit/Medical >> Boston Scientific >> Cordis >> Nipro >> Scitech >> Stº Jude >> Cook >> Scitech	Unidade	160,0000	60,00	_____	_____
10	Guia de Diagnóstico SUPER STIFF HIDROFÍLICA, ponta em J/Angulada e Reta, para auxílio na inserção de cateter de diagnóstico nos diâmetros de 0,035" /0,038" polegadas de espessura e com 150 e 260 cm de comprimento aproximado, constituída de núcleo de aço, com revestimento de superfície HIDROFÍLICA, estéril, radiopaca, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. ROPM/SUS 07.02.01.014-6 Marca aprovada: >> Merit/Medical >> Boston Scientific >> Cordis >> Nipro >> Scitech >> Stº Jude	Unidade	160,0000	40,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	>> Cook					
11	Guia de Diagnóstico AMPLATZ SUPER STIFF ponta em J e Reta, para auxílio na inserção de cateter de diagnóstico nos diâmetros de 0,035"/ 0,038" polegadas de espessura e com 150 e 260 cm de comprimento aproximado, constituída de núcleo de aço, com revestimento de superfície em PTFE(Politetrafluoretileno),Teflonado, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar guias somente com pontas nos modelos solicitados, estéril, radiopaca, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. ROPM/SUS 07.02.01.014-6 Marca aprovada: >> Merit/Medical >> Boston Scientific >> Cordis >> Nipro >> Stº Jude >> Cook >> Scitech	Unidade	180,0000	36,00	_____	_____
12	BAINHA Guia Introdutora Valvulada Aramada ponta flexível com marcador radiopaco, revestimento hidrofílico, com amplo lumen e resistência a dobras em CROSSOVER, CARÓTIDA e RENAL, nos diâmetros 6Fr/2,2mm e 7Fr/2,5mm, com tamanho aproximado da bainha de 45/65cm comprimento, modelos (HASTE HOCKEY, LIMA, MULTIUSO, RETO e RDC), tipo (Shuttle-SL da Cook ou Destiantion da Terumo), Kit completo, estéril, descartável, radiopaco, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> COOK/Shuttle-SL 6 e 7Fr de 45/65cm >> TERUMO/Ddestination 6 e 7Fr de 45cm	Unidade	960,0000	48,00	_____	_____
13	BAINHA Guia Introdutora Valvulada Aramada ponta flexível com marcador radiopaco, revestimento hidrofílico, com amplo lumen e resistência a dobras em CROSSOVER, CARÓTIDA e RENAL, nos diâmetros 6Fr/2,2mm e 7Fr/2,5mm, com tamanho aproximado da bainha de 90cm comprimento, modelos (MULTIUSO e RETA), tipo (Shuttle-SL da Cook ou Destiantion da Terumo), Kit completo, estéril, descartável, radiopaco, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> COOK/Shuttle-SL 6 e 7Fr de 90cm >> TERUMO/Ddestination 6 e 7Fr de 90cm	Unidade	1.660,0000	36,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
14	Bainha Introdutora Radial com válvula hemostática com REVESTIMENTO HIDROFILICO total de 5 e 6F com 10cm de comprimento aproximado tipo (Glidesheath da Terumo), kit completo para implante, descartável, estéril, radiopaco, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Terumo/Glidesheath/Cód ref.BF5F10PA, BF6F10PA	Unidade	112,0000	240,00	_____	_____
15	Introdutor Hemostático para Cateter Valvulado FEMURAL, nos diâmetros 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10F com bainha de 11/12cm de comprimento, aproximado, dilatador, válvula hemostática e 50cm de fio guia com ponta distal dupla em " J " e extremidade reta, (tipo Hemaquet, Kit completo), estéril, descartável, radiopaco, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPMSUS: 07.02.05.034.2 Marca aprovada: >> Medtronic/Imput >> Terumo/Introducer II >> STº Jude/Ultimum >> Cordis	Unidade	45,0000	1.000,00	_____	_____
16	Torneira de Plástico transparente com 2 vias tipo (Manifold), estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Merit/Medical/Manifold/Cód.ref.502BF-R-500-PSI >> Medex	Unidade	20,0000	50,00	_____	_____
17	Torneira de Plástico transparente com 5 vias tipo (Manifold), estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Merit/Medical/Manifold/Cód.ref.503BF-R-500-PSI >> Medex	Unidade	20,0000	800,00	_____	_____
18	Conector para Radiologia usado na Infusão de Contraste com 120cm de comprimento não espiralado em poliuretano com flexibilidade intermediária compatível com a seringa 150ml da injetora (Angiomat Illumena), estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Gerbet/Algaflex >> Alko do Brasil/Angio-Set >> Hartmann	Unidade	45,0000	250,00	_____	_____
19	Conector em " Y " Simples com conexão luer lock, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente.vigente.	Unidade	80,0000	300,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Marca aprovada: >> Scitech/Cód ref. CON110400					
20	Válvula Hemostática com conector em " Y " com sistema (PUXE - EMPURRE), kit completo, estéril, descartável, radiopaco, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> MeritMedical/Angioplasty Pack/Cód.ref.MAP453 >> Super Ketch-Minvasys/BioAssit/Asahi Neo's, ou similar compatível.	Unidade	75,0000	300,00	_____	_____
21	Agulha de Punção, tipo SDN calibre 18G x 7cm de comprimento, para acessos vasculares, arteriais ou venosos, criando uma linha de acesso para procedimentos diagnósticos ou terapêuticos, com base plástica, mandril metálico, ponta inteiriça, sem disco de fixação, estéril, descartável, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> MeritMedical/Angiographic needdles 18Gx7cm/Cód ref.AD18T71W >> Cook/SDN-18G-7.0cm >> Scitech/Cód. ref. AGU0318070	Unidade	14,0000	1.000,00	_____	_____
22	Seringa Vazia para injetora de contraste com Handi-Fil de 150ml para bomba injetora modelo LF ANGIOMAT ILLUMENA 3000, e em J para enchimento da seringa, estéril, descartável, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada; >> LIEBEL-FLARSHEIM/Mallincrodt/Seringa Vazia/Cód.ref.900101 p/ Bomba injetora modelo ANGIMAT ILLUMENA 3.000	Unidade	90,0000	300,00	_____	_____
23	Filtro de Veia Cava de aço, compatível com introdutor 7 Fr, recuperável com opção de acesso Femural, Jugular, Sub-Clávia em um único sistema, Kit Completo implante contendo: 1 - Filtro dentro do respectivo cartucho 1 - Suporte para cartucho 1 - Bainha de introdução com válvula hemostática e ligação lateral 1 - Dilatador 1 - Impulsor comprido 1 - impulsor curto 1 - Fio guia em " J " com revestimento em PTFE, com 150cm de comprimento e diâmetro de 0,89mm (0,035" pol), estéril , apirogênico, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM-SUS 07.02.04.039-8 Marca aprovada: >> B.Braun/Ref.04435125 - RMS 1.0008530.412	Unidade	2.700,0000	48,00	_____	_____



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	>> Bard/Ref.2120F - RMS. >> Cook/IGTCFS-65-UNI - RMS.1.0212990.121 - CLASSE 4 >> Boston Scientific					

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura