

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo...:** 23081.010268/2009-49 **Pregão SRP** 253 / 2009 **Data da Emissão:** 31/08/2009**Abertura: Dia:** 29/09/2009 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Endoscópio de visão frontal zero graus, autoclavável, 10mm de diâmetro e 31cm de comprimento, com transmissão de luz por fibra ótica incorporada, lente distal em safira. □□□□□□	Unidade	15.000,0000	1,00	_____	_____
2	Endoscópio de visão foro oblíqua 30 graus, autoclavável, 10mm de diâmetro e 31cm de comprimento, com transmissão de luz por fibra ótica incorporada, lente distal em safira . □□□□□□□□	Unidade	15.000,0000	1,00	_____	_____
3	Endoscópio de visão foro oblíqua 30 graus, autoclavável, 10mm de diâmetro e 42cm de comprimento, com transmissão de luz por fibra ótica incorporada, lente distal em safira . □□□□	Unidade	15.000,0000	1,00	_____	_____
4	Endoscópio de visão foro oblíqua 30 graus, autoclavável, 5mm de diâmetro e 29cm de comprimento, com transmissão de luz por fibra ótica incorporada, lente distal em safira . □□□□□□	Unidade	15.000,0000	1,00	_____	_____
5	Endoscópio de visão foro oblíqua 30 graus, autoclavável, 2,7mm de diâmetro e 11cm de comprimento, com transmissão de luz por fibra ótica incorporada, lente distal em safira . □□□□□□□□	Unidade	15.000,0000	1,00	_____	_____
6	Endoscópio de visão foro oblíqua 30 graus, autoclavável, grande angular, 4mm de diâmetro e 18cm de comprimento, com transmissão de luz por fibra ótica incorporada, lente distal em safira para uso com camisa de engate rápido da Storz. □□□□□□□□	Unidade	15.000,0000	2,00	_____	_____
7	Endoscópio de visão foro oblíqua 30 graus, autoclavável, 4mm de diâmetro e 30cm de comprimento, com transmissão de luz por fibra ótica incorporada, lente distal em safira para uso em camisas de cistoscopia, RTU e uretrotomia Storz. □	Unidade	15.000,0000	2,00	_____	_____

OBSERVAÇÕES:

1. OS ENDOSCÓPIOS COTADOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A MARCA

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>KARL STORZ QUE SÃO OS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS EXISTENTES NO HOSPITAL.</p> <p>2. A EMPRESA PROPONENTE DEVE APRESENTAR:</p> <ul style="list-style-type: none">- CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS COM REFERÊNCIA A MARCA E INFORMAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS;- AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA;- NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE CADA PRODUTO; <p>3. AS PROPOSTAS DEVEM CONTEMPLAR A GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</p> <p>4. A(S) EMPRESA(S) VENCEDORA(S) DEVEM PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUANTO A MONTAGEM E MANUSEIO DOS MATERIAIS, SE NECESSÁRIO, BEM COMO QUANTO A LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO.</p> <p>5. OS PRODUTOS OFERECIDOS DEVEM PERMITIR A ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE À VAPOR A 121°C.</p> <p>6. OS PRODUTOS OFERTADOS DEVEM SER NOVOS.</p> <p>□□□□□□□</p>					

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura