

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo..:** 23081.013346/2009-67 **Pregão SRP** 415 / 2009 **Data da Emissão:** 17/12/2009**Abertura: Dia:** 04/01/2010 **Hora:** 14:30:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Gerador de Pulsos Multiprogramável, de CÂMARA UNICA (unicameral) com tecnologia de última geração, com telemetria, modo VVIR (unipolar), com ajuste automático e sensor da energia de saída (amplitude de pulso). conexão padrão internacional (IS-1), estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM-SUS: 07.02.04.042-8 Marca aprovada: >> Biotronik >> Medtronic >> St° Jude	Unidade	4.324,3400	48,00	_____	_____
2	Gerador de Pulsos Multiprogramável, de CÂMARA DUPLA (bicameral) com tecnologia de última geração, com telemetria, modo DDDR/VDDR (Bipolar), alta sensibilidade para detecção da onda P, com ajuste automático e sensor de frequência. Conexão padrão internacional (IS-1), estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM-SUS: 07.02.04.041-0 Marca aprovada: >> Biotronik >> Medtronic >> St° Jude	Unidade	5.225,2500	96,00	_____	_____
3	Eletrodos Endocárdicos Atrial/Ventricular e de Dupla Câmara para implante definitivo de fixação ativa e passiva, com diluição de corticóide (unipolar/bipolar) para geradores de pulsos multiprogramáveis compatíveis com modo VVIR (câmara única) e modo DDDR/VDDR (câmara dupla), estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM-SUS: 07.02.04.024-0 Marca aprovada: >> Biotronik >> Medtronic >> St° Jude	Unidade	973,7000	240,00	_____	_____
4	Eletrodo Epicárdico para implante definitivo de fixação ativa, com diluição de corticóide (unipolar/bipolar) para geradores de pulsos multiprogramáveis compatíveis com modo VVIR(câmara única) e DDDR/VDDR(câmara dupla), estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM-SUS: 07.02.04.025-8 Marca aprovada: >> Biotronik >> Medtronic	Unidade	973,7000	12,00	_____	_____

## UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

**95591764000105**

## Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
5	>> St° Jude Eletrodo Endocárdico Bipolar de estimulação cardíaco TEMPORÁRIO(Provisório), estéril, descartável, radiopaco, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM- SUS: 07.02.04.026-6 Marca aprovada: >> Biotronik >> Medtronic >> St° Jude >> HTS - Tecnologia	Unidade	221,7800	120,00	_____	_____
6	Introduutor de Punção para inserção de eletrodo de MARCAPASSO ou DESFIBRILADORES implantáveis, e de CATETER/ELETRODO de ESTÍMULAÇÃO CARDÍACO TEMPORÁRIO sem válvula hemostática, números e tamanhos diversos, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM-SUS: 07.02.04.040-1 Marca aprovada: >> Biotronik >> Medtronic St° Jude	Unidade	126,8900	372,00	_____	_____

### 1. Condições de Fornecimento do Produto:

1.1. O fornecimento do produto, objeto da presente licitação, dar-se-á por solicitação direta do Hospital Universitário de Santa Maria/UFSM, através de ordem de fornecimento e na medida das necessidades destes. A entrega do produto far-se-á de forma parcelada, nas quantidades solicitadas em cada pedido, em até no máximo 24 (vinte e quatro) horas contados a partir da solicitação.

1.2. O HUSM efetuará os pedidos conforme as suas necessidades, sem a obrigação de compras todos os meses.

1.3. A entrega do produto deverá ser no almoxarifado do HUSM, em horário de expediente.

1.3.1. Nas notas fiscais de todos os fornecedores deve constar:

- a) Número do lote de cada produto especificado na nota fiscal  
b) Especificado o nome do paciente que recebeu o implante.

1.3.2. Na entrega dos materiais, os rótulos devem ser identificados com:

- a) Número do registro no Ministério da Saúde, conforme publicação no DOU,

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>b) Número do Lote e série identificando cada produto,</p> <p>c) Rótulo e bula e as instruções de uso devem ser expressas em LINGUA PORTUGUESA,</p> <p>d) Nome comercial do produto e marca do fabricante e origem</p> <p>e) Nome do fornecedor e endereço</p> <p>f) Nome do responsável técnico</p> <p>g) Descrição do conteúdo/tipo de embalagem</p> <p>h) Data de fabricação e validade (dia, mês e ano)</p> <p>i) Tipo de processo de esterilização a que foi submetido</p> <p>j) Validade de no mínimo 01 (um) ano.</p> <p>1.4.4. A licitante vencedora deverá fornecer marcapasso (geradores/eletrodos e acessórios) de última geração de sua empresa, que serão avaliados na ocasião da entrega.</p> <p>2. Condições de Fornecimento do Equipamento:</p> <p>2.1. A licitante vencedora deverá colocar à disposição da equipe de estimulação cardíaca do HUSM, equipamentos "top de linha" para controle e testes dos marcapassos instalados nos pacientes, bem como, prestar assessoria técnica trans-operatória, com técnicos comprovadamente habilitados para o manuseio e assessoria dos implantes, disponibilizarem sob forma de comodato o equipamento programador e analisador e todos os acessórios necessários.</p> <p>2.2. A comprovação técnica para manuseio e assessoria dos implantes deverá ser feita através da apresentação de certificados de curso superior na área de engenharia elétrica ou eletrônica, ou de técnicos especializados e qualificados em cursos técnicos com capacitação na área de marcapasso.</p> <p>2.3. O equipamento para acompanhamento e programação dos pacientes deverá ficar no HUSM à disposição da equipe, enquanto houver pacientes em acompanhamento com estes produtos, mesmo que a licitante perca licitações futuras.</p> <p>2.4. Por ocasião da entrega do equipamento, a empresa deverá fornecer treinamento técnico científico de pessoal, abrangendo atualizações, novidades, recursos e operação do equipamento nas dependências do HUSM/UFSM, e reciclagem quando solicitado, sem ônus para a UFSM.</p> <p>2.5. A entrega, instalação e funcionamento dos equipamentos a serem colocado em</p>					

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>regime de COMODATO será de responsabilidade única e exclusiva da empresa vencedora num prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da assinatura do contrato, sem ônus adicionais para a UFSM.</p> <p>2.6. Caberá à empresa vencedora fornecer todos os acessórios necessários à utilização do equipamento e a prestar manutenção preventiva e corretiva para a operacionalização do equipamento durante o período de COMODATO, bem como a reposição de peças que se façam necessárias sem ônus para HUSM/UFSM.</p> <p>2.7. A licitante vencedora disponibilizará o equipamento, até o fim do estoque adquirido, e prestar, durante o período de COMODATO, assistência técnica e conserto gratuito do equipamento, tendo no máximo 48 horas para atender aos chamados do HUSM/UFSM. No caso dos(s) equipamentos(s) necessitarem de parada para manutenção acima dos 05 dias corridos, deve ser providenciado, imediatamente, uma solução técnica (disponibilizar equipamento reserva).</p> <p>2.8. A licitante vencedora deverá manter os manuais e prospectos com a descrição do equipamento contendo informações técnicas em língua portuguesa, cedido em COMODATO no HUSM/UFSM.</p> <p>2.9. A licitante vencedora deverá atualizar o software e o hardware, sem custo adicional para o HUSM/UFSM.</p> <p>.</p>					



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

**Informar:**

Razão Social da Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Endereço, Local e Estado: \_\_\_\_\_

Cep: \_\_\_\_\_ Fone/Fax: \_\_\_\_\_ Telex: \_\_\_\_\_

Nome do Banco: \_\_\_\_\_ Nome da Agência: \_\_\_\_\_ Número da Agência: \_\_\_\_\_

Número Conta Bancária: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

-----  
Assinatura