

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo..:** 23081.001403/2010-07 **Pregão SRP** 25 / 2010 **Data da Emissão:** 08/02/2010**Abertura: Dia:** 26/02/2010 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	STENT CONVENCIONAL, Prótese Intraluminal Coronariana , expansível por balão pré-montado com acesso a RAMO LATERAL de até 4.3mm de diâmetro, com sistema introdutor de balão compatível com fio guia 0,014", estéril, neste item os licitantes deverão disponibilizar toda a grade com diâmetros de: 2,5, 2,75, 3, 3,5 e 4, e com tamanhos diversos, comprimentos embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.04.053.3 Obs. As empresas deverão citar na proposta as numerações e tamanhos que compõe a sua grade de produtos. Marca aprovada: >> Microport/Mustang	Unidade	1.337,0000	350,00	_____	_____
2	Cateter BALÃO Dilatador para Angioplastia transluminal percutânea de (coronária), COMPLACENTE, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar (grade completa) com todos os tamanhos e diâmetros diversos, de 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 e 4.0, que vão até 30mm de comprimento e quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido. ROPM/SUS 07.02.04.008-8 Marca aprovada: >> Abbott/Mercur >> Medtronic >> B.Braun >> Biotronik	Unidade	500,0000	700,00	_____	_____
3	Cateter Guia para Angioplastia transluminal percutânea de coronária modelo 5 F com tamanho de 125cm de comprimento, estéril, descartável, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.04.013-4 Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido. Marca aprovada: >>	Unidade	270,0000	50,00	_____	_____
4	Cateter BALÃO Dilatador para Angioplastia transluminal percutânea, de ALTA PRESSÃO (tipo CUTTING BALLON da Boston Scientific), neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar (grade completa) com todos os tamanhos e	Unidade	2.300,0000	20,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	diâmetros diversos, de 2.0, 2,25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5 e 4.0, e quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido. ROPM/SUS 07.02.04.008-8 Marca aprovada: >> Boston Scientific					
5	Fio Guia de Troca Angioplastia HIDROFÍLICA de 0,014" com 180/260cm de comprimento aproximado constituída de núcleo de aço inoxidável recoberta, camada de polímero hidrofílico fio EXTRA SUPORTE com ponta (flexível) em Jota ou Angulada/Reta, para deslizamento em ANATOMIAS TORTUOSAS, estéril, radiopaca, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Neste item especificamente será aceito somente a marca citada. ROPM-SUS 07.02.04.038-0 Marca aprovada: >> Terumo/Runthrough NS/modelo FA/IA)	Unidade	290,0000	150,00	_____	_____
6	Fio Guia de Angioplastia 0,018"x150/260cm, de comprimento aproximado, para entrega de stent longo e acesso distal, constituída de núcleo de aço, com revestimento de superfície HIDROFÍLICO, com ponta modelo em Jota ou Angulada/Reta estéril, radiopaca, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.01.014-6 Marca aprovada: >> Nipro/Aqualiner Hidrofílica >> Terumo/Radiofocus	Unidade	320,0000	250,00	_____	_____
7	Bainha Introdutora Radial com válvula hemostática com REVESTIMENTO HIDROFILICO total de 5 Fe 6F com 10cm de comprimento aproximado tipo (Glidesheath/Terumo), kit completo para implante, descartável, estéril, radiopaco, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Terumo/Glidesheath/Cód ref.BF5F10PA, BF6F10PA	Unidade	156,0000	400,00	_____	_____
8	BAINHA Guia Introdutora Valvulada Aramada ponta flexível com marcador radiopaco, revestimento hidrofílico, com amplo lumen e resistência a dobras em CROSSOVER, CARÓTIDA e RENAL, nos diâmetros 6Fr/2,2mm e 7Fr/2,5mm, com tamanho aproximado da bainha de 45/65cm comprimento, modelos (HASTE HOCKEY, LIMA, MULTIUSO, RETO e RDC), tipo (Shuttle-SL/Cook ou Destiantion/Terumo), compatível com fio guia 0,035/0,038", Kit completo, estéril, descartável, radiopaco, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada:	Unidade	980,0000	60,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	>> COOK/Shuttle-SL 6 e 7Fr de 45/65cm >> TERUMO/Ddestination 6 e 7Fr de 45cm					
9	BAINHA Guia Introdutora Valvulada Aramada ponta flexível com marcador radiopaco, revestimento hidrofílico, com amplo lumen e resistência a dobras em CROSSOVER, CARÓTIDA e RENAL, nos diâmetros 6Fr/2,2mm e 7Fr/2,5mm, com tamanho aproximado da bainha de 90cm comprimento, modelos (MULTIUSO e RETA), tipo (Shuttle-SL/Cook ou Destiantion/Terumo), compatível com fio guia 0,035/0,038" Kit completo, estéril, descartável, radiopaco, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> COOK/Shuttle-SL 6 e 7Fr de 90cm >> TERUMO/Ddestination 6 e 7Fr de 90cm	Unidade	1.680,0000	60,00	_____	_____
10	Pulseira para Compressão da Artéria Radial, é um dispositivo de compressão para ajudar na hemostasia da artéria radial após procedimento transradial, inflável, ajustável ao pulso do paciente, tamanho adulto, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Terumo/modelo Tr Band	Unidade	156,0000	200,00	_____	_____
11	STENT - Prótese de Sustentação Intraluminal Coronariana de AÇO 316L de menor perfil de cruzamento disponível e malha mais fina, associada a excelente força radial com DUPLA MARCA RADIOPACA EM OURO, posicionadas forma proporcionar melhor visibilidade, cobertura hidrofílica parcial, para melhor cruzabilidade, montado em BALÃO para além de três dobras, com sistema introdutor de balão compatível com fio guia 0,014", estéril, neste item os licitantes deverão disponibilizar toda a grade com diâmetros de 2.00, 2.25, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00, e tamanhos diversos, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.04.053.3 Obs. As empresas deverão citar na proposta as numerações e tamanhos que compõe a sua grade de produtos (grade completa). Marca aprovada: >> Terumo/Tsunami GOLD	Unidade	2.034,0000	100,00	_____	_____
12	Cateter BALÃO Dilatador para Angioplastia transluminal percutânea de (coronária), NÃO COMPLACENTE, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar (grade completa) com todos os tamanhos e diâmetros diversos, de 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 e 4.0, que vão até 30mm de comprimento e quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido. ROPM/SUS 07.02.04.008-8 Marca aprovada:	Unidade	500,0000	300,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	>> Abbott/Mercur NC >> Medtronic >> Boston Scientific >> B.Braun >> Biotronik					

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura