

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**  
**Termo de Referência****Processo...:** 23081.006958/2010-37 **Pregão SRP** 125 / 2010 **Data da Emissão:** 10/05/2010**Abertura: Dia:** 26/05/2010 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Loção oleosa a base de A.G.E (ácidos graxos essenciais) e T.C.M.(triglicerídeos de cadeia média), loção oleosa regeneradora tecidual, insolúvel em água, com PH 5,0 - 6,0. composto de ácidos graxos essenciais, com altas concentrações de ácido oléico - 85% e linoléico - 72%, triglicerídeos de cadeia média, extraídos do óleo de girassol, além de lecitina de soja, vitaminas A e E enriquecido com lanolina - importante componente com ação emoliente, hidratante e plasticizante que contém A.G.I. (ácidos graxos insaturados). frasco com 200ml, com bico aplicador e tampa perfuradora. Marca aprovada: >> Nutriex/Derma Nutri Gold 200ml	Unidade	52,0000	350,00	_____	_____
2	Coletor de Urina infantil feminino, estéril, com bolsa graduada, adesivo hipoalergênico, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Mark Med >> B.Braun	Unidade	0,8000	2.500,00	_____	_____
3	Bolsa para Urostomia adultos transparente, drenagem de diurese através da urostomia, com barreira protetora de pele em resina sintética composta por gelatina, pectina e carboximetilcelulose saco coletor composto de película plástica silenciosa macia, atóxica e hipoalergênica, sistema de uma peça, adulto, recortável de 19mm á 45/64mm no mínimo, com barreira protetora de pele, saco coletor transparente, extremidade interior arredondada, com selagem de alta resistência nas bordas, assegurando a integridade do saco, resistente e que não desprenda facilmente o conjunto. Válvula anti-refluxo e válvula adaptadora para drenagem, que possa ser acoplada aos sistemas de drenagem (bolsa coletora de perna e bolsa coletora de cama) e que permita perfeito fechamento da área de drenagem sem extravasamento de efluentes, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Shelter	Unidade	26,0000	2.000,00	_____	_____
4	Hastes de polipropileno flexíveis com algodão hidrófilo, anti-germe nas duas pontas, com pontas arredondadas, caixa com no mínimo 75 unidades, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >>	Caixas	1,6000	2.000,00	_____	_____
5	Fita Adesiva hipoalergênica em rayon de viscosidade não-tecido com adesivo acrílico	Rolo	3,5000	12.000,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**  
**Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
6	hipoalergênico, rolo com 25mm de largura x 9 á 10m de comprimento, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >>3M Fita Adesiva hipoalergênica em rayon de viscose não-tecido com adesivo acrílico hipoalergênico, rolo com 50mm largura x 9 á 10 metros de comprimento, embalagem compatível com alegislação vigente. Marcas aprovadas: >> 3M	Rolo	6,2000	2.500,00	_____	_____
7	Perfurador de Membrana amniótica, estéril, descartável, embalado individualmente, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Surgiplast/Rompedor de Bolsa >> Abbott/Amniótomo >> Cientific	Unidade	1,0000	1.000,00	_____	_____
8	Torneira de Plástico com 3 vias, estéril, descartável, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> B.Braun/Discofix C/Cód.ref.16496 C >> Hartmann	Unidade	1,9500	21.000,00	_____	_____
9	Cateter Peritoneal SWAN NECK, (tipo MISSOURI), ADULTO para diálise peritoneal aguda ou crônica, com 2 cuff, com comprimento total de 44,5cm, radiopaco, descartável, estéril, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar os modelos (ESQUERDO e DIREITO). embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: >> Tyco Healthcare/Kendall/Quinton/Swan Neck Missouri/Ref. 8888412601- Esquerdo/Ref.8888412619-Direito	Unidade	760,0000	120,00	_____	_____
10	Cateter Peritoneal SWAN NECK, (tipo MISSOURI), PEDIÁTRICO para diálise peritoneal aguda ou crônica, com 2 cuff, com comprimento total de 38cm, radiopaco, descartável, estéril, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar os modelos (ESQUERDO e DIREITO). embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: >> Tyco Healthcare/Kendall/Quinton/Swan Neck Missouri/Ref. 8888412643- Esquerdo/Ref.8888412635-Direito	Unidade	800,0000	20,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**  
**Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
11	<p>Kit para Coleta de Medula Óssea com pré-filtro e filtros em linha, para coleta e filtração de até 1,2 litros de medula óssea aspirada. O kit de coleta de medula óssea é composto de:</p> <p>1 - Bolsa para coleta de 1,2 litros pré filtro de 850 micras, 2 - Filtros de malha de plástico de mesh 500 micras com carcaça de plástico flexível(vermelha), 1 - Filtros de malha de plástico de mesh 200 micras com carcaça de plástico flexível (azul), 3 - Bolsas de transferência de 600ml, 1 - Bolsa de transferência de 2.000ml, 1 - Saco plástico vedado contendo quatro protetores de extremidades, 2 - Campos cirúrgicos estéreis, embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>Marcas aprovadas: &gt;&gt; BAXTER/Bone Marrow;Cpod.ref. 4R2107</p>	Kit	1.600,0000	40,00	_____	_____
12	<p>Sonda Vesical Dilatadora Déléfosse de Borracha, com guia filiforme para urologia de Borracha esterilizado, com um furo lateral, rosca macho 37cm, de comprimento sonda deslizante (com bugia filiforme) vermelha extremidade olivar, rosca fêmea com DIÂMETROS DIVERSOS de (ch12, ch14, ch16, ch18, ch20) comprimento aproximado 33cm, embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido.</p> <p>Marca aprovada: &gt;&gt; Rüsç/Cód.ref.</p>	Unidade	400,0000	40,00	_____	_____
13	<p>Bolsa para Preservação de Medula Óssea e sten cell periferica, feita de material especial que resista a ultra baixas temperaturas, esteril, com duas vias de entrada e duas saídas, capacidade par 250 ml - (30 à 60 ml de fluído), não pirogênico resistente a congelamento em nitrogênio líquido descongelamento em banho maria essencial para o transplante autoplástico de medula óssea. Embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>Marca aprovada: &gt;&gt; BAXTER/Sten Cell/Ref.R4R9953 &gt;&gt; JP Indústria/Cryostore CS-3i</p>	Unidade	180,0000	120,00	_____	_____
14	<p>Cateter Ureteral 6 fr, ponta aberta com 70cm de comprimento, radiopaco, kit completo para implante, estéril, descartável, embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>Marca aprovada: &gt;&gt; Cook</p>	Unidade	151,0000	100,00	_____	_____



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105  
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
15	Aguilha Aspirativa com ponta tipo CHIBA, que permite a aspiração de amostras citológicas, injeção de contraste ou anestéricos e introdução de fio guia 0,035", possui marcação de profundidade em centímetros, modelo 22G x 11cm, estéril, descartável, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Medax >> GTA S.R.L. >> Bloodline >> Medical Device >> Galini >> Ecomed >> MD Tech >> Cook	Unidade	24,0000	100,00	_____	_____

**Informar:**

Razão Social da Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Endereço, Local e Estado: \_\_\_\_\_

Cep: \_\_\_\_\_ Fone/Fax: \_\_\_\_\_ Telex: \_\_\_\_\_

Nome do Banco: \_\_\_\_\_ Nome da Agência: \_\_\_\_\_ Número da Agência: \_\_\_\_\_

Número Conta Bancária: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

-----  
Assinatura