

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo...:** 23081.007709/2010-69 **Pregão SRP** 148 / 2010 **Data da Emissão:** 10/06/2010**Abertura: Dia:** 06/07/2010 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	<p>RADIOGRAFIA DIGITAL DIRETA</p> <p>Sensor do tipo CMOS APS para obtenção de imagens radiográficas digitais de tamanho 30 x 43 mm. com largura inferior a 5 mm. O kit deve conter 01 sensor, 01 interface remota, um cabo USB de 5 metros e um cabo USB de 1,80 metros e intercambiável , 01 software de interpretação das imagens e certificação digital sem limitações de licença, 01 kit de posicionadores RINN, assistência técnica local e garantia local sem custo de visita ou envio se necessário.</p> <p>OBS.: SOLICITAR ENVIO DE CATÁLOGO PRÉVIO COM DETALHES TÉCNICOS DA MARCA COTADA. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.</p>	Unidade	17.800,0000	1,00		
2	<p>LASERTERAPIA - Equipamento dotado de laser vermelho e infravermelho, com modo de aplicação assistido (protocolos clínicos pré-estabelecidos): Laser emissor visível: Comprimento de Onda: 685nm (típico),Potência útil do emissor: 35mW Meio ativo InGaAIP .Emissor invisível: Comprimento de Onda : 830nm (típico) Potência útil do emissor : 100mW, Meio ativo AsGaAl - Modo de Operação: modo normal e protocolo assistido - Aplicação do laser de forma contínua ou pulsátil- Acionamento do laser com Pedal para maior segurança. O kit deve conter 3 óculos de proteção e sinalização de advertência para portas do uso e risco do laser.</p> <p>OBS.: SOLICITAR ENVIO DE CATÁLOGO PRÉVIO COM DETALHES TÉCNICOS DA MARCA COTADA. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.</p>	Unidade	3.890,0000	1,00		
3	<p>Localizador apical Compacto, com display LCD Colorido, indicador visual e sonoro de aproximação do ápice radicular. Bateria Recarregável e corrente elétrica 220V, Totalmente Automático</p> <p>APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.</p> <p>OBS.: ENVIAR CATÁLOGO COM DETALHES TÉCNICOS PARA PRÉVIO PARECER TÉCNICO.</p>	Unidade	3.000,0000	2,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
4	SELADORA para papel grau cirúrgico 220 v com regulagem de intensidade de calor, com gabinete em aço, braço de selagem acionado por alavanca para menor esforço do operador. Largura de selagem de 5 mm. Deve acompanhar fita térmica para reposição 1 rolo.  OBS.: SOLICITAR ENVIO DE CATÁLOGO PRÉVIO COM DETALHES TÉCNICOS DA MARCA COTADA. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.	Unidade	260,0000	1,00	_____	_____
5	Autoclave horizontal para esterilização a vapor. Modelo: Horizontal Capacidade: Pelo menos 12 litros Pelo menos 02 bandejas Câmara: Inox Desaeração e Despressurização: Automática Ciclo de Secagem: Secagem eficiente Secagem Extra: Sim Tempo total de esterilização: 55 min. (1 ciclo) Método de Secagem: Porta entreaberta Potência: 1200 Watts Voltagem: 220 Volts Garantia mínima 1 ano Sistemas de segurança: Pelo menos 13 Sistema de fechamento da porta: Duplo estágio Microcontrolador: Sim Componentes: Bandejas, Suporte, Copo Graduado, Braçadeira, Mangueira e Manual de Instrução. *Ajuste de altitude (realizado pelo técnico). Com Registro na ANVISA. O Fornecedor deve descrever a forma de assistência técnica. APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	Unidade	2.000,0000	3,00	_____	_____
6	Conjunto composto por Micromotor e Contra-ângulo para baixa rotação. Especificações: Micromotor para baixa rotação Encaixe Borden. Com Spray. Rotação entre 5.000 a 20.000 rpm. Sentido de rotação ajustável. Acoplamento Borden (dois furos) com regulagem do spray na mangueira. Esterilizável por mais de 1000 ciclos em autoclave; Contra-ângulo para baixa rotação com spray. O fornecedor deverá descrever a forma de assistência técnica.	Unidade	1.500,0000	4,00	_____	_____
7	MOTOR ENDODÔNTICO.	Unidade	4.000,0000	1,00	_____	_____





UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105  
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
------	---------------	---------	--------------	------------	----------------	-------------

**Informar:**

Razão Social da Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Endereço, Local e Estado: \_\_\_\_\_

Cep: \_\_\_\_\_ Fone/Fax: \_\_\_\_\_ Telex: \_\_\_\_\_

Nome do Banco: \_\_\_\_\_ Nome da Agência: \_\_\_\_\_ Número da Agência: \_\_\_\_\_

Número Conta Bancária: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura