

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo..:** 23081.015028/2010-74 **Pregão SRP** 302 / 2010 **Data da Emissão:** 27/09/2010**Abertura: Dia:** 19/10/2010 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Bolsa para Colostomia/Ileostomia, para Adultos, recortável, drenável, descartável, bolsa confeccionada em plástico atóxico e TRANSPARENTE, com barreira protetora periestomal flexível em resina sintética e adesivo microporoso hipoalergênico de 3ª (terceira) geração, com guia de medição impressa para recorte de 19mm à 64mm, revestido com papel parafinado ou outro material de fácil remoção. Na parte posterior da bolsa possuir tela protetora não aderente; com clamp de segurança para o fechamento da bolsa. Embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Convatec >> Coloplast >> Shelter	Unidade	12,0000	7.000,00	_____	_____
2	Bolsa para Colostomia/Ileostomia, para Adultos, recortável, drenável, descartável, bolsa confeccionada em plástico atóxico e TRANSPARENTE, com barreira protetora periestomal flexível em resina sintética e adesivo microporoso hipoalergênico de 3ª (terceira) geração, com guia de medição impressa para recorte de 19mm à 80mm, revestido com papel parafinado ou outro material de fácil remoção. Na parte posterior da bolsa possuir tela protetora não aderente; com clamp de segurança para o fechamento da bolsa. Embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Shelter	Unidade	19,0000	1.200,00	_____	_____
3	Bolsa para Colostomia/Ileostomia, para Infantil, recortável, drenável, descartável, Bolsa confeccionada em plástico atóxico e TRANSPARENTE, com barreira protetora periestomal flexível em resina sintética e adesivo microporoso hipoalergênico de 3ª (terceira) geração, com guia de medição impressa para recorte de 25mm, revestido com papel parafinado ou outro material de fácil remoção, na parte posterior da bolsa possuir tela protetora não aderente; drenável; com clamp de segurança para o fechamento da bolsa. Embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Convatec >> Coloplast	Unidade	14,0000	240,00	_____	_____
4	Bolsa para Preservação de Medula Óssea e sten cell periferica, feita de material	Unidade	235,0000	240,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	especial que resista a ultra baixas temperaturas, esteril, com duas vias de entrada e duas saídas, capacidade par 500 ml - (30 à 60 ml de fluido), não pirogênico resistente a congelamento em nitrogênio líquido descongelamento em banho maria essencial para o transplante autoplástico de medula óssea. Embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> BAXTER/Sten cell/ Ref.R4R9955 >> JP Indústria/Cryostore CS-3i >> Origen Biomedical					
5	Bolsa para Preservação de Medula Óssea e sten cell periferica, feita de material especial que resista a ultra baixas temperaturas, esteril, com duas vias de entrada e duas saídas, capacidade par 250 ml - (30 à 60 ml de fluido), não pirogênico resistente a congelamento em nitrogênio líquido descongelamento em banho maria essencial para o transplante autoplástico de medula óssea. Embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> BAXTER/Sten Cell/Ref.R4R9953 >> JP Indústria/Cryostore CS-3i >> Origen Biomedical	Unidade	235,0000	240,00	_____	_____
6	Bolsa para Transferência de Hemoderivados (Sangue) e seus componentes sem anticoagulante capacidade para 300ml, estéril, desenvolvida de acordo com a portaria SVS 959/MS. Embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Fresenius Kabi/Ref.FR0501112 >> JP Indústria/Ref.	Unidade	13,0000	3.200,00	_____	_____
7	Bolsa para Urostomia adultos transparente, drenagem de diurese através da urostomia, com barreira protetora de pele em resina sintética composta por gelatina, pectina e carboximetilcelulose saco coletor composto de película plástica silenciosa macia, atóxica e hipoalergênica, sistema de uma peça, adulto, recortável de 19mm á 45/64mm no mínimo, com barreira protetora de pele, saco coletor transparente, extremidade interior arredondada, com selagem de alta resistência nas bordas, assegurando a integridade do saco, resistente e que não desprenda facilmente o conjunto. Válvula anti-refluxo e válvula adaptadora para drenagem, que possa ser acoplada aos sistemas de drenagem (bolsa coletora de perna e bolsa coletora de cama) e que permita perfeito	Unidade	23,9500	4.000,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	fechamento da área de drenagem sem extravasamento de efluentes, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Shelter					
8	Cânula Nasal Adulto tipo óculos com coxim de silicone, regulagem e extensão de 1,4m em peça única, estéril, descartável, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Intersurgical/Ref. >> Hudson/Ref. >> Silmag/Ref.	Unidade	6,5000	9.000,00	_____	_____
9	Cânula Nasal NEO-NATAL 06 Fr - tipo óculos com coxim e a regulagem 100% elastômero de silicone, para a perfeita adaptação sem uso de adesivos com extensão de 1,4m em peça única, estéril, descartável, embalagem comaptível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Intersurgical/Ref. >> Hudson/Ref. >> Silmag/Ref. 230-06	Unidade	19,0000	3.600,00	_____	_____
10	Cânula Nasal Pediátrica - tipo óculos com coxim de silicone, regulagem e extensão de 1,4m em peça única, estéril, descartável, embalagem compatível com alegislação vigente. Marca aprovada: >> Intersurgical/Ref. >> Hudson/Ref. >> Silmag/Ref.	Unidade	16,8000	2.500,00	_____	_____
11	Cânula Orofaríngea (tipo GUEDEL), fabricada em PVC atóxico, transparente e inodora, com indicador de numeração em relevo, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros, diversos de (0, 1, 2, 3, 4 e 5).embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: >> Portex/Ref. >> Caajara/Ref. >> Protec/Ref. >> Intersurgical/Ref.	Unidade	5,1200	320,00	_____	_____
12	Cânula Traqueostomia Ajustável Longa modelo indicado para PESSOAS OBESAS, (conjunto) composto de:	Unidade	87,6000	320,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>1 - Cânula externa com balão de baixa pressão e balão azul de controle com adaptador de luer e luer-lock, em P.V.C. termossensível, siliconizada, longa, com curvatura em ângulo reto, conector colocado, linha radiopaca contínua, mandril auxiliar á introdução/sonda de aspiração, placa de fixação flexível com anel rosqueado permitindo ajuste, fita para fixação ajustável com velcro nas extremidades, descartável, estéril, descartável, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros, diversos de ( 7, 8, 9 e 10 ), embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido.</p> <p>Marca aprovada:</p> <p>&gt;&gt; BCI Medical/Ref. 9736.</p> <p>&gt;&gt; CPL/Ref.</p> <p>&gt;&gt; Portex/Ref;</p> <p>&gt;&gt; Rüsch/Ref.</p>					
13	<p>Cânula para traqueostomia modelo "Biesalski" (conjunto), NÚMEROS DIVERSOS, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm e 12mm, composto de: 1 cânula externa para traqueostomia, sem balão, em PVC termosensível, siliconizada, com 2 cânulas internas sendo uma delas de reserva (sobressalente); tampa de proteção anti-tosse; válvula de fonação; conector para oxigênio; placa (asa) de fixação flexível e fita de fixação ajustável com velcro nas extremidades, descartável, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>Obs.:Indicada na substituição da cânula de metal, em casos de tratamentos radioterápicos.</p> <p>Marca aprovada:</p> <p>&gt;&gt; Rüsch/Ref.120900</p>	Unidade	81,0000	240,00		
14	<p>Cânula Traqueostomia COM BALÃO, de baixa pressão, em PVC atóxico, flexível, transparente, estéril, descartável e radiopaca, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros, diversos de (4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 ).embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido.</p> <p>Marca aprovada:</p> <p>&gt;&gt; BCI Medical/Ref.</p> <p>&gt;&gt; B.Braun/Ref.</p> <p>&gt;&gt; CPL/Ref.</p> <p>&gt;&gt; Portex/Ref.</p> <p>&gt;&gt; Rüsch/Ref.</p>	Unidade	16,4400	2.400,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
15	Cânula Traqueostomia SEM BALAO, em PVC atóxico, flexível, transparente, estéril, descartável e radiopaca, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros diversos de ( 3, 3.5 e 4 ).embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: >> BCI Medical/Ref. >> B.Braun/Ref. >> CPL/Ref. >> Portex/Ref. >> Rüsch/Ref.	Unidade	20,5000	240,00	_____	_____
16	Coletor de Urina infantil UNISSEX, estéril, com bolsa graduada, adesivo hipoalergênico, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Mark Med	Unidade	0,4500	10.000,00	_____	_____
17	Coletor de Urina Neo-Natal, em sistema fechado, sonda 100% silicone, com coletor de urina de 100ml, com ponto de injeção para extração de amostra para laboratório, tubos de conexão com chaves de 3 vias, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros diversos de ( 4Fr, 6Fr, 8Fr), embalagem compatível com a legislação vigente. Marcas aprovadas: >> Silmag	Unidade	20,0000	1.200,00	_____	_____
18	Coletor de Urina, sistema aberto, frasco com capacidade para 1.000 á 2.000ml, extensor com clamp para vedação, cânula para adaptar a sonda vesical, alça para fixação, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Hartmann/Uro-hart >> B.Braun	Unidade	3,6000	9.000,00	_____	_____
19	Coletor de Urina, sistema fechado, bolsa com capacidade para 2.000ml, contendo: Bolsa coletora com escalas de graduação para pequenos e grandes volumes; alça de sustentação, conector universal com ponto de coleta para amostra em (látex auto vedante) e tampa protetora; tubo extensor para esvaziamento dotado de clamp; pinça corta fluxo; câmara de pasteur; válvula anti-refluxo; filtro de ar antibacteriano na bolsa coletora; tira de deambulação; tubo de drenagem; coldre protetor, estéril, descartável, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >>MB-Indústria Cirúrgica Ltda/BIO-URINE	Unidade	10,8000	9.000,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
20	Dispositivo Urinário externo masculino, descartável, de látex auto-adesivo, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos, diâmetros, diversos de (25mm/pequeno, 30mm/médio, 35mm/grande), embalagem compatível com a legislação vigente. Marcas aprovadas: >> Convatec, >> Coloplast/Conveen/Ref.5200/5205/5210 >> Mentor/FreedomCath/ref.#8000	Unidade	11,7600	9.000,00	_____	_____
21	Dreno de Sucção contínua com fole aspirador em sistema fechado por pressão negativa com capacidade de 400 á 600 cc, tubo de conexão, com clamp, agulha, guia cromado tampa-válvula que permite compressão sem desconectar do sistema, (kit completo), neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os drenos de tamanhos e diâmetros, diversos de 3,2mm(pequeno), 4,8mm(médio) e 6,4mm(grande).embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: >> MB - Medical Brasil/Bio-Vac/Ref. >> P.Simon/Ref. >> Biotec/Biovac AT >> LAC Medical/Cir Brasil	Unidade	14,0000	3.200,00	_____	_____
22	Dreno em T (Kher), para drenagem das vias biliares, confeccionade em látex ou silicone atóxico, flexível, transparente, estéril, descartável e radiopaca, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros, diversos de (12, 14, 16, 18, 20 e 22 ).embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: >> Medicone/Halex&Istar/Ref. >> Taylor/Cirurgica Brasil/Ref.	Unidade	11,7000	600,00	_____	_____
23	Dreno Torácico em PVC siliconizado ou siliconado, atóxico, COM CONECTOR, multiperfurado, flexível, transparente, estéril, radiopaco, com 40cm de comprimento aproximado, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros, diversos de (10, 12. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. 36. 38 e 40 ).embalagem compatível com a legislação vigente., embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido.	Unidade	5,0000	4.500,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Marca aprovada: >> CPL Medicals/Ref. >> MB - Medical Brasil/Ref.					
24	Mascara LARÍNGEA Clássica para uso supro glótico, que permita ventilação mecânica em pacientes Recém-Nascidos/Lactentes, crianças pré-escolares, adolescentes e adultos, deve ser construída em parte ou totalmente de silicone medicinal com conformação que se adapte anatomia humana, vedando o esôfago e liberando a passagem de ar para traquéia. neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros diversos de ( 1 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 6.0 ). Deve permitir a esterilização a vapor e ou autoclavável, com possibilidade de reuso aproximadamente 30/40 vezes, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: >> LMA Laryngeal Mask Company Limited/modelo Classic >> AMBU/modelo Aura 40 silicone autoclavável >> Med Tech	Unidade	400,0000	48,00		
25	Máscara LARÍNGEA para Entubação com Acesso Gástrico, para crianças o modelo deve ser variável para cada peso, com volume do balão de inflação 7ml aproximado, com dispositivo para manuseio das vias aéreas que dispensa o uso do laringoscópio. A face convexa posterior fica em contato com a parede da faringe e anterior se sobrepõe a laringe, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros, diversos de (1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 e 5 ). embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido.embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> LMA Laryngeal Mask Company Limited/modelo ProSeal/Ref.	Unidade	750,0000	12,00		
26	Máscara LARÍNGEA para Entubação Difícil com volume do balão de inflação 30ml e com dispositivo para manuseio das vias aéreas que dispensa o uso do laringoscópio. A face convexa posterior fica em contato com a parede da faringe e anterior se sobrepõe a laringe, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros e diversos de ( 3, 4 e 5 ). embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido.	Unidade	1.050,0000	12,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Marca aprovada: >> LMA Laryngeal Mask Company Limited/modelo Fastrach					
27	Sistema Cânula Nasal (tipo - (C.P.A.P.), para a administração de terapia de pressão positiva contínua nas vias aéreas para neonatos e pediátricos, estéril, descartável, deve possuir, (01)uma cânula nasal de CPAP com cotovelos inspiratório e expiratório e dois (02) tubos corrugados com comprimento de 120cm e 10mm de diâmetro, uma (01) linha de de monitorização de pressão, um (01) um adaptador rígido de 22mm para umidificação, uma touca (gorro) de lã, duas (02) peças de velcro para fixação de 6", neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros, diversos de * 7.5 Fr tamanho... 00 < 700g, * 9.0 Fr tamanho.....0 < 700g, * 10.5 Fr tamanho...1 < 701g - 1.000g, * 12 Fr tamanho .....2 < 1.000g - 1.300g, * 15 Fr tamanho .....3 < 1.301g - 2.000g, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: >> Hudson RCI/CPAP System/Ref. >> Silmag/Cânula Nasal para oxigenoterapia neo-natal/Ref. >> NewMed Produtos/INCA/Ref.	Unidade	98,0000	600,00		
28	Sonda Aspiração Traqueal de plástico, atóxico, estéril, descartável, adaptável á seringa com furos nas laterais, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros, diversos de nºs (4, 6, 8, 10, 12 , 14, 16 e 18).embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: >> Mark Med/Ref..	Unidade	0,4500	100.000,00		
29	Sonda CARLENS de borracha vulcanizada de duplo lumen de ventilação seletiva, para intubação bronquial à esquerda, contendo GANCHO CARINAL para ancoramento na carina principal, com 2 (dois) balões correspondentes e 2 (dois) balões de controle, guarnições universais para seringas, tira contínua de contraste de raio-X, e com sonda de aspiração, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros, diversos de (35, 37, 39 e 41).embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as	Unidade	2.200,0000	120,00		



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	características e quantidades do produto á ser adquirido. embalagem compatível com a legislação vigente Marca aprovada: >> Rüsç/Ref. 11 60 00					
30	Sonda CARLENS de plástico descartável de duplo lumen de ventilação seletiva, para intubação bronquial à esquerda, contendo GANCHO CARINAL para ancoramento na carina principal, com 2 (dois) balões correspondentes e 2 (dois) balões de controle, guarnições universais para seringas, tira contínua de contraste de raio-X, e com sonda de aspiração, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros, diversos de (35, 37, 39 e 41).embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. embalagem compatível com a legislação vigente Marca aprovada: >> Rüsç/Ref.116101... >> B.Braun/Ref. >> BCI Medical/Ref.	Unidade	280,0000	240,00	_____	_____
31	Sonda Endotraqueal Aramada (espiralada), COM BALÃO, em curva, de plástica (PVC) ou similar, atóxico, radiopaca, com marcação no tubo de centímetro em centímetro, com conector, estéril, reusável, embalagem compatível com a legislação vigente, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros, diversos de (5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5 e 10).embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: >> BCI Medical/Ref. >> B.Braun/Ref. >> CPL/Ref. >> Portex/Ref; >> Rüsç/Ref.	Unidade	32,8000	120,00	_____	_____
32	Sonda Endotraqueal COM BALÃO, em curva, de plástico (PVC) ou similar, atóxico, radiopaca, com marcação no tubo de centímetro em centímetro, com conector, estéril, descartável, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros, diversos de ( 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5 e	Unidade	4,3000	8.000,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	10).embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: >> BCI Medical/Ref. >> B.Braun/Ref. >> CPL/Ref. >> Portex/Ref; >> Rüsç/Ref.					
33	Sonda Endotraqueal SEM BALÃO, em curva, de plástico (PVC) ou similar, atóxico, radiopaca, com marcação no tubo de centímetro em centímetro, com conector, estéril, descartável, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros, diversos de ( 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5 e 5.5).embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: >> BCI Medical/Ref. >> B.Braun/Ref. >> CPL/Ref. >> Portex/Ref; >> Rüsç/Ref.	Unidade	2,8000	2.500,00	_____	_____
34	Sonda Entubação Endotraqueal/Esofágica modelo (Combitube) em PVC com tamanhos e diâmetros, diversos de 41 Fr adulto e 37 Fr adulto pequeno, tubo de duplo lumen, balão de baixa pressão e alto volume no ramo distal que possui o mesmo tamanho que o tubo traqueal normal, seringa de 100ml pré-carregada com volume nescessário de ar para os dois balões, conector montado em ângulo reto, adaptador transparente, estéril, descartável, permite ventilação inclusive em situações complicadas, intubação difícil das vias aéreas, proporciona segurança na ventilação artificial, baixa, anestesia geral e possibilita uma intubação rápida em casos de emergências, possui marcas de profundidade claramnete visíveis para intubação teraqueal ou esogágica, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Rüsç/Combitube >> LifeMedical Supplier >> Kendall	Unidade	430,0000	60,00	_____	_____
35	Sonda Esofágica (tipo Sengstaken/Blackemore), números e tamanhos diversos de 14Fr, 16Fr e 18 French de borracha ou PVC com aproximadamente 105cm de	Unidade	880,0000	6,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	comprimento, 03 vias graduada a cada 5 cm, 02 balões em látex, (esofágico/capacidade 130ml e gástrico/capacidade 30ml), com marcas radiopacas, e 02 balões de controle com válvula de segurança (transparente/estomacal e azul/esofágico). embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido. Marca aprovada: >> Rusch >> BCI Medical					
36	Sonda FOLEY de 2 vias com Balão de 05 à 20cc, látex siliconizada, atóxico não-pirogênico, estéril, descartável, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos, diâmetros diversos de (8 e 10), sendo que a de nº 8 deverá vir com guia, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido. Marca aprovada: >> Rüsch/Cód.ref. >> Embramac/Free-Bac/Ref. >> Lamedid/Solidor/Ref. >> Exelint/Ref.	Unidade	1,9000	1.200,00	_____	_____
37	Sonda FOLEY de 2 vias com Balão de 20 à 30cc, látex siliconizada, atóxico não-pirogênico, estéril, descartável, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos, diâmetros diversos de (12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24).embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido. Marca aprovada: >> Rüsch/Ref. >> Embramac/Free-Bac/Ref. >> Lamedid/Solidor/Ref. >> Exelint/Ref.	Unidade	0,8700	10.000,00	_____	_____
38	Sonda FOLEY de 3 vias com Balão de 20 à 30cc, látex siliconizada, atóxico não-pirogênico, estéril, descartável, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros, diversos de (16, 18, 20, 22 e 24).embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido. Marca aprovada:	Unidade	1,8000	1.600,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	>> Rüschi/Ref. >> Embramac/Free-Bac/Ref. >> Lamedid/Solidor/Ref. >> Exelint/Ref.					
39	Sonda Gástrica para cirurgia bariátrica e esvaziamento gástrico, tipo FOUCHET, estéril, descartável, números diversos, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: > Embramed	Unidade	7,0000	120,00	_____	_____
40	Sonda Gastrostomia ao Nível da Pele, em poliuretano ou silicone, válvula anti-refluxo, localizada na ponta proximal, ponta distal da sonda em formato de estrela ou balão interno para retenção, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros diversos de ( 1cm, 1.5cm, 2cm, 2.5cm, 3cm, 3.5cm e 4cm) de comprimento, com calibre de 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr e 24 french aproximado, kit completo para implante, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Bard/Ref. >> Ballard/Kimberly Clark/Ref. >> Kendall/Ref.	Unidade	520,0000	36,00	_____	_____
41	Sonda Gastrostomia para alimentação enteral, com conector em " Y " e com Balão, 100% de silicone ou poliuretano, com TRIPLA VIA, permite a administração de dieta e medicação, balão inflável de silicone de retenção interna, disco(anel) externo proteção e retenção, atóxico, radiopaco, estéril, descartável, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros diversos de (12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr e 20Fr).embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido. Marca aprovada: >> Kimberly-Clark/Gastrostomy Feeding Tube/Ref.0112-20 >> Abbott/Ref. >> Bard/Ref. >> Kendall/Ref.	Unidade	102,0000	1.200,00	_____	_____
42	Sonda Gastrostomia Percutâneo Endoscópico, Kit completo para implante, com conector em " Y " e com Balão, 100% de silicone ou poliuretano disco interno para proteção e retenção sistema pull(puxar), atóxico, estéril, descartável, neste item os	Unidade	239,0000	120,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros diversos de (14Fr, 16Fr, 18Fr e 20Fr).embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: >> Bard/Ponsky pull PEG/Ref. >> Ballard/CEI/Kimberly-Clark/Ref. >> Kendall/Ref.					
43	Sonda Nasal para Alimentação Enteral, modelos, tamanhos e diâmetros diversos: * ADULTOS de 10 e 12 FR, e com 110cm de comprimento aproximado, * INFANTIL de 08 FR, e com 110cm de comprimento aproximado, * NEONATO de 06 FR, e com 80cm de comprimento aproximado, atóxica, apirogênica e radiopaca, confeccionada em POLIURETANO, flexível para efetuar uma introdução suave e sem traumas e adaptar-se facilmente a anatomia do paciente. O tubo deverá possuir o mesmo diâmetro externo da ponta, sem a presença de rebarbas, rebaixes ou saliências. Deverá conter marcas indicadoras de espaçamento ao longo do tubo para posicionamento, conector proximal duplo lúmen em " Y " (com tampas de vedação para todas as vias de acesso), ser compatível a qualquer tipos de equipos de DIETA e seringas, permitindo o acesso na segunda via para assepsia, administração de água e medicamentos, multi-orifícios nas laterais, com presença ou não de orifício central, fio guia deve ser de aço inox confeccionado em forma de espiral ou similar, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: >> Abbott >> Rivero/Ribral >> Oiarso/Bexen >> Kendall	Unidade	19,0000	4.500,00	_____	_____
44	Sonda Nasogástrica plástica siliconada atóxico, longa, multiperfurada, com tampa e adaptador a seringa, estéril, descartável, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros, diversos de (6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18).embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: >>Mark Med/Ref.	Unidade	0,4700	9.000,00	_____	_____
45	Sonda Jejunal para alimentação enteral via jejuno, contendo: uma sonda mono lumen,	Unidade	513,2300	12,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	com calibre Ch 9 e com 75cm de comprimento, uma cânula para punção da parede abdominal, uma cânula com mandril para tunelização do jejuno, um placa com trava para fixação da sonda à parede abdominal, clamp para controle de fluxo dieta, estéril, radiopaca com marcas a 10 cm a 24cm da ponta , conector luer-lock positivo para equipo acompanhado de adaptador luer-loc negativo, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Fresenius Kabi/Freka Jejunal/Ref.					
46	Sonda para Sistema fechado de Aspiração Traqueal, com conexão em cotovelo, endotraqueal em PVC atóxico flexível e transparente, estéril, descartável e radiopaca, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros, diversos de (6Fr, 8Fr, 10Fr,12Fr, 14Fr, 16Fr e 18Fr). embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. estéril, embalagem em papel grau cirúrgico. Marca aprovada: >> Newmed/ >> Ballard/Kimberly-Clark/CEI/Trach-care/Ref.	Unidade	22,0000	1.200,00	_____	_____
47	Sonda Retal plástica siliconada em PVC atóxico, com furos na ponta distal e lateral, com tampa e adaptador a seringa, estéril, descartável, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros, diversos de (18, 20, 24, 28, 32 e 34).embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: >>Mark Med/Ref.	Unidade	0,6000	900,00	_____	_____
48	Sonda Ureteral, constituído por um tubo fino em poliuretano, provido de estilete para inserção, o cateter com ponta aberta e reta tipo (Bico de Flauta), o cateter possui anel radiopaco e graduação a cada centimetro ao longo dos seus primeiros 50cm, com conector do tipo luer lock, diâmetros e diversos (5ch, 6ch, 7ch e 8ch) comprimento total aproximado 70 cm, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: >> Rüsck/Cód.ref	Unidade	75,0000	240,00	_____	_____
49	Cateter Ureteral, centimetrado, ponta distal aberta nos diâmetros 5Fr (cor amarelo) e 6Fr (cor Verde) com 70cm de comprimento aproximado, cilíndrica fechada em	Unidade	108,0000	120,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	poliuretano , graduado, extremidade distal atraumática e orifícios bem polidos, de fácil manipulação combinando flexibilidade, maleabilidade á resistência e baixo índice de incrustação, radiopaco, estéril e com adaptador, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Bard >> Cook					
50	Sonda Uretral plástica siliconada atóxico, com furos na lateral, com tampa e adaptador a seringa, estéril, descartável, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros, diversos de (4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18).embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: >>Mark Med/Ref.	Unidade	0,4800	65.000,00	_____	_____
51	Sonda Vesical Dilatadora Déléfosse de Borracha, com guia filiforme para urologia de Borracha esterilizado, com um furo lateral, rosca macho 37cm, de comprimento sonda deslizante (com bugia filiforme) vermelha extremidade olivar, rosca fêmea com tamanhos e diâmetros, diversos de (ch12, ch14, ch16, ch18, ch20) comprimento aproximado 33cm, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: >> Rüsç/Cód.ref.	Unidade	516,0000	36,00	_____	_____

**Informar:**

Razão Social da Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Endereço, Local e Estado: \_\_\_\_\_

Cep: \_\_\_\_\_ Fone/Fax: \_\_\_\_\_ Telex: \_\_\_\_\_

Nome do Banco: \_\_\_\_\_ Nome da Agência: \_\_\_\_\_ Número da Agência: \_\_\_\_\_

Número Conta Bancária: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura