

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo...:** 23081.005957/2011-56 **Pregão SRP** 113 / 2011 **Data da Emissão:** 11/05/2011**Abertura: Dia:** 24/05/2011 **Hora:** 10:30:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	<p>Prótese Reconstrução da Mama (implante mamário) de silicone microtesturizado ou texturizado com vários perfis, estéril, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros (a grade completa de medidas das Próteses), com sugestão de equivalência informando o volume em (cc), considerando as medidas de Base (cm) e a projeção (cm) conforme especificação de cada fabricante, o produto deve ser estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM do SIH/SUS: 07.02.08.003-9.</p> <p>Marca aprovada:</p> <p>>> Mentor Medical Systems</p> <p>>> Silimed - Silicone e Instrumental Médico Cirúrgico e Hospitalar Ltda.</p> <p>Obs.:</p> <p>1 - Disponibilizar o produto sob a forma de consignação, a quantidade mínima que deverão ficar disponibilizadas no HUSM, em regime de consignação será de aproximadamente de 01 unidade de cada apresentação, dos números mais usados salientando que estas quantidades poderão ser alteradas para mais ou para menos considerando as peculiaridades de cada item e das necessidades do serviço.</p> <p>2 - O controle das validades dos produtos disponibilizados sob o sistema de consignação é de inteira responsabilidade da empresa fornecedora, que deverá executar auditorias periódicas, fazendo o remanejamento dos produtos para que permaneçam com validades adequadas.</p> <p>3 - Após o término do registro de preços a conferência e retirada dos materiais serão de inteira responsabilidade da empresa.</p> <p>4 - Após o término do Registro de preços e ou contrato, a responsabilidade pelo recolhimento e devolução do(s) material(s) será única e exclusivamente da empresa fornecedora, incluindo conferência, embalagem e transporte, sem qualquer ônus para o HUSM/UFSM</p>	Unidade	915,5000	60,00		
2	<p>Expansor de Tecido para prótese de mama redondo, estéril, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros (a grade completa de medidas dos (Expansores Tecidual), com sugestão de equivalência informando o volume em (cc), considerando as medidas de Base (cm) e a projeção (cm) conforme especificação de cada fabricante, o produto deve ser estéril, embalagem</p>	Unidade	1.195,0000	60,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	compatível com a legislação vigente. ROPM do SIH/SUS: 07.02.08.001-2. Marca aprovada: >> Mentor Medical Systems >> Silimed - Silicone e Instrumental Médico Cirúrgico e Hospitalar Ltda. Obs.: 1 - Disponibilizar o produto sob a forma de consignação, a quantidade mínima que deverão ficar disponibilizadas no HUSM, em regime de consignação será de aproximadamente de 01 unidade de cada apresentação, dos números mais usados salientando que estas quantidades poderão ser alteradas para mais ou para menos considerando as peculiaridades de cada item e das necessidades do serviço. 2 - O controle das validades dos produtos disponibilizados sob o sistema de consignação é de inteira responsabilidade da empresa fornecedora, que deverá executar auditorias periódicas, fazendo o remanejamento dos produtos para que permaneçam com validades adequadas. 3 - Após o término do registro de preços a conferência e retirada dos materiais serão de inteira responsabilidade da empresa. 4 - Após o término do Registro de preços e ou contrato, a responsabilidade pelo recolhimento e devolução do(s) material(s) será única e exclusivamente da empresa fornecedora, incluindo conferência, embalagem e transporte, sem qualquer ônus para o HUSM/UFSM					
3	Coletor de Urina Neo-Natal, em sistema fechado, sonda 100% silicone, com coletor de urina de 100ml, com ponto de injeção para extração de amostra para laboratório, tubos de conexão com chaves de 3 vias, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros diversos de (4Fr, 6Fr, 8Fr), embalagem compatível com a legislação vigente. Marcas aprovadas: >> Silmag	Unidade	54,0900	1.200,00	_____	_____
4	Máscara LARÍNGEA para Entubação com Acesso Gástrico, para crianças o modelo deve ser variável para cada peso, com volume do balão de inflação 7ml aproximado, com dispositivo para manuseio das vias aéreas que dispensa o uso do laringoscópio. A face convexa posterior fica em contato com a parede da faringe e anterior se sobrepõe a laringe, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros, diversos de (1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 e 5). embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido. embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> LMA Laryngeal Mask Company Limited/modelo ProSeal/Ref.	Unidade	750,0000	24,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
5	Cateter Intravenoso Central, sistema por dentro da agulha, com mandril/guia em vialon ou teflon com calibre da agulha 16G x 12 in, com aproximadamente 30cm, agulha 19G x 12 in, e com e agulha de 22G x 8 in, com aproximadamente 20cm aproximadamente 30cm, estéril, descartável, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> B.D./Intracath	Unidade	25,0000	800,00	_____	_____
6	Agulha Sistema Interlink para Aspiração de frascos com estilete interno, descartável, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> B.D./Agulha para aspiração-Interlink/Ref.303367	Unidade	2,5000	3.000,00	_____	_____
7	Injetor Sistema Interlink em Latéx (borracha), com ponta auto-selante que permite perfurações com agulha de plástico não cortante para o sistema Interlink, descartável, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Baxter/B.D./Injetor de borracha-interlink/Ref.990112	Unidade	6,2900	3.000,00	_____	_____
8	Lente Intra-Ocular, dispositivo óptico implantável para substituição do cristalino humano na correção óptica da afacia, diâmetro ópticos de 7.00mm, acrescido de filtro UV. fabricada em peça única, alça de suporte em forma de " C ", neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os TAMANHOS E DIÂMETROS DIVERSOS com dioptrias de (+ 10.0 à 28.0 D). embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. * ROM do SIH/SUS: 07.02.07.003-3 Marca aprovada: >> Mediphacos Ophthalmic Professionais >> Visiontech Medical optics Ltda >> Oft Vision	Unidade	60,0000	60,00	_____	_____
9	Cateter para Nefrostomia percutânea de 08 Fr, 10 Fr, 12 Fr e 14 Fr de poliuretano, macio resistente à dobras e com memória de PIGTAIL(Rabo de Porco) com grandes orifícios e lúmen largo para maximizar a drenagem, com trava de pigtail, incluindo no conjunto kit completo para implante (Agulha de punção, cânula rígida de metal e cânula(s) flexível de plástico (tunelizadores), fio guia com ou sem bolsa coletora, segundo a técnica de seldinger, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada:	Unidade	560,0000	60,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	>> OptiMed >> Uromed >> MDS >> MD Tech >> Line Life/UreSil/Nephro-Cath >> Cook					
10	Kit para Coleta de Medula Óssea com pré-filtro e filtros em linha, para coleta e filtração de até 1,2 litros de medula óssea aspirada. O kit de coleta de medula óssea é composto de: 1 - Bolsa para coleta de 1,2 litros pré filtro de 850 micras, 2 - Filtros de malha de plástico de mesh 500 micras com carcaça de plástico flexível(vermelha), 1 - Filtros de malha de plástico de mesh 200 micras com carcaça de plástico flexível (azul), 3 - Bolsas de transferência de 600ml, 1 - Bolsa de transferência de 2.000ml, 1 - Saco plástico vedado contendo quatro protetores de extremidades, 2 - Campos cirúrgicos estéreis, embalagem compatível com a legislação vigente. Marcas aprovadas: >> BAXTER/Bone Marrow/Ref. 4R2107	Kit	2.200,0000	80,00		
11	Anel para Aneloplastia Valvular Mitral Rígido (modelo Carpentier) é constituído de aço inoxidável recoberto por um tubo de silicone e revestido com poliéster, estéril, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros (24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 e 38), sob a forma de consignação, em embalagem compatível com a legislação vigente. Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido. Obs.: Disponibilizar também, conjunto de medidores, em sistema de (comodato). ROPM-SUS 07.02.04.002-9 Marca aprovada: >> Braile Biomédica >> Edwards Lifesciences >> DMG	Unidade	218,1200	36,00		
12	Anel para Valvuloplastia Gregori, forma de um semicírculo com uma parte retificada desde o seu ponto médio até próximo a sua extremidade que corresponderá na sua aplicação à comissura pôstero-mediana. Construído em aço inox, com uma camada de silicone e revestido com poliéster, estéril, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros diversos (24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 e 38), sob a forma de consignação, em embalagem compatível com a	Unidade	218,1200	24,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	legislação vigente. Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido. Obs.: Disponibilizar também, conjunto de medidores, em sistema de (comodato). ROPM-SUS 07.02.04.002-9 Marca aprovada: >> Braile Biomédica					
13	Cânula VENOSA FEMURAL, Aramada com conectores, estéril, descartável, radiopaca, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros diversos (18Fr, 20Fr, 22Fr, 24Fr, 28Fr e 31Fr), embalagem compatível com a legislação vigente. Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido. Marca Aprovada: >> Edwards Lifesciences, >> Medtronic >> Terumo	Unidade	1.080,0000	48,00	_____	_____
14	Equipo de Irrigação Vesical contínua, no trans-opertório, tubo de PVC com calibre do extensor de no mínimo 5.1 x 7.4 de diâmetro com 2.50m de comprimento aproximado, com 01 (uma) via e com clamp; o acesso ao frasco de solução deve ser através de lanceta longa, adaptável a qualquer tipo de frasco, o conector dixtal deve se adaptar ao cistoscópio, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> B. Braun/Irrigafix Ref.440004 >> Hartmann/Ref.510134	Unidade	3,8000	1.200,00	_____	_____
15	Transdutor de Pressão AMK 150, Kit adulto, adaptável no aparelho monitor, estéril, descartável, embalagem compatível com a legislação vigente. A empresa vencedora deverá obrigatoriamente fornecer em sistema de comodato todos os cabos necessários para adaptar a os vários modelos de monitores multiparamétricos existentes no HUSM. Modelos: Datex - Drager infinity - Dixtal/Space Lab - Myndrae - Myndrae Teb PM 9.000, ou outro modelo caso seja adquirido. * ROPM do SIH/SUS: 07.02.05.028-8 Marca aprovada: >> Acemedical/Ref.AMK 150	Unidade	65,0000	2.400,00	_____	_____
16	Cateter Ureteral, ponta distal aberta nos diâmetros 5Fr e 6Fr com 70cm de comprimento aproximado, forma cilíndrica em poliuretano, graduado, extremidade distal	Unidade	151,6400	150,00	_____	_____



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	atraumática e orifícios bem polidos, de fácil manipulação combinando flexibilidade, maleabilidade á resistência e baixo índice de incrustação, radiopaco, estéril e com adaptador, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Cook/Ref.020040-C5 >> Bard					

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura