

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo...:** 23081.016011/2011-15 **Pregão SRP** 361 / 2011 **Data da Emissão:** 24/11/2011**Abertura: Dia:** 13/12/2011 **Hora:** 14:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

| Item | Especificação | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 1 | ATADURA GESSADA MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 3 M DE COMPRIMENTO, ENROLADA EM TUBETE DE PLÁSTICO, COM GESSO UNIFORMEMENTE IMPREGNADO SOBRE TELA DE TECIDO TIPO GIRO-INGLÊS 100% ALGODÃO E LATERAL COM CORTE SINUOSO PARA EVITAR DESFIAMENTO. DEPOIS DE MOLHADA DEVE APRESENTAR TEXTURA SUAVE E CREMOSA. O TEMPO DE ENDURECIMENTO DEVE SER DE NO MÁXIMO 7 MINUTOS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. DEVE ATENDER A NBR 14.852. MARCA APROVADA: CREMER OUTRAS MARCAS ENVIAR AMOSTRA. | Rolo | 1,4400 | 2.400,00 | _____ | _____ |
| 2 | AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL DE USO ÚNICO, COR AZUL. COMPOSTO DE NÃO TECIDO SMS, GARANTINDO FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA. DEVE ATENDER AS NECESSIDADES DE ÁREAS DE RISCO E CENTRO CIRÚRGICO EM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E LONGA DURAÇÃO E/OU ONDE HOVER LIBERAÇÃO DE SANGUE E FLUIDOS CORPÓREOS. DEVE APRESENTAR BARREIRA DE PROTEÇÃO HIDRORREPELENTE E BARREIRA MICROBIANA E VIRAL. DEVE SER RESISTENTE A ABRASÃO. DEVE POSSUIR "GRAMATURA" SUFICIENTE PARA RESISTIR A FORÇA TENSIL DE POSSÍVEL RUPTURA, RASGO OU PERFURAÇÃO. MANGA LONGA, PUNHO EM MALHA, DOBRADURA ASSÉPTICA. DEVE POSSUIR TIRAS INTERNAS NAS COSTAS E EXTERNAS NA CINTURA, COM FECHAMENTO EM TRANSPASSE LATERAL. TAMANHO GRANDE COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 1,80 M DE LARGURA (OU CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL) E 1,30 M DE COMPRIMENTO. ACOMPANHA TOALHA ABSORVENTE PARA SECAR AS MÃOS. AVENTAL EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE DUPLA FACE DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. PRAZO DE VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO: 1 ANO. APRESENTAR O NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA, A AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA E CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, CONFORME NR 6 E NR 32). ENVIAR AMOSTRA. | Unidade | 18,7600 | 4.000,00 | _____ | _____ |
| 3 | AVENTAL PARA PROCEDIMENTOS MENOS CRÍTICOS, ESTÉRIL, DE USO ÚNICO, COR BRANCA CONFECCIONADO EM SMS, GRAMATURA LEVE QUE PROPORCIONE RESISTÊNCIA A TRAÇÃO, RASGO E PERFURAÇÃO. MANGA LONGA COM PUNHO. FECHAMENTO ATRAVÉS DE UM PAR DE FITILHOS NA ALTURA DO PESCOÇO E UM PAR NA CINTURA. TAMANHO GRANDE (MEDIDAS MÍNIMAS DE 1,50 M DE CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL POR 1,10 M DE | Unidade | 3,0000 | 3.000,00 | _____ | _____ |

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

| Item | Especificação | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| | COMPRIMENTO). APRESENTADO NA FORMA DE DOBRA CIRÚRGICA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO: 1 ANO. APRESENTAR O NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA, A AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA E CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, CONFORME NR 6 E NR 32). ENVIAR AMOSTRA. | | | | | |
| 4 | CAIXAS ORGANIZADORAS EM PLÁSTICO RESISTENTE COM TAMPA E TRAVAS PARA FECHAMENTO SEGURO.MEDIDAS: 380 X 560 X 200 MM. | Unidade | 40,0000 | 50,00 | _____ | _____ |
| 5 | CAMPO PARA CIRURGIA UROLÓGICA, EM POLIETILENO BRANCO LAMINADO, MEDINDO 60 CM X 90 CM, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, IMPERMEÁVEL, COM ADESIVOS PARA FIXAÇÃO. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚGICO. RÓTULO COM: INDICAÇÃO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO E O REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. ENVIAR AMOSTRA. | Unidade | 25,0000 | 200,00 | _____ | _____ |
| 6 | CAMPO PARA PROTEÇÃO DA MESA DE INSTRUMENTAL, ESTERILIZADO E CONFECCIONADO EM S.M.S., IMPERMEÁVEL NUMA FACE E ABSORVENTE NA OUTRA, GRAMATURA EXTRA PESADA (APROXIMADAMENTE O EQUIVALENTE A 60 G/M²). DIMENSÕES APROXIMADAS DE 0,70 M X 0,90 M. O CAMPO DEVE ABSORVER HEMODERIVADOS E LÍQUIDOS E SUPORTAR O IMPACTO E ATRITO DE INSTRUMENTAIS SEM APRESENTAR FUROS OU CORTES QUE POSSIBILITEM CONTAMINAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. ENVIAR AMOSTRA. | Unidade | 7,3800 | 3.000,00 | _____ | _____ |
| 7 | CAMPO PARA PROTEÇÃO DA MESA DE INSTRUMENTAL, ESTERILIZADO E CONFECCIONADO EM S.M.S., IMPERMEÁVEL NUMA FACE E ABSORVENTE NA OUTRA, GRAMATURA EXTRA PESADA (APROXIMADAMENTE O EQUIVALENTE A 60 G/M²). DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,60 M X 1,40 M. O CAMPO DEVE ABSORVER HEMODERIVADOS E LÍQUIDOS E SUPORTAR O IMPACTO E ATRITO DE INSTRUMENTAIS SEM APRESENTAR FUROS OU CORTES QUE POSSIBILITEM CONTAMINAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. ENVIAR AMOSTRA. | Unidade | 10,3300 | 12.000,00 | _____ | _____ |
| 8 | CAMPO PARA PROTEÇÃO NO PREPARO DE QUIMIOTERAPICOS EM CAPELA DE FLUXO LAMINAR, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM S.M.S. IMPERMEÁVEL NUMA FACE E ABSORVENTE NA OUTRA, GRAMATURA EXTRA PESADA (NO MÍNIMO EQUIVALENTE A APROXIMADAMENTE 60 G/M²), MEDINDO 1,20 M X 0,50 M. DEVE PERMITIR A MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM DEIXAR ESCORRER LÍQUIDOS PARA AS BORDAS E DEVE SUPORTAR O ATRITO DOS BRAÇOS DO PROFISSIONAL, ASSIM COMO O PESO DOS MATERIAIS. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA | Unidade | 7,4300 | 400,00 | _____ | _____ |

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

| Item | Especificação | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| | EMPRESA. ENVIAR AMOSTRA. | | | | | |
| 9 | CANETA MARCADORA PRODUZIDA COM TINTA ESPECIAL ATÓXICA, RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. COM SECAGEM RÁPIDA, ADERE A MAIORIA DOS MATERIAIS E EMBALAGENS DO CME, SEJA SUPERFÍCIES LISAS OU POROSAS. COM PONTA FINA E TINTA PRETA. ENVIAR CATÁLOGO. | Unidade | 100,0000 | 5,00 | | |
| 10 | CAPA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA PROTEÇÃO DE MICROCÂMERAS USADAS EM EQUIPAMENTOS DE CIRURGIAS LAPAROSCÓPICAS COM ADESIVO EM AMBAS AS PONTAS, 2,5 M DE COMPRIMENTO E 12 CM DE LARGURA, ESTERILIZADA. APRESENTAR A CAPA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL E RESISTENTE, TIPO GRAU CIRÚRGICO COM UMA FACE EM POLIPROPILENO. RÓTULO COM: INDICAÇÃO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO E O REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. APRESENTAR O NÚMERO DE REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. ENVIAR AMOSTRA. | Unidade | 3,3000 | 900,00 | | |
| 11 | CAPA TRANSPARENTE PARA MICROSCÓPIO DE CIRURGIA NEUROLÓGICA. CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO EM FORMA DE SACO MEDINDO 110 CM POR 200 CM. APRESENTA VISOR PROTETOR EM ACRÍLICO DE 2 MM DE ESPESSURA COM ENCAIXE NAS LENTES, COM ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO. ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. ENVIAR AMOSTRA. | Unidade | 20,0000 | 60,00 | | |
| 12 | CINTA ELÁSTICA PARA MONITOR FETAL BISTOS BT 300. TAMANHO 1,50 X 0,5 M. ENVIAR CATÁLOGO. | Unidade | 47,8300 | 30,00 | | |
| 13 | CREME DE SILICONE PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS. RESISTENTE À ÁGUA E ÓLEO. E DEMAIS PRODUTOS QUÍMICOS APRESENTAÇÃO EM BISNAGA PLÁSTICA COM TAMPA FLIP-TOP DE 200G. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, CONFORME NR 6. | Pote | 16,0800 | 80,00 | | |
| 14 | CUFÔMETRO - MEDIDOR DE PRESSÃO DO BALONETE (CUFF) DO TUBO ENDOTRAQUEAL COMPOSTO DE MANÔMETRO COM CABO (EMPUNHADURA) PARA LEITURA DE PRESSÃO DE 0 A 120 CM H2O. MANÔMETRO EM CAIXA VISOR DE DECALQUE. ESCALA EM CM H2O, PONTEIRO DE AÇO E PROTEÇÃO DE PLÁSTICO RESISTENTE NA FORMA DE VISOR, PERA OVAL EM BORRACHA COM 7 CM DE COMPRIMENTO E 3 CM DE DIÂMETRO. ACOMPANHAR 2 TUBOS DE CONEXÃO AO PACIENTE. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. APRESENTAR CATÁLOGO. | Unidade | 1.900,0000 | 1,00 | | |
| 15 | DISPENSADOR PARA COPOS DESCARTÁVEIS, SEMI AUTOMÁTICO, LIBERA UM A | Unidade | 40,0000 | 500,00 | | |

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

| Item | Especificação | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| | UM. PARA COPOS DE 150 A 200 ML. DIMENSÕES: 530 MM DE ALTURA, 250 MM DE LARGURA E 150 MM DE PROFUNDIDADE. CONSTRUÍDO EM MATERIAL PLÁSTICO BRANCO COM TAMPA NA PARTE SUPERIOR, TUBO TRANSPARENTE RÍGIDO, SUPORTE FIXO PARA FIXAR NA PAREDE, BASE DO DISPENSADOR COM DISPOSITIVO PARA LIBERAR O COPO E BOCAL DE SAÍDA DO COPO. CAPACIDADE PARA 100 COPOS. ENVIAR AMOSTRA. | | | | | |
| 16 | ELETRODO DESCARTÁVEL COMPOSTO DE DORSO DE TECIDO PERFURADO, ADESIVO HIPOALERGÊNICO, POROSO, PARA APLICAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO. GEL SÓLIDO DE CLORETO DE POTÁSSIO, CAPA PLÁSTICA PARA MANTER A UMIDADE DO GEL; SELAMENTO QUE EVITA O VAZAMENTO DO GEL; PINO DE ENCAIXE DE AÇO INOX; CONTRA PINO DE PRATA- Ag/AgCl, PAPEL VELADO E SELADO. PRAZO DE VALIDADE DE 2 ANOS. MEDIDA: 30 MM DE DIÂMETRO. TAMANHO NEONATAL. ENVIAR AMOSTRA. | Unidade | 6,0000 | 1.000,00 | _____ | _____ |
| 17 | ELETRODO DESCARTÁVEL PARA MONITOR DE ECG COM ADESIVO MICROPOROSO E HIPOALERGÊNICO, PINO DE AÇO INOX, CONTRA PINO Ag/AgCl, COM CONDUTOR SÓLIDO (GEL SECO). TAMANHO ADULTO. ENVIAR AMOSTRA. | Unidade | 0,4500 | 85.000,00 | _____ | _____ |
| 18 | EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR DE MATERIAIS, COMPOSTA POR: PAPEL GRAU CIRÚRGICO SEM CORANTES (60-80 G/M²), FILME TERMOPLÁSTICO INCOLOR E LAMINADO EM POLIPROPILENO (54 G/M²), COM INDICADOR QUÍMICO PARA O PROCESSO A VAPOR EM TODA EXTENSÃO DA BORDA LATERAL. TAMANHO 11 CM X 35 CM. | Unidade | 0,3000 | 9.000,00 | _____ | _____ |
| 19 | EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR DE MATERIAIS, COMPOSTA POR: PAPEL GRAU CIRÚRGICO SEM CORANTES (60-80 G/M²), FILME TERMOPLÁSTICO INCOLOR E LAMINADO EM POLIPROPILENO (54 G/M²), COM INDICADOR QUÍMICO PARA O PROCESSO A VAPOR EM TODA EXTENSÃO DA BORDA LATERAL. TAMANHO 9 CM X 50 CM. | Unidade | 0,4000 | 9.000,00 | _____ | _____ |
| 20 | ETIQUETA DUPLA ADESIVA PARA CONTAINER DE ACORDO COM NORMA ISO 11140-1. COM SISTEMA DE LACRE E COM INDICADOR DE PROCESSO PARA VAPOR, CLASSE 1. CONTÉM OS SEGUINTE CAMPOS PARA PREENCHIMENTO: DATA DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DE CONTROLE DA ESTERILIZAÇÃO; NOME DO RESPONSÁVEL; DATA DE VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO. EMBALAGEM COM 1000 UNIDADES. MARCA APROVADA B.BRAUN (AESCULAP) CÓDIGO JG744 OUTRAS MARCAS ENVIAR AMOSTRA. | Caixas | 600,0000 | 15,00 | _____ | _____ |
| 21 | FILTRO ADULTO ADAPTÁVEL À SAÍDA DE RESPIRADORES, COM EXTENSÃO ATRAVÉS DE TRAQUÉIA CORRUGADA - COM EFICÁCIA DE FILTRAGEM IGUAL A N95, COM SAÍDA PROTEGIDA PARA CAPNOGRAFIA, UMIDIFICADOR, CONDENSADOR E TROCADOR DE CALOR E UMIDADE COM MEMBRANA MIXTA. | Unidade | 13,5000 | 5.000,00 | _____ | _____ |

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

| Item | Especificação | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 22 | DEVE POSSUIR ELEMENTO FILTRANTE ELETROSTÁTICO, MEMBRANAS COM SAIS HIGROSCÓPICOS. FILTRO DESCARTÁVEL, ISENTO DE PARTÍCULAS CONTAMINANTES (CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA) COM VOLUME INTERNO DE APROXIMADAMENTE 75 ML, VOLUME CORRENTE DE 150 ML A 1000 ML. APRESENTAR O REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. ENVIAR AMOSTRA. FILTRO ADULTO LIVRE DE PARTÍCULAS CONTAMINANTES (CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA), ADAPTÁVEL A SAÍDA EXPIRATÓRIA DE RESPIRADORES COM EXTENSÃO ATRAVÉS DE TRAQUÉIA CORRUGADA EXTERNAMENTE COM INTERIOR LISO, COTOVELO GIRATÓRIO E TAMPA 'FLIP' PARA ASPIRAÇÃO, COM AS CARACTERÍSTICAS DE EFICÁCIA DE FILTRAGEM IGUAL A N95 ATRAVÉS DE MEMBRANA ELETROSTÁTICA, HIDROFÓBICA E E MEMBRANA HIDROFÍLICA COM FOLHA DUPLA DE PAPEL, TROCADOR DE CALOR E UMIDADE, FORNECENDO PELO MENOS 32 MG DE H2O/L DE RETORNO, SAÍDA PROTEGIDA PARA CAPNOGRAFIA, VOLUME INTERNO DO FILTRO APROXIMADO DE 60 ML SEM TRAQUÉIA E COM A FAIXA APROXIMADA DE TRABALHO DE 150 A 1000 ML. APRESENTAR O REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. ENVIAR AMOSTRA. | Unidade | 25,3000 | 6.000,00 | _____ | _____ |
| 23 | FILTRO PEDIÁTRICO LIVRE DE PARTÍCULAS CONTAMINANTES (CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA), ADAPTÁVEL A SAÍDA DE RESPIRADORES COM EXTENSÃO ATRAVÉS DE TRAQUÉIA CORRUGADA. DEVE TER EFICÁCIA DE FILTRAGEM IGUAL A N95 ATRAVÉS DE MEMBRANA ELETROSTÁTICA HIDROFÓBICA E MEMBRANA HIDROFÍLICA ENRIQUECIDA COM SAIS HIGROSCÓPICOS. FILTRO TROCADOR DE CALOR E UMIDADE, FORNECENDO 32 MG DE H2O/L DE RETORNO COM A UTILIZAÇÃO DE 250 ML DE VOLUME CORRENTE. SAÍDA PROTEGIDA PARA CAPNOGRAFIA. VOLUME INTERNO DO FILTRO DE 25 A 30 ML, COM FAIXA DE TRABALHO INICIAL DE 75 ML. APRESENTAR O REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. ENVIAR AMOSTRA. | Unidade | 24,9500 | 1.500,00 | _____ | _____ |
| 24 | FILTRO UMIDIFICADOR PARA TRAQUEOSTOMIA COM CONECTOR ISO 15F COM AS CARACTERÍSTICAS: MEMBRANA ENRIQUECIDA COM SAIS HIGROSCÓPICOS QUE GERE RETORNO DE UMIDADE DE 25MG DE H2O POR LITRO COM VOLUME INTERNO MÁXIMO DE 20 ML E CONEXÃO PARA OXIGÊNIO SUPLEMENTAR E ABERTURA CENTRAL PROTEGIDA QUE PERMITA PROCEDIMENTO DE ASPIRAÇÃO E/OU BRONCOSCOPIA SEM A DESCONEXÃO DO FILTRO. APRESENTAR O REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. ENVIAR AMOSTRA. | Unidade | 10,9300 | 500,00 | _____ | _____ |
| 25 | FITA DE BORRACHA PARA ELETRODO DO POLÍGRAFO SP12 - HEMODINÂMICA DA MARCA TEB, CÓDIGO AC056. ENVIAR CATÁLOGO. | Unidade | 20,0000 | 8,00 | _____ | _____ |
| 26 | LÂMINA (REF. 9670) PARA TRICOTOMIZADOR A BATERIA (REF. 9671), MARCA 3M, COM CARREGADOR 220V. UTILIZADA PARA TONSURA DE PELOS FINOS, | Caixas | 1.800,0000 | 50,00 | _____ | _____ |

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

| Item | Especificação | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| | ESPESSOS, MOLHADOS OU SECOS, COM MECANISMO DE ENCAIXE POR ENGATE. LÂMINA DE PLÁSTICO RESISTENTE DE COR PRETA, DE USO ÚNICO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 50 UNIDADES. A EMPRESA CONTRATADA DEVE FORNECER CINCO TRICOTOMIZADORES NOVOS NA ENTREGA DO PRIMEIRO EMPENHO. ENVIAR CATÁLOGO. | | | | | |
| 27 | PAPEL TIPO 02 PARA IMPRESSORA TÉRMICA MARCA SONY-UPP - 210 HD, TAMANHO 210 MM X 25 M. | Rolo | 150,0000 | 40,00 | | |
| 28 | PASTA ABRASIVA DE PREPARAÇÃO PARA PELE PARA EXAMES DE ELETROENCÉFALOGRAMA. BISNAGA COM 114 G. | Unidade | 130,0000 | 10,00 | | |
| 29 | PÊRA DE BORRACHA PARA APARELHO DE PRESSÃO. | Unidade | 7,8000 | 100,00 | | |
| 30 | PILHA ALCALINA 1,5 V, TIPO BOTÃO, LR 41 (192, AG3) OU EQUIVALENTE. | Unidade | 1,3000 | 300,00 | | |
| 31 | PROTETOR ESTÉRIL PARA BRAÇO, DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO COM ELÁSTICO NO PUNHO. EMBALAGEM EM GRAU CIRÚRGICO, RÓTULO COM VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. | Par | 3,2200 | 400,00 | | |
| 32 | PROTETOR OCULAR PARA RN EM TRATAMENTO DE FOTOTERAPIA, COMPOSTO POR UMA BANDA DE TECIDO DUPLO, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO E ANTIESCARA. DEVE SER EM FORMATO ANATÔMICO, SEM COSTURAS, COM BLACK OUT INTEGRADO PARA IMPEDIR A PASSAGEM DA LUZ, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. ENVIAR CATÁLOGO. | Unidade | 13,2000 | 1.000,00 | | |
| 33 | REMOVEDOR DE ESMALTE COM ACETONA. FRASCO COM 100 ML. | Unidade | 3,2200 | 60,00 | | |
| 34 | SACO PARA RESÍDUO SÓLIDO INFECTANTE. FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE BRANCO LEITOSO, COM RÓTULO DE IDENTIFICAÇÃO, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 50 LITROS. DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS SEGUINTE NBR: 9190, 9191 E 7500 DA ABNT. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. | Unidade | 0,5700 | 50.000,00 | | |
| 35 | SALTO DE BORRACHA PARA GESSO, TAMANHO PEQUENO. | Unidade | 1,6000 | 80,00 | | |
| 36 | SALTO DE BORRACHA PARA GESSO, TAMANHO GRANDE. | Unidade | 2,1000 | 80,00 | | |
| 37 | SALTO DE BORRACHA PARA GESSO, TAMANHO MÉDIO. | Unidade | 1,8500 | 80,00 | | |
| 38 | SERINGA PERFUSORA DE POLIPROPILENO, ESTÉRIL, INERTE, PARA UTILIZAÇÃO EM BOMBA DE SERINGA MARCA B. BRAUN, COM ESCALA GRADUADA DE 50 ML, COM INTERVALOS DE 10 EM 10 ML, DE 5 EM 5 ML E DE 1 EM 1 ML; NA PARTE SUPERIOR DISPÕE DE CONECTOR LUER LOCK PARA CONEXÃO DO EQUIPO; NA PARTE INFERIOR DISPÕE DE DUAS ALETAS COM RANHURAS DIGITAIS; ÊMBOLO COM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA EM COR PRETA. | Unidade | 4,8000 | 10.000,00 | | |

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

| Item | Especificação | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 39 | SUPERFÍCIE LISA. BASE DO ÊMBOLO CIRCULAR COM RANHURAS DIGITAIS PARA IMPULSIONAMENTO DA SOLUÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. ENVIAR CATÁLOGO. SERINGA PERFUSORA DE POLIPROPILENO, ESTÉRIL, INERTE, PARA UTILIZAÇÃO EM BOMBA DE SERINGA MARCA B.BRAUN, COM ESCALA GRADUADA DE 20 ML, COM INTERVALOS DE 10 EM 10 ML, DE 5 EM 5 ML E DE 1 EM 1 ML; NA PARTE SUPERIOR DISPÕE DE CONECTOR LUER LOCK PARA CONEXÃO DO EQUIPO; NA PARTE INFERIOR DISPÕE DE DUAS ALETAS COM RANHURAS DIGITAIS; ÊMBOLO COM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA EM COR PRETA. SUPERFÍCIE LISA. BASE DO ÊMBOLO CIRCULAR COM RANHURAS DIGITAIS PARA IMPULSIONAMENTO DA SOLUÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. ENVIAR CATÁLOGO. | Unidade | 4,7000 | 10.000,00 | _____ | _____ |
| 40 | SISTEMA DE CONTAINER PARA ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS CONSTRUÍDO DE BOX ALUMÍNIO ANODIZADO COM BAIXO PESO, ÓTIMA CONDUTIVIDADE TÉRMICA E SECAGEM RÁPIDA. TAMANHO DE 470 X 274 X 120 MM, COMPATÍVEL COM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR EM AUTOCLAVES COM SISTEMA PRÉ-VÁCUO. DEVE CONTER ALÇAS ERGONÔMICAS COM TRAVA EM 180º FACILITANDO O MANUSEIO DO MESMO. DEVE ATENDER AS NORMAS ISO 11607, DIN 58953 PARTE 9 E ASSEGURAR ESTERILIDADE ATRAVÉS DO FILTRO PTFE (POLITETRAFLUORETILENO) COM BARREIRA ANTI-BACTERIANA HOMOLOGADO PARA ATÉ 5000 CICLOS CONFORME NORMA EN 868. ESTE FILTRO SE ENCONTRA NA TAMPA DE FECHAMENTO FEITA EM POLÍMERO DE ALTA DENSIDADE SENDO TERMOESTÁVEL, RESISTENTE A GOLPES, DEFORMAÇÃO E DESCOLORAÇÃO. TAMPA EM CORES A COMBINAR. SISTEMA DE FECHAMENTO DA TAMPA AO BOX COM EXCLUSIVO SISTEMA DE MOLAS E ANEL DE SILICONE VEDANTE CONTÍNUO GARANTINDO A PRESSÃO IDEAL PARA A FIXAÇÃO E VEDAÇÃO DO MESMO. NO FECHO DA TAMPA DEVE CONTER DISPOSITIVO PARA COLOCAÇÃO DE LACRE. CONTÉM 1 (UM) CESTO EM AÇO INOXIDÁVEL PARA ACONDICIONAMENTO DO MATERIAL A SER ESTERILIZADO, COM PÉS EM PLÁSTICO TERMOESTÁVEL. CESTO COM ALÇAS QUE POSSIBILITAM A RETIRADA ASSÉPTICA DO CESTO NO MOMENTO DA ABERTURA DO CONTAINER. NO CESTO CONTÉM UMA PLAQUETA METÁLICA DE IDENTIFICAÇÃO DO MESMO, COM GRAVAÇÃO A LASER DE DADOS. DENTRO DO CESTO CONTÉM UMA ESTEIRA DE SILICONE QUE EVITA O DESLIZAMENTO DOS INSTRUMENTAIS. NA LATERAL DO BOX DEVE CONTER PLAQUETAS METÁLICAS COM A POSSIBILIDADE DE GRAVAÇÃO A LASER DE DADOS DO KIT A SER MONTADO, TAMBÉM DISPONIBILIZANDO ENCAIXE PARA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO | Unidade | 4.800,0000 | 25,00 | _____ | _____ |

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

| Item | Especificação | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 41 | MATERIAL E TODOS OS DADOS PARA RASTREAMENTO DO PROCESSO. MARCA APROVADA B.BRAUN (AESCLAP) OUTRAS MARCAS REALIZAR DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA NO HUSM. SISTEMA DE CONTAINER PARA ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS CONSTRUÍDO DE BOX ANODIZADO COM BAIXO PESO, ÓTIMA CONDUTIVIDADE TÉRMICA E SECAGEM RÁPIDA. TAMANHO DE 300 X 274 X 90MM, COMPATÍVEL COM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR EM AUTOCLAVES COM SISTEMA PRÉ-VÁCUO. DEVE CONTER ALÇAS ERGONÔMICAS COM TRAVA EM 180º FACILITANDO O MANUSEIO DO MESMO. DEVE ATENDER AS NORMAS ISO 11607, DIN 58953 PARTE 9 E ASSEGURAR ESTERILIDADE ATRAVÉS DO FILTRO PTFE (POLITETRAFLUORETILENO) COM BARREIRA ANTI-BACTERIANA HOMOLOGADO PARA ATÉ 5000 CICLOS CONFORME NORMA EN 868. ESTE FILTRO SE ENCONTRA NA TAMPA DE FECHAMENTO FEITA EM POLÍMERO DE ALTA DENSIDADE SENDO TERMOESTÁVEL, RESISTENTE A GOLPES, DEFORMAÇÃO E DESCOLORAÇÃO. TAMPA EM CORES A COMBINAR. SISTEMA DE FECHAMENTO DA TAMPA AO BOX COM EXCLUSIVO SISTEMA DE MOLAS E ANEL DE SILICONE VEDANTE CONTÍNUO GARANTINDO A PRESSÃO IDEAL PARA A FIXAÇÃO E VEDAÇÃO DO MESMO. NO FECHO DA TAMPA DEVE CONTER DISPOSITIVO PARA COLOCAÇÃO DE LACRE. CONTÉM 1 (UM) CESTO EM AÇO INOXIDÁVEL PARA ACONDICIONAMENTO DO MATERIAL A SER ESTERILIZADO, COM PÉS EM PLÁSTICO TERMOESTÁVEL. CESTO COM ALÇAS QUE POSSIBILITAM A RETIRADA ASSÉPTICA DO CESTO NO MOMENTO DA ABERTURA DO CONTAINER. NO CESTO CONTÉM UMA PLAQUETA METÁLICA DE IDENTIFICAÇÃO DO MESMO, COM GRAVAÇÃO A LASER DE DADOS. DENTRO DO CESTO CONTÉM UMA ESTEIRA DE SILICONE QUE EVITA O DESLIZAMENTO DOS INSTRUMENTAIS. NA LATERAL DO BOX DEVE CONTER PLAQUETAS METÁLICAS COM A POSSIBILIDADE DE GRAVAÇÃO A LASER DE DADOS DO KIT A SER MONTADO, TAMBÉM DISPONIBILIZANDO ENCAIXE PARA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL E TODOS OS DADOS PARA RASTREAMENTO DO PROCESSO. MARCA APROVADA B.BRAUN (AESCLAP) OUTRAS MARCAS REALIZAR DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA NO HUSM. | Unidade | 3.800,0000 | 25,00 | _____ | _____ |
| 42 | SISTEMA DE CONTAINER PARA ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS CONSTRUÍDO DE BOX EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM BAIXO PESO, ÓTIMA CONDUTIVIDADE TÉRMICA E SECAGEM RÁPIDA. TAMANHO DE 592 X 274 X 135 MM, COMPATÍVEL COM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR EM AUTOCLAVES COM SISTEMA PRÉ-VÁCUO. DEVE CONTER ALÇAS ERGONÔMICAS COM TRAVA EM 180º FACILITANDO O MANUSEIO DO MESMO. DEVE ATENDER AS NORMAS ISO 11607, DIN 58953 PARTE 9 E ASSEGURAR | Unidade | 5.800,0000 | 25,00 | _____ | _____ |

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

| Item | Especificação | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| | ESTERILIDADE ATRAVÉS DO FILTRO PTFE (POLITETRAFLUORETILENO) COM BARREIRA ANTI-BACTERIANA HOMOLOGADO PARA ATÉ 5000 CICLOS CONFORME NORMA EN 868. ESTE FILTRO SE ENCONTRA NA TAMPA DE FECHAMENTO FEITA EM POLÍMERO DE ALTA DENSIDADE SENDO TERMOESTÁVEL, RESISTENTE A GOLPES, DEFORMAÇÃO E DESCOLORAÇÃO. TAMPA EM CORES A COMBINAR. SISTEMA DE FECHAMENTO DA TAMPA AO BOX COM SISTEMA DE MOLAS E ANEL DE SILICONE VEDANTE CONTÍNUO GARANTINDO A PRESSÃO IDEAL PARA A FIXAÇÃO E VEDAÇÃO DO MESMO. NO FECHO DA TAMPA DEVE CONTER DISPOSITIVO PARA COLOCAÇÃO DE LACRE. CONTÉM 1 (UM) CESTO EM AÇO INOXIDÁVEL PARA ACONDICIONAMENTO DO MATERIAL A SER ESTERILIZADO, COM PÉS EM PLÁSTICO TERMOESTÁVEL. CESTO COM ALÇAS QUE POSSIBILITAM A RETIRADA ASSÉPTICA DO CESTO NO MOMENTO DA ABERTURA DO CONTAINER. NO CESTO CONTÉM UMA PLAQUETA METÁLICA DE IDENTIFICAÇÃO DO MESMO, COM GRAVAÇÃO A LASER DE DADOS. DENTRO DO CESTO CONTÉM UMA ESTEIRA DE SILICONE QUE EVITA O DESLIZAMENTO DOS INSTRUMENTAIS. NA LATERAL DO BOX DEVE CONTER PLAQUETAS METÁLICAS COM A POSSIBILIDADE DE GRAVAÇÃO A LASER DE DADOS DO KIT A SER MONTADO, TAMBÉM DISPONIBILIZANDO ENCAIXE PARA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL E TODOS OS DADOS PARA RASTREAMENTO DO PROCESSO. MARCA APROVADA B.BRAUN (AESCU LAP) OUTRAS MARCAS REALIZAR DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA NO HUSM. | | | | | |
| 43 | T DE AIRE EM P.V.C. | Unidade | 7,8000 | 350,00 | _____ | _____ |
| 44 | TAMANCO PARA CENTRO CIRÚRGICO, EM PVC AUTOCLAVÁVEL, MODELO TIPO SAPATO FECHADO. NÚMERO 34 QUE ATENDA A RDC 32 COM O CERTIFICADO DO IPT OU INMETRO. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO CONFORME NR 6. | Par | 140,0000 | 20,00 | _____ | _____ |
| 45 | TAMANCO PARA CENTRO CIRÚRGICO, EM PVC AUTOCLAVÁVEL, MODELO TIPO SAPATO FECHADO. NÚMERO 35 QUE ATENDA A RDC 32 COM O CERTIFICADO DO IPT OU INMETRO. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO CONFORME NR 6. | Par | 140,0000 | 20,00 | _____ | _____ |
| 46 | TAMANCO PARA CENTRO CIRÚRGICO, EM PVC AUTOCLAVÁVEL, MODELO TIPO SAPATO FECHADO. NÚMERO 36 QUE ATENDA A RDC 32 COM O CERTIFICADO DO IPT OU INMETRO. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO CONFORME NR 6. | Par | 140,0000 | 20,00 | _____ | _____ |
| 47 | TAMANCO PARA CENTRO CIRÚRGICO, EM PVC AUTOCLAVÁVEL, MODELO TIPO SAPATO FECHADO. NÚMERO 37 QUE ATENDA A RDC 32 COM O CERTIFICADO DO IPT OU INMETRO. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO CONFORME NR 6. | Par | 140,0000 | 20,00 | _____ | _____ |

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

| Item | Especificação | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 48 | TAMANCO PARA CENTRO CIRÚRGICO, EM PVC AUTOCLAVÁVEL, MODELO TIPO SAPATO FECHADO. NÚMERO 38 QUE ATENDA A RDC 32 COM O CERTIFICADO DO IPT OU INMETRO. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO CONFORME NR 6. | Par | 140,0000 | 20,00 | _____ | _____ |
| 49 | TAMANCO PARA CENTRO CIRÚRGICO, EM PVC AUTOCLAVÁVEL, MODELO TIPO SAPATO FECHADO. NÚMERO 39 QUE ATENDA A RDC 32 COM O CERTIFICADO DO IPT OU INMETRO. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO CONFORME NR 6. | Par | 140,0000 | 20,00 | _____ | _____ |
| 50 | TAMANCO PARA CENTRO CIRÚRGICO, EM PVC AUTOCLAVÁVEL, MODELO TIPO SAPATO FECHADO. NÚMERO 40 QUE ATENDA A RDC 32 COM O CERTIFICADO DO IPT OU INMETRO. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO CONFORME NR 6. | Par | 140,0000 | 20,00 | _____ | _____ |
| 51 | TAMANCO PARA CENTRO CIRÚRGICO, EM PVC AUTOCLAVÁVEL, MODELO TIPO SAPATO FECHADO. NÚMERO 41 QUE ATENDA A RDC 32 COM O CERTIFICADO DO IPT OU INMETRO. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO CONFORME NR 6. | Par | 140,0000 | 20,00 | _____ | _____ |
| 52 | TAMANCO PARA CENTRO CIRÚRGICO, EM PVC AUTOCLAVÁVEL, MODELO TIPO SAPATO FECHADO. NÚMERO 42 QUE ATENDA A RDC 32 COM O CERTIFICADO DO IPT OU INMETRO. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO CONFORME NR 6. | Par | 140,0000 | 20,00 | _____ | _____ |
| 53 | TAMANCO PARA CENTRO CIRÚRGICO, EM PVC AUTOCLAVÁVEL, MODELO TIPO SAPATO FECHADO. NÚMERO 43 QUE ATENDA A RDC 32 COM O CERTIFICADO DO IPT OU INMETRO. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO CONFORME NR 6. | Par | 140,0000 | 20,00 | _____ | _____ |
| 54 | TAMANCO PARA CENTRO CIRÚRGICO, EM PVC AUTOCLAVÁVEL, MODELO TIPO SAPATO FECHADO. NÚMERO 44 QUE ATENDA A RDC 32 COM O CERTIFICADO DO IPT OU INMETRO. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO CONFORME NR 6. | Par | 140,0000 | 20,00 | _____ | _____ |
| 55 | TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL PARA USO HOSPITALAR, CONSTRUÍDO COM MATERIAL QUE PERMITA DESINFECÇÃO SEM CAUSAR DANOS AO VISOR DE LEITURA. COM BIP DE CHAMADA AO TÉRMINO DA LEITURA. APRESENTAR CERTIFICADO DO INMETRO NA ENTREGA DO PRODUTO NO HOSPITAL. ENVIAR CATÁLOGO. | Unidade | 4,4800 | 700,00 | _____ | _____ |
| 56 | TRAVESSEIRO EM POLIURETANO SUPORTE PARA DECÚBITO VENTRAL PARA USO EM RADIOTERAPIA. ENVIAR CATÁLOGO. | Unidade | 785,0000 | 1,00 | _____ | _____ |
| 57 | VÁLVULA DE ESCAPE REGULÁVEL (POP OFF) PARA VENTILADOR TAKAOKA, CÓDIGO 202010312. ENVIAR CATÁLOGO. | Unidade | 116,5200 | 5,00 | _____ | _____ |

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

| Item | Especificação | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 58 | VASELINA LÍQUIDA EMBALADA EM FRASCO DE LITRO, APRESENTAR CERTIFICADO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA CONFORME RDC 199/06. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. | Litros | 18,4000 | 240,00 | | |
| 59 | FÁRMACO DMSA UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL ESTÁTICA. KIT CONTENDO 5 FRASCOS DE 4 ML DE REAGENTES LIOFILIZADOS PARA USO INJETÁVEL. PRODUTO ESTÉRIL E APIROGÊNICO, UTILIZADO PARA COMPLEXAÇÃO COM O RADIOISÓTOPO TECNÉCIO-99 METAESTÁVEL. | Kit | 400,0000 | 10,00 | | |
| 60 | FÁRMACO MIBI (METOXI-ISOBUTIL-ISONITRILA) PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA CARDÍACA. KIT CONTENDO 5 FRASCOS DE 6 ML DE REAGENTES LIOFILIZADOS PARA USO INJETÁVEL. PRODUTO ESTÉRIL E APIROGÊNICO, UTILIZADO PARA COMPLEXAÇÃO COM O RADIOISÓTOPO TECNÉCIO-99 METAESTÁVEL. | Kit | 1.050,0000 | 16,00 | | |
| 61 | CORANTE BORDEAUX | Kilogramas | 300,0000 | 2,00 | | |
| 62 | ESSÊNCIA OLEOSA DE EUCALIPTO. GALÃO COM 5 L. | Galão | 25,0000 | 20,00 | | |
| 63 | ESSÊNCIA OLEOSA DE PINHO 60%. GALÃO COM 5 L. | Galão | 25,0000 | 30,00 | | |
| 64 | SULFADIAZINA DE PRATA EM PÓ. | Kilogramas | 2.000,0000 | 4,00 | | |
| 65 | CERA LÍQUIDA USADA COMO ACABAMENTO ACRÍLICO ANTI-DERRAPANTE E NÃO INFLAMÁVEL. PODE SER APLICADA EM PISOS TIPO MARMORITE, GRANILITE, MARMORIDE, ARDOSIA E PISOS VINÍLICOS. COMPOSTA POR EMULSÃO DE POLÍMEROS ACRÍLICOS, EMULSÃO DE CERAS POLIETILENICAS, SOLVENTE CLICÓLICO, PLASTIFICANTE, NIVELANTE, METALIZANTE, TENSOATIVO E ÁGUA. EMBALDOS EM BAMBONAS DE 5 LITROS. A EMPRESA VENCEDORA COM MENOR PREÇO DEVERÁ REALIZAR DEMONSTRAÇÃO DO PRODUTO NO HOSPITAL SE O SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA ACHAR NECESSÁRIO. | Litros | 23,6500 | 240,00 | | |
| 66 | POTE ORGANIZADOR EM PLÁSTICO RESISTENTE COM TAMPA, TRANSPARENTE, MODELO TOP STOCK. VOLUME: 8,6 L. DIMENSÕES: 400 X 270 X 133 MM. MARCA APROVADA: SANREMO. OUTRAS MARCAS: APRESENTAR CATÁLOGO. | Unidade | 14,5000 | 120,00 | | |
| 67 | APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO COM RAMAL, DE NO MÍNIMO 1,9 GHZ, COM 2 MONOFONES, VISOR E TECLADO ILUMINADOS, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA, FUNÇÃO REDISCAGEM AUTOMÁTICA, FLASH E LOCALIZADOR DO MONOFONE, BATERIA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 5 DIAS FORA DA BASE E DURAÇÃO MÍNIMA DE 4 HORAS DE USO CONTÍNUO FORA DA BASE, COM ADAPTADOR DE VOLTAGEM DE 110-220 V/60 HZ. SUPORTE PARA MESA E PAREDE. COM AJUSTE DE VOLUME DE RECEPÇÃO. ENVIAR CATÁLOGO. | Unidade | 363,0000 | 5,00 | | |

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

| Item | Especificação | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 68 | FITA DUPLA-FACE, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,50 MM, TRAÇÃO MÍNIMA DE 7,00 KGF/CM², RESISTÊNCIA À TEMPERATURA DE 150 °C, TAMANHO 6 MM X 20 M. MARCA APROVADA 3M CÓDIGO 4905, OUTRAS MARCAS ENVIAR AMOSTRA. | Rolo | 40,0000 | 30,00 | _____ | _____ |
| 69 | GRUPO 1 - DIISOCIANATO DE DIFENILMETANO POLIMÉRICO USADO PARA PRODUZIR ESPUMA DE POLIURETANO AO SER MISTURADO COM POLIOL 101 F. | Kilogramas | 12,0000 | 240,00 | _____ | _____ |
| 70 | GRUPO 1 - POLIOL 101 F, ADITIVADO CONTENDO HCFC (HIDROCLOROFLUORCARBONO) COMO AGENTE EXPANSOR USADO PARA PROSUZIR ESPUMA DE POLIURETANO AO SER MISTURADO COM ISOCIANATO. | Kilogramas | 12,9500 | 40,00 | _____ | _____ |

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura