

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo...:** 23081.004364/2012-53 **Pregão SRP** 75 / 2012 **Data da Emissão:** 19/03/2012**Abertura: Dia:** 10/04/2012 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	LÂMINA PARA USO EM TRICOTOMIZADOR CIRÚRGICO A BATERIA, COM CABEÇOTE FIXO, MODELO REF. 9671 DA MARCA 3M. A LÂMINA DEVE SER DESCARTÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E TER REF. 9670. A EMPRESA CONTRATADA DEVE FORNECER 5 TRICOTOMIZADORES COMPLETOS, NOVOS, 220 V, JUNTAMENTE COM A ENTREGA DO PRIMEIRO EMPENHO. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	43,9000	3.500,00	_____	_____
2	PROTETOR PARA BRAÇO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO E COM ELÁSTICO NO PUNHO. COMPRIMENTO APROXIMADO DE 35 CM. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. ENVIAR CATÁLOGO.	Par	2,1000	800,00	_____	_____
3	SERINGA PERFUSORA DE POLIPROPILENO, ESTÉRIL, INERTE, PARA UTILIZAÇÃO EM BOMBA DE SERINGA MARCA B. BRAUN, COM ESCALA GRADUADA DE 50 ML, COM INTERVALOS DE 10 EM 10 ML, DE 5 EM 5 ML E DE 1 EM 1 ML; NA PARTE SUPERIOR DISPÕE DE CONECTOR LUER LOCK PARA CONEXÃO DO EQUIPO; NA PARTE INFERIOR DISPÕE DE DUAS ALETAS COM RANHURAS DIGITAIS; ÊMBOLO COM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA EM COR PRETA. SUPERFÍCIE LISA. BASE DO ÊMBOLO CIRCULAR COM RANHURAS DIGITAIS PARA IMPULSIONAMENTO DA SOLUÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	5,4000	5.000,00	_____	_____
4	SERINGA PERFUSORA DE POLIPROPILENO, ESTÉRIL, INERTE, PARA UTILIZAÇÃO EM BOMBA DE SERINGA MARCA B.BRAUN, COM ESCALA GRADUADA DE 20 ML, COM INTERVALOS DE 10 EM 10 ML, DE 5 EM 5 ML E DE 1 EM 1 ML; NA PARTE SUPERIOR DISPÕE DE CONECTOR LUER LOCK PARA CONEXÃO DO EQUIPO; NA PARTE INFERIOR DISPÕE DE DUAS ALETAS COM RANHURAS DIGITAIS; ÊMBOLO COM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA EM COR PRETA. SUPERFÍCIE LISA. BASE DO ÊMBOLO CIRCULAR COM RANHURAS DIGITAIS PARA IMPULSIONAMENTO DA SOLUÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	5,2000	5.000,00	_____	_____
5	TERMÔMETRO CLÍNICO COM VISOR DIGITAL, PARA USO HOSPITALAR, COM FAIXA DE MEDIÇÃO: +32 °C A +42 °C, RESOLUÇÃO DE 0,1 °C, DIMENSÕES APROXIMADAS: 126 MM X 18,5 MM X 10 MM. ALIMENTAÇÃO POR UMA PILHA TIPO BOTÃO DE 1,5 V LR41 , BOTÃO LIGA/DESLIGA OU FUNÇÃO DE AUTO-DESLIGAMENTO. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	12,2500	700,00	_____	_____



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referência

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura