

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo...:** 23081.009729/2013-17 **Pregão SRP** 190 / 2013 **Data da Emissão:** 26/06/2013**Abertura: Dia:** 12/07/2013 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Expansor de Tecido redondo, usado em cirurgia reconstrutora de mama, modelo redondo, estéril, expansor de tecido é constituído por envelope de silicone inflável elastômero ligado através de uma tubagem de silicone de uma válvula de controle remoto interno. A válvula é constituída por uma porta de silicone auto-vedante de enchimento na forma de uma hemisférica feito facilitando a sua localização. Cada implante está equipado com um conector de aço inoxidável permitindo que o comprimento da tubagem de ser adaptado numa dada situação, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros que compõe a grade de medidas dos expansores tecidual, com sugestão de equivalência informando o volume em (cc), considerando as medidas de base diâmetro (cm) e a projeção (cm) conforme especificação de cada fabricante, com medidas aproximadas de (300cc até 650cc), estéril, artigo-medico hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM do SIH/SUS: 07.02.08.001-2. Marca aprovada: >> Sebbin laboratórios >> Mentor Medical Systems >> Silimed Comércio >> Perouse Plastie/Perthese >> Allergan/Natrelle	Unidade	1.680,0000	60,00		
2	Prótese Mamária redondo implante (para reconstrução após mastectomia), preenchido por gel de silicone, acondicionado em um invólucro trilaminar de silicone ou similar, o invólucro é constituído por camadas com divisões externas e internas de silicone elastômero de qualidade médica e alto grau de resistência mecânica e por uma capa intermediária que atua como barreira ao gel de silicone com significativa redução da migração. O invólucro é preenchido por gel macio de silicone transparente e possui consistência próxima de uma mama normal, disponibilizar vários modelos de Baixo, Moderado e de Alto perfil, cuja superfície exterior pode ser tanto lisa quanto micro texturizada ou texturizada, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros que compõe a grade de medidas das Próteses, com sugestão de equivalência informando o volume em (cc), considerando as medidas de Base (cm) e a projeção (cm) conforme especificação de cada fabricante, com medidas aproximadas de (300cc até 650cc), estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM do SIH/SUS: 07.02.08.003-9.	Unidade	1.100,0000	60,00		



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Marca aprovada: >> Sebbin laboratórios >> Mentor Medical Systems >> Silimed Comércio >> Perouse Plastie/Perthese >> Allergan/CUI					

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura