

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo...:** 23081.017607/2013-02 **Pregão SRP** 418 / 2013 **Data da Emissão:** 22/11/2013**Abertura: Dia:** 05/12/2013 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Autoclave horizontal, com capacidade mínima de 300 litros, com 01 (uma) porta, com gerador de vapor em aço inoxidável acoplado à câmara externa, na parte inferior do equipamento, com bomba d'água que permita injeção de água com qualquer pressão. O sistema de aquecimento deverá ser através de resistências de aço inoxidável, dentro do gerador de vapor, com controle de nível automático de água para evitar o acionamento das resistências sem água. A porta deverá ser com fechamento manual. O sistema deverá ser controlado eletronicamente, para controle de relés, sequenciamento, temporização, contagem, operações aritméticas, manipulação de tabelas, alarmes e instruções especiais. O funcionamento deverá ser automático, com senhas e mensagens de alarme, com saída para impressora matricial, para impressão dos dados: nome do cliente, data e hora, identificação do operador, número de lote, tempo, nº de pulsos e pressão de pré-vácuo, set-point, tempo de esterilização e exposição, tempo de secagem, pressão de trabalho, pressão de vácuo, detalhando o horário de cada evento do processo e local para assinatura do operador.	Unidade	88.500,0000	1,00	_____	_____

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura