

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo...:** 23081.010058/2014-18 **Pregão SRP** 183 / 2014 **Data da Emissão:** 23/06/2014**Abertura: Dia:** 17/07/2014 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO DE TERMODESINFECTORAS COMPOSTO POR ÁC. ORTOFOSFÓRICO E PENTAHIDRÓXICAPRÓICO. DILUIÇÃO APROXIMADA DE 15ML POR LITRO DE ÁGUA. APRESENTAÇÃO EM FRASCO DE POLIETILENO TRANSLÚCIDO COM TAMPA COM SELO METÁLICO PARA ASSEGURAR INVIOLBILIDADE E RÓTULO DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DA ANVISA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CATÁLOGO. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPPPESA. MARCA APROVADA DELYME/RUHOF. VALOR UNITÁRIO EM LITRO.	Litros	75,0000	40,00	_____	_____
2	REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO PARA AUTOCLAVES (DESOXIDANTE) EM FRASCO COM DISPOSITIVO PARA DISPENSAÇÃO EM SPRAY COM FORMAÇÃO DE ESPUMA. DEVE REMOVER FERRUGEM, MANCHAS, CORROSÃO E PLACAS DE DEPÓSITOS ALCALINOS E MINERAIS DAS SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS DE AUTOCLAVES À VAPOR. APRESENTAÇÃO EM FRASCO DE 500 ML COM BOMBA PARA SPRAY. COM TAMPA COM SELO DE INVIOLABILIDADE E RÓTULO DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DA ANVISA. MARCA APROVADA F.A.C.T.S./RUHOF. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CATÁLOGO.	Frasco	197,0000	30,00	_____	_____
3	SOLUÇÃO DE ÁCIDO FOSFÓRICO A 80%, REVITALIZADORA, PARA REMOÇÃO DE FERRUGEM, CROSTAS NAS ARTICULAÇÕES E SUPERFÍCIES E OXIDAÇÃO DE INSTRUMENTAL DE AÇO INOX. PARA SER DILUÍDA EM 6 PARTES DE ÁGUA. APRESENTAÇÃO EM GALÃO COM SELO METÁLICO DE INVIOLABILIDADE E RÓTULO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA ANVISA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CATÁLOGO. APRESENTAR AUTOTIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. MARCA APROVADA SURGISTAIN/RUHOF. VALOR UNITÁRIO EM LITRO.	Litros	91,0000	20,00	_____	_____
4	LUBRIFICANTE CONCENTRADA PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS, CONSTITUÍDO DE EMULSIFICANTE NÃO IÔNICO, LUBRIFICANTE MINERAL, EMULSIFICANTE NEUTRO E ÁGUA. ATÓXICO E SEM SILICONE. TOTALMENTE PERMEÁVEL A ESTERILIZAÇÃO PELO VAPOR DE AUTOCLAVES E ÓXIDO DE ETILENO. PARA SER UTILIZADO APÓS PROCESSO DE TERMODESINFECÇÃO. MARCA APROVADA PREMIX SLIP/RUHOF. APRESENTAÇÃO EM GALÃO BRANCO LEITOSO. VALOR UNITÁRIO EM LITRO.	Litros	91,5000	56,00	_____	_____



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referência

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura