

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo...:** 23081.016999/2014-65 **Pregão SRP** 381 / 2014 **Data da Emissão:** 28/10/2014**Abertura: Dia:** 19/11/2014 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Gerador de Pulsos Multiprogramável, de CÂMARA ÚNICA (unicameral) com tecnologia de última geração, com telemetria, modo VVIR (unipolar), com ajuste automático e sensor da energia de saída (amplitude de pulso). conexão padrão internacional (IS-1), estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM-SUS: 07.02.04.042-8 Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Biotronik >> Medtronic >> St° Jude	Unidade	4.324,3400	24,00	_____	_____
2	Gerador de Pulsos Multiprogramável, de CÂMARA ÚNICA (unicameral) com tecnologia de última geração, com telemetria, modo VVIR (unipolar), com ajuste automático e sensor da energia de saída (amplitude de pulso). conexão padrão internacional (IS-1), , com conexão de 5 a 6mm, estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM-SUS: 07.02.04.042-8 Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Biotronik >> Medtronic >> St° Jude	Unidade	4.324,3400	4,00	_____	_____
3	Geradores de Pulsos Multiprogramáveis, de CÂMARA DUPLA (bicameral) com tecnologia de última geração, com telemetria, modos DDDR/VDDR (Bipolar), alta sensibilidade para detecção da onda P, com ajuste automático e sensor de frequência. Conexão padrão internacional (IS-1), estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM-SUS: 07.02.04.041-0 Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Biotronik >> Medtronic >> St° Jude	Unidade	5.225,2500	24,00	_____	_____
4	Eletrodos Endocárdicos Atrial/Ventricular e de Dupla Câmara para implante definitivo de fixação ativa e passiva, com diluição de corticóide (unipolar/bipolar) para geradores de pulsos multiprogramáveis compatíveis com modo VVIR (câmara única) e modo DDDR/VDDR (câmara dupla), estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem	Unidade	905,5400	90,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	compatível com a legislação vigente. ROPM-SUS: 07.02.04.024-0 Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Biotronik >> Medtronic >> St° Jude					
5	Eletrodo Epimiocárdico para implante definitivo de fixação ativa, com diluição de corticóide (unipolar/bipolar) para geradores de pulsos multiprogramáveis compatíveis com modo VVIR(câmara única) e DDDR/VDDR(câmara dupla), estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM-SUS: 07.02.04.025-8 Marca aprovada: >> Biotronik >> Medtronic >> St° Jude	Unidade	973,7000	4,00	_____	_____
6	Introdutor de Punção para inserção de eletrodo de MARCAPASSO ou DESFIBRILADORES implantáveis, e de CATETER/ELETRODO de ESTÍMULAÇÃO CARDÍACO TEMPORÁRIO sem válvula hemostática, números e tamanhos diversos, estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM-SUS: 07.02.04.040-1 Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Biotronik >> Medtronic >> St° Jude	Unidade	126,8900	130,00	_____	_____
7	Gerador de Pulsos Multiprogramável, de CÂMARA ÚNICA (unicameral) com tecnologia de última geração, e isento de materiais ferromagnéticos e portanto, compatível com Ressonância Nuclear Magnética, Tomografia Computadorizada ou Radioterapia, com telemetria, modo VVIR (unipolar), com ajuste automático e sensor da energia de saída (amplitude de pulso). conexão padrão internacional (IS-1), estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM-SUS: 07.02.04.042-8 Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Biotronik >> St° Jude	Unidade	4.324,3400	60,00	_____	_____
8	Geradores de Pulsos Multiprogramáveis, de CÂMARA DUPLA (bicameral) com tecnologia de última geração, e isento de materiais ferromagnéticos e portanto, compatível com Ressonância Nuclear Magnética, Tomografia Computadorizada ou Radioterapia, com telemetria, modos DDDR/VDDR (Bipolar), alta sensibilidade para detecção da onda P, com ajuste automático e sensor de frequência. Conexão padrão	Unidade	5.225,2500	150,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	internacional (IS-1), estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM-SUS: 07.02.04.041-0 Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Biotronik >> St° Jude					
9	Eletrodos Endocárdicos Atrial/Ventricular e de Dupla Câmara para implante definitivo de fixação ativa e passiva, com diluição de corticóide (unipolar/bipolar) para geradores de pulsos multiprogramáveis compatíveis com modo VVIR (câmara única) e modo DDDR/VDDR (câmara dupla), compatíveis com Geradores (ProMRI), isento de materiais ferromagnéticos e portanto, compatível com Ressonância Nuclear Magnética, Tomografia Computadorizada ou Radioterapia, estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM-SUS: 07.02.04.024-0 Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Biotronik >> St° Jude	Unidade	973,7000	400,00	_____	_____
10	Eletrodo Epimiocárdico para implante definitivo de fixação ativa, com diluição de corticóide (unipolar/bipolar) para geradores de pulsos multiprogramáveis compatíveis com modo VVIR(câmara única) e DDDR/VDDR(câmara dupla), compatíveis com geradores (ProMRI), isento de materiais ferromagnéticos e portanto, compatível com Ressonância Nuclear Magnética, Tomografia Computadorizada ou Radioterapia, estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM-SUS: 07.02.04.025-8 Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Biotronik >> St° Jude	Unidade	973,7000	6,00	_____	_____
11	Introdutor de Punção para inserção de eletrodo de MARCAPASSO ou DESFIBRILADORES implantáveis, e de CATETER/ELETRODO de ESTÍMULAÇÃO CARDÍACO TEMPORÁRIO sem válvula hemostática, números e tamanhos diversos, estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM-SUS: 07.02.04.040-1 Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Biotronik >> Medtronic >> St° Jude	Unidade	126,8900	450,00	_____	_____
12	Eletrodo Endocárdico Bipolar de estimulação cardíaco externo, (TEMPORÁRIO) introdutor de 7 Fr, com 110 cm de comprimento útil total 125cm aproximado, compatível com o fio guia de 0,035" x 45cm ponta em " J " espaço entre os polos 10mm, agulha de	Unidade	221,7800	300,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	18G radiopaco, conduto valvado com válvula hemostática acoplada, estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM-SUS: 07.02.04.026-6 Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Dispomédica GmbH/Imp.Biomedical/cateter eletrodo temporário/ref.24.TPL S17-1 >> Biotronik >> Medtronic >> St° Jude					
13	Eletrodo Epicárdico Bipolar de estimulação cardíaco externo, (TEMPORÁRIO), estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM-SUS: 07.020.402.58	Unidade	28,8900	6,00	_____	_____

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura