

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo...:** 23081.017000/2014-03 **Pregão SRP** 383 / 2014 **Data da Emissão:** 05/11/2014**Abertura: Dia:** 26/11/2014 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	AVENTAL CIRÚRGICO TAMANHO G. AVENTAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO TRILAMINADO DE POLIPROPILENO E UMA CAMADA DE FILME MONOLÍTICO, NÃO POROSO, COM BARREIRA DE PROTEÇÃO IMPERMEÁVEL, QUE TAMBÉM OFEREÇA PROTEÇÃO HEMO, HIDRO E ÁLCOOL REPELENTE. BARREIRA CONTRA VIRUS. TAMANHO APROXIMADO: 120CM DE COMPRIMENTO X 150CM DE LARGURA, MANGAS LONGAS COM PUNHO EM RIBANA. POSSUI TIRAS INTERNAS NAS COSTAS E EXTERNAS NA CINTURA COM FECHAMENTO EM TRANSPASSE LATERAL (OPA). ACOMPANHA TOALHA DE NÃO TECIDO ABSORVENTE PARA SECAGEM DAS MÃOS. EMBALADO COM DOBRA CIRÚRGICA EM EMBALAGEM DUPLA. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER INTEGRALMENTE A ABNT NBR 16064. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA DE BARREIRA VIRAL, AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. APRESENTAR AMOSTRA.	Unidade	28,0000	5.000,00		
2	AVENTAL CIRÚRGICO TAMANHO G. AVENTAL DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO DE FIBRAS NATURAIS E SINTÉTICAS HIPOALERGÊNICO, COM BARREIRA BACTERIANA QUE TAMBÉM OFEREÇA PROTEÇÃO HEMO, HIDRO E ÁLCOOL REPELENTE. TAMANHO APROXIMADO: 120 CM DE COMPRIMENTO X 150 CM DE LARGURA, MANGAS LONGAS COM PUNHO EM RIBANA. POSSUI TIRAS INTERNAS NAS COSTAS E EXTERNAS NA CINTURA COM FECHAMENTO EM TRANSPASSE LATERAL (OPA). ACOMPANHA TOALHA DE NÃO TECIDO ABSORVENTE PARA SECAGEM DAS MÃOS. EMBALADO COM DOBRA CIRÚRGICA EM EMBALAGEM DUPLA. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER INTEGRALMENTE A ABNT NBR 16064. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA, AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. APRESENTAR AMOSTRA.	Unidade	19,0000	7.000,00		
3	AVENTAL CIRÚRGICO TAMANHO GG. AVENTAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO DE FIBRAS NATURAIS E SINTÉTICAS HIPOALERGÊNICO, COM BARREIRA BACTERIANA QUE TAMBÉM OFEREÇA PROTEÇÃO HEMO, HIDRO E ÁLCOOL REPELENTE. TAMANHO APROXIMADO: 120CM DE COMPRIMENTO X 175CM DE LARGURA, PUNHO DAS MANGAS LONGAS COM PUNHO EM RIBANA. POSSUI TIRAS INTERNAS NAS COSTAS E EXTERNAS NA CINTURA COM FECHAMENTO EM TRANSPASSE LATERAL (OPA). ACOMPANHA TOALHA DE NÃO TECIDO ABSORVENTE PARA SECAGEM DAS MÃOS. EMBALADO COM DOBRA CIRÚRGICA EM EMBALAGEM DUPLA. O	Unidade	19,7000	3.000,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	PRODUTO DEVERÁ ATENDER INTEGRALMENTE A ABNT NBR 16064. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA, AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. APRESENTAR AMOSTRA.					
4	AVENTAL PARA CME E QUIMIOTERAPIA. AVENTAL DESCARTÁVEL, COR BRANCA, COMPATÍVEL COM TAMANHO G, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS DE TODA NATUREZA, HIPOALERGÊNICO E NÃO CARCINOGENICO. MEDIDAS APROXIMADAS DE 120 CM DE COMPRIMENTO X 150 CM DE LARGURA. MANGA LONGA COM PUNHO EM RIBANA, SISTEMA DE AJUSTE E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE DOIS PARES DE AMARRILHOS NAS COSTAS E CINTURA. O PRODUTO DEVE ATENDER A NR6. EMBALAGEM INDIVIDUAL. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO: CA, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. APRESENTAR AMOSTRA.	Unidade	15,7000	12.000,00	_____	_____
5	AVENTAL PARA PROCEDIMENTOS MENOS CRÍTICOS. AVENTAL DESCARTÁVEL, COR AMARELA. COMPATÍVEL COM TAMANHO G, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO HIPOALERGÊNICO E IMPERMEÁVEL AO ÁLCOOL E BARREIRA MICROBIANA. GRAMATURA MÍNIMA DE 25G/M2, TAMANHO APROXIMADO DE 120 CM DE COMPRIMENTO X 150 CM DE LARGURA. MANGA LONGA COM PUNHO EM RIBANA, SISTEMA DE AJUSTE E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE DOIS PARES DE AMARRILHOS NAS COSTAS E CINTURA. EMBALAGEM INDIVIDUAL. O PRODUTO DEVE ATENDER A NR 06 E RDC 15. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA, CERTIFICADO DE APROVAÇÃO: CA, EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. APRESENTAR AMOSTRA.	Unidade	9,1000	7.000,00	_____	_____
6	CAMPO BRANCO TIPO WIPERS DE USO PROLONGADO COM RÁPIDA ABSORÇÃO E RESISTÊNCIA, PARA DISPOR EM FUNDO DE BANDEJA DE INSTRUMENTAL FABRICADO EM TECIDO COM FIBRAS HIDROENTRELAÇADAS COM JATOS DE ÁGUA, CONHECIDA COMO SPUNLACE, 70% FIBRAS DE VISCOSE E 30% POLIÉSTER, GRAMATURA LEVE, ISENTO DE AMIDO, ATÓXICO. TAMANHO APROXIMADO DE 25 X 44 CM. ROLO COM APROXIMADAMENTE 400 WIPERS. APRESENTAR AMOSTRA. OBS: ACOMPANHAR UM DISPENSER, SISTEMA ABERTO, PARA FIXAÇÃO NA PAREDE COMPATÍVEL COM O ROLO DE WIPERS.	Rolo	150,0000	25,00	_____	_____
7	CAMPO DE MESA DE INSTRUMENTAL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM POLIETILENO/POLIPROPILENO, COR AZUL, IMPERMEÁVEL COM REFORÇO CENTRAL SOBREPOSTO E SUPER ABSORVENTE. CAMPO DE DIMENSÕES MÍNIMAS 160 CM X 140 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL. APRESENTAR REGISTRO ANVISA, AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. APRESENTAR AMOSTRA.	Unidade	9,7000	10.000,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
8	CAMPO DE MESA DE INSTRUMENTAL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM POLIETILENO/POLIPROPILENO, COR AZUL, IMPERMEÁVEL COM REFORÇO CENTRAL SOBREPOSTO E SUPER ABSORVENTE. CAMPO DE DIMENSÕES MÍNIMAS 70 CM X 90 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL. APRESENTAR REGISTRO ANVISA, AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. APRESENTAR AMOSTRA.	Unidade	8,3700	6.000,00	_____	_____
9	CAMPO PARA ANGIOGRAFIA BRAQUIAL. ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO GRAU MÉDICO ULTRA ABSORVENTE NA PARTE SUPERIOR NA REGIÃO DAS FENESTRAS E IMPERMEÁVEL NA PARTE POSTERIOR DAS MESMAS. CAMPO ÚNICO MEDINDO APROXIMADAMENTE 190 CM DE COMPRIMENTO X 150 CM DE LARGURA. FENESTRA ADESIVA COM FILME TRANSPARENTE. CORTINA PLÁSTICA TRANSPARENTE NAS LATERAIS. APRESENTAR COM DOBRA CIRÚRGICA, EMBALADO EM WRAPS DE NÃO TECIDO E REEMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA, AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. APRESENTAR AMOSTRA.	Unidade	102,5000	100,00	_____	_____
10	CAMPO PARA ANGIOGRAFIA FEMURAL ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO GRAU MÉDICO ULTRA ABSORVENTE NA PARTE SUPERIOR E REGIÃO DAS FENESTRAS, E IMPERMEÁVEL NA PARTE POSTERIOR DAS MESMAS. CAMPO ÚNICO MEDINDO APROXIMADAMENTE 190 CM DE COMPRIMENTO X 300 CM DE LARGURA; DUPLA FENESTRA ADESIVADA COM FILME TRANSPARENTE, CORTINA PLÁSTICA TRANSPARENTE NAS LATERAIS. APRESENTAR COM DOBRA CIRÚRGICA, EMBALADO EM WRAPS DE NÃO TECIDO E REEMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA, AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. APRESENTAR AMOSTRA.	Unidade	44,0000	2.000,00	_____	_____
11	EMBALAGEM DE USO ÚNICO COMPATÍVEL COM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR DE ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALARES. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO GRAU MÉDICO PELO PROCESSO SMS, GRAMATURA LEVE (NO MÍNIMO DE 45 G/M ²). TAMANHO APROXIMADO DE 50 CM X 50 CM. DEVE POSSUIR AS CARACTERÍSTICAS DE BARREIRA BACTERIANA, VFE E ESPOROS, NÃO CARCINOGENICA, BAIXA LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. APRESENTAR AMOSTRA.	Unidade	0,6000	170.000,00	_____	_____
12	EMBALAGEM DE USO ÚNICO COMPATÍVEL COM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR DE ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALARES. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO GRAU MÉDICO PELO PROCESSO SMS, GRAMATURA LEVE (NO MÍNIMO DE 45 G/M ²). TAMANHO APROXIMADO DE 75 CM X 75 CM. DEVE POSSUIR AS CARACTERÍSTICAS DE BARREIRA BACTERIANA, VFE E ESPOROS, NÃO CARCINOGENICA, BAIXA LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS. APRESENTAR REGISTRO	Unidade	1,2000	60.000,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	DO PRODUTO NA ANVISA, AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. APRESENTAR AMOSTRA.					
13	EMBALAGEM DE USO ÚNICO COMPATÍVEL COM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR DE ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALARES. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO GRAU MÉDICO PELO PROCESSO SMS, GRAMATURA PESADA (NO MÍNIMO DE 55 G/M²). TAMANHO APROXIMADO DE 100 CM X 100 CM. DEVE POSSUIR AS CARACTERÍSTICAS DE BARREIRA BACTERIANA, VFE E ESPOROS, NÃO CARCINOGENICA, BAIXA LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. APRESENTAR AMOSTRA.	Unidade	2,6000	40.000,00	_____	_____
14	EMBALAGEM DE USO ÚNICO COMPATÍVEL COM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR DE ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALARES. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO GRAU MÉDICO PELO PROCESSO SMS, GRAMATURA PESADA (NO MÍNIMO DE 65 G/M²). TAMANHO APROXIMADO DE 120 CM X 120 CM. DEVE POSSUIR AS CARACTERÍSTICAS DE BARREIRA BACTERIANA, VFE E ESPOROS, NÃO CARCINOGENICA, BAIXA LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. APRESENTAR AMOSTRA.	Unidade	2,1000	20.000,00	_____	_____
15	KIT CIRÚRGICO ARTROSCOPIA. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DOBRADURA ASSÉPTICA. CAMPOS CONFECCIONADOS EM NÃO TECIDO À BASE DE POLIPROPILENO PELO PROCESSO SMS GRAU MÉDICO. COMPOSTO POR: 1 COBERTURA IMPERMEÁVEL PARA MESA DE INSTRUMENTAL COM REFORÇO REPELENTE (TAMANHO APROXIMADO 180 CM X 120 CM); 1 CAMPO IMPERMEÁVEL DE APROXIMAÇÃO COM FENESTRA EM U (TAMANHO APROXIMADO 140 CM X 200 CM); 1 CAMPO CIRÚRGICO COM FENESTRA ELÁSTICA DE 0,7 CM, COM REFORÇO ABSORVENTE E IMPERMEÁVEL (TAMANHO APROXIMADO 240 CM X 300 CM); 1 BOTA PLÁSTICA (TAMANHO APROXIMADO 30 CM X 120 CM); 3 FITAS ADESIVAS HIPOALERGÊNICAS PARA FIXAÇÃO DA BOTA (TAMANHO APROXIMADO 180 CM X 120 CM); 4 FITAS ADESIVAS AVULSAS (TAMANHO APROXIMADO 0,5 CM X 30 CM). DEVE APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DE BARREIRA BACTERIANA, NÃO CARCINOGENICA, BAIXA LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS, MALEÁVEL E HIDROREPELENTE. DUAS EMBALAGENS DEVEM ENVOLVER O PACOTE SENDO QUE O CAMPO DE MESA DEVE SER A EMBALAGEM PRIMÁRIA E O GRAU CIRÚRGICO A SECUNDÁRIA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. MARCA APROVADA LIFEMED, OUTRAS MARCAS APRESENTAR AMOSTRA.	Kit	104,5000	300,00	_____	_____
16	KIT CIRÚRGICO CESÁREA. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DOBRADURA ASSÉPTICA.	Kit	100,2000	1.500,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	CONTENDO: 1 (UM) CAMPO IMPERMEÁVEL PARA MESA DE INSTRUMENTAL COM REFORÇO REPELENTE (TAMANHO APROXIMADO 140 CM X 160 CM); 1 (UM) CAMPO CIRÚRGICO DE PACIENTE, COMPOSTO DE NÃO TECIDO SMS COM FENESTRA DE FILME INCISIONAL TRIANGULAR, ADESIVA E HIPOALERGÊNICA DE APROXIMADAMENTE 20 CM DE ALTURA E 30 CM DE BASE, PROTEGIDA POR BOLSA PLÁSTICA COLETORA DE FLÍDOS DE APROXIMADAMENTE 70 CM X 90 CM COM DRENO. A BOLSA COLETORA DEVE POSSUIR FENESTRA DE APROXIMADAMENTE 40 X 45 CM. 4 (QUATRO) FITAS ADESIVAS AVULSAS (TAMANHO APROXIMADO 0,5 CM X 30 CM). O KIT DEVE APRESENTAR NÃO TECIDO COM AS CARACTERÍSTICAS DE BARREIRA BACTERIANA, NÃO CARCINOGENICO, BAIXA LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS, MALEÁVEL E HIDROREPELENTE. DUAS EMBALAGENS DEVEM ENVOLVER O PACOTE SENDO QUE O CAMPO DE MESA DEVE SER A EMBALAGEM PRIMÁRIA E O GRAU CIRÚRGICO A SECUNDÁRIA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. MARCA APROVADA LIFEMED, OUTRAS MARCAS APRESENTAR AMOSTRA.					
17	KIT CIRÚRGICO GINECO URO PROCTO. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DOBRADURA ASSÉPTICA. CAMPOS CONFECCIONADOS EM NÃO TECIDO À BASE DE POLIPROPILENO PELO PROCESSO SMS, GRAU CIRÚRGICO. COMPOSTO POR: 1 COBERTURA IMPERMEÁVEL PARA MESA DE INSTRUMENTAL COM REFORÇO REPELENTE (TAMANHO APROXIMADO 180 CM X 120 CM); 1 CAMPO CIRÚRGICO INFERIOR COM REFORÇO ABSORVENTE E IMPERMEÁVEL, FITA ADESIVA E FENESTRA EM U (TAMANHO APROXIMADO 150 CM X150 CM); 1 CAMPO CIRÚRGICO SUPERIOR COM REFORÇO ABSORVENTE, IMPERMEÁVEL E FITA ADESIVA (TAMANHO APROXIMADO 150 CM X1260 CM); 1 PAR DE PERNEIRAS COM FITA ADESIVA (TAMANHO APROXIMADO 60 CM X 75 CM X 120 CM); 4 FITAS ADESIVAS AVULSAS (TAMANHO APROXIMADO 0,5 CM X 30 CM). DEVE APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DE BARREIRA BACTERIANA, NÃO CARCINOGENICA, BAIXA LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS, MALEÁVEL E HIDROREPELENTE. DUAS EMBALAGENS DEVEM ENVOLVER O PACOTE SENDO QUE O CAMPO DE MESA DEVE SER A EMBALAGEM PRIMÁRIA E O GRAU CIRÚRGICO A SECUNDÁRIA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. MARCA APROVADA LIFEMED, OUTRAS MARCAS APRESENTAR AMOSTRA.	Kit	93,7000	1.500,00		
18	KIT CIRÚRGICO ORTOPEDIA. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DOBRADURA ASSÉPTICA. CAMPOS CONFECCIONADOS EM NÃO TECIDO À BASE DE POLIPROPILENO PELO PROCESSO SMS GRAU CIRÚRGICO. COMPOSTO POR: 1 COBERTURA IMPERMEÁVEL PARA MESA DE INSTRUMENTAL COM REFORÇO REPELENTE (TAMANHO APROXIMADO 180 CM X 120 CM); 1 CAMPO IMPERMEÁVEL DE	Kit	98,7000	300,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>APROXIMAÇÃO COM FENESTRA EM U (TAMANHO APROXIMADO 140 CM X 180 CM) E FITA ADESIVA; 1 CAMPO CIRÚRGICO INFERIOR COM REFORÇO ABSORVENTE, IMPERMEÁVEL, FITA ADESIVA E FENESTRA EM U (TAMANHO APROXIMADO 200 CM X 240 CM); 1 CAMPO CIRÚRGICO SUPERIOR COM REFORÇO ABSORVENTE, IMPERMEÁVEL E FITA ADESIVA (TAMANHO APROXIMADO 150 CM X 240 CM); 4 FITAS ADESIVAS AVULSAS (TAMANHO APROXIMADO 0,5 CM X 30 CM). DEVE APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DE BARREIRA BACTERIANA, NÃO CARCINOGENICA, BAIXA LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS, MALEÁVEL E HIDROREPELENTE. DUAS EMBALAGENS DEVEM ENVOLVER O PACOTE SENDO QUE O CAMPO DE MESA DEVE SER A EMBALAGEM PRIMÁRIA E O GRAU CIRÚRGICO A SECUNDÁRIA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. MARCA APROVADA LIFEMED, OUTRAS MARCAS APRESENTAR AMOSTRA.</p> <p>CONDIÇÕES GERAIS:</p> <p>1. DOCUMENTAÇÃO PARA ANÁLISE DAS PROPOSTAS, CONFORME A RDC Nº 59:</p> <p>1.1. REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA PARA TODOS OS ITENS.</p> <p>1.2. COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA (AFE) PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO PARA TODOS OS ITENS.</p> <p>1.3. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA O ITEM 4.</p> <p>1.4. OS ITENS DESTA PREGÃO DEVEM ATENDER A MARGEM DE PREFERÊNCIA PARA PARAMENTAÇÃO CIRÚRGICA DESCARTÁVEL DE 8%, CONFORME ANEXO I (MATERIAIS DE USO EM SAÚDE - MARGEM DE 8%) DO DECRETO 7.767 DE 27 DE JULHO DE 2012.</p> <p>2. NA ENTREGA DO PRODUTO:</p> <p>2.1 A EMBALAGEM DOS PRODUTOS DEVE SER ADEQUADA PARA ABERTURA ASSÉPTICA.</p> <p>2.2 O ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS DEVE SER EM CAIXAS RESISTENTES AO EMPILHAMENTO E AO MANUSEIO NO TRANSPORTE E DISPOR DE PROTEÇÃO INTERNA PARA A UMIDADE.</p> <p>2.3. O RÓTULO DE IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE CONTER: NOME DO FABRICANTE, NOME DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO (QUANDO SE APLICA), NÚMERO DO LOTE DO FABRICANTE, NÚMERO DE REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (QUANDO SE APLICA), NÚMERO DO CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) PARA O ITEM 4, CONFORME RDC 6 E COMPOSIÇÃO DO NÃO</p>					

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>TECIDO.</p> <p>2.4. A DATA DE VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO DEVE SER DE NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA. OBS.: O NOME DO PRODUTO QUE DEVE CONSTAR NO RÓTULO É O QUE ESTÁ GRIFADO NO INÍCIO DE CADA ITEM. EX: AVENTAL PARA CME E QUIMIOTERAPIA OU AVENTAL CIRÚRGICO TAMANHO G, ETC.</p> <p>3. DAS AMOSTRAS PARA AVALIAÇÃO NA LICITAÇÃO</p> <p>3.1 - SOLICITA-SE O ENVIO DE, NO MÍNIMO, UMA AMOSTRA DE CADA PRODUTO OFERTADO PELAS EMPRESAS QUE OFERTAREM O MENOR PREÇO, OU PARA AS SEGUINTESE A OFERTA DE MENOR PREÇO FOR DESCLASSIFICADA.</p> <p>3.2 -TODAS AS AMOSTRAS DEVEM SER APRESENTADAS COM AS ESPECIFICAÇÕES DE ROTULAGEM COMPLETAS.</p> <p>4.3 - AS AMOSTRAS SOLICITADAS DEVERÃO ESTAR IDENTIFICADAS COM O NÚMERO DA LICITAÇÃO (PREGÃO.....), A DESCRIÇÃO E O NÚMERO DO ITEM A QUE SE REFEREM BEM COMO CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE.</p> <p>4.4 - A COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO PODERÁ DISPENSAR A APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS PARA AS EMPRESAS QUE DISPÕE DE MARCAS APROVADAS CITADAS NO EDITAL.</p>					
Informar: Razão Social da Empresa: _____ CNPJ: _____ Endereço, Local e Estado: _____ Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____ Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____ Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____ _____ Assinatura						