

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo...:** 23081.021997/2018-11    **Pregão SRP**    82 / 2018    **Data da Emissão:** 22/05/2018**Abertura: Dia:** 11/06/2018    **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Indicador biológico de terceira geração para vapor do tipo auto-contido, ampola com meio de cultura, espécie bacillusstearothermophilus com tempo de resposta de no máximo 3 (três) horas, por método de fluorescência, indicado para o controle de qualidade biológico de ciclos de esterilização à vapor saturado em esterilizadores equipados com pré-vácuo, que operem a 132 - 134 graus Celsius (centígrados) ou para esterilizadores gravitacionais que operem à 121 graus Celsius. Apresentação: caixa com 50 ampolas		Caixas	15,00	_____	_____
2	Teste Bowie Dick. Teste do equipamento de alerta alem da força teste principal. Oferece facilidade na identificação do problema e aumenta a segurança é composto por uma folha impregnada com um indicador químico sensível posicionada após várias camadas de papel cartão poroso, espuma e uma folha especial de alerta que possibilita a identificação de outras falhas de remoção incompleta de ar. Indicado para testar a remoção de ar e identificar possíveis falhas de vedação em equipamentos a vácuo. Pacote pronto de 13 X 11 X 2,5 cm. Validade superior a um ano a partir da entrega. Apresentação: Caixa com 20 pacotes.		Unidade	20,00	_____	_____

**Informar:**

Razão Social da Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Endereço, Local e Estado: \_\_\_\_\_

Cep: \_\_\_\_\_ Fone/Fax: \_\_\_\_\_ Telex: \_\_\_\_\_

Nome do Banco: \_\_\_\_\_ Nome da Agência: \_\_\_\_\_ Número da Agência: \_\_\_\_\_

Número Conta Bancária: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura