

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência**Processo..:** 23081.015757/2012-92 **Pregão SRP** 368 / 2012 **Data da Emissão:** 30/10/2012**Abertura: Dia:** 29/11/2012 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Agulha Angiográfica de Punção calibre 18G x 7cm de comprimento, para acessos vasculares, arteriais ou venosos, criando uma linha de acesso para procedimentos diagnósticos ou terapêuticos, com base plástica, mandril metálico, ponta inteiriça, sem disco de fixação, estéril, descartável, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> MeritMedical/Ref.AD18T71W >> Cook/SDN-18G-7.0cm >> Escitech/Ref. AGU0318070 >> Insitu Technologies/Ref.26000-18-7	Unidade	5,8000	1.500,00	_____	_____
2	Agulha Angiográfica de Punção calibre 20G x 4cm de comprimento, para acessos vasculares, arteriais ou venosos, criando uma linha de acesso para procedimentos diagnósticos ou terapêuticos, com base plástica, mandril metálico, ponta inteiriça, sem disco de fixação, estéril, descartável, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: Marca aprovada: >> MeritMedical/Angiographic needles >> Cook/SDN-20G-4.0cm >> Insitu Technologies/Angiographic needle/Ref	Unidade	5,8000	240,00	_____	_____
3	Bainha Introdutora Radial com válvula hemostática com (REVESTIMENTO HIDROFÍLICO TOTAL) de 5 Fr e 6 Fr e com 10cm de comprimento aproximado, kit completo para implante contendo: (uma bainha e um dilatador, um mini fio guia e um insensor-guia), modelo (Glidesheath/Terumo), estéril, radiopaco, de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Terumo/Glidesheath/Ref.BF5F10PA, BF6F10PA	Unidade	97,4800	600,00	_____	_____
4	Bainha introdutora teflonada com válvula hemostática, curva, (modelo MULLINS/Cook), de 11Fr, 12Fr, 13Fr e 14Fr de diâmetro e com 75 ou 85cm de comprimento, ponta radiopaca para uso com fio guia 0,035"/0,038", estéril, de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Cook	Unidade	1.151,0000	60,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
>> Medtronic						
5	Bainha introdutora valvulada aramada ponta flexível com marcador radiopaco, revestimento hidrofílico, com amplo lumen e resistência a dobras, para procedimentos de angioplastia periférica, modelos para CARÓTIDA, RENAL, CROSSOVER E MULTIPORPOUSE com diâmetros de 6Fr e 7Fr, com tamanho de 90cm de comprimento aproximado, e curvas variadas, para uso com fio guia 0,035/0,038", Kit completo, estéril, descartável, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Cook >> Terumo	Unidade	1.280,0000	48,00	_____	_____
6	Bainha introdutora valvulada aramada ponta flexível com marcador radiopaco, revestimento hidrofílico, com amplo lumen e resistência a dobras, para procedimentos de angioplastia periférica, modelos para CARÓTIDA, RENAL, CROSSOVER E MULTIPORPOUSE com diâmetros de 6Fr e 7Fr, com tamanho que variam de 45 à 70cm de comprimento, e curvas variadas, para uso com fio guia 0,035/0,038", Kit completo, estéril, descartável, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Cook >> Terumo	Unidade	980,0000	160,00	_____	_____
7	Cateter Angiográfico para procedimentos diagnósticos em cardiologia e radiologia (cateterismo em cineangiocoronariografia, ventriculografia, e do sistema periférico), para uso com fio guia 0,035"/0,038" com tamanho de 65, 100 e 110cm aproximado, as empresa deverão disponibilizar os diâmetros de 4 Fr, 5 Fr e 6 Fr e a mais completa variedade, curvas e alças para o intervencionista executar os procedimentos, estéril, de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente, Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido. Marca aprovada: >> Merit/Medical/Ref.diversas	Unidade	60,0000	2.000,00	_____	_____
8	Cateter Angiográfico para procedimentos diagnósticos em cardiologia e radiologia BRAQUIAL/RADIAL, modelo TIG de 5 Fr com tamanho de 100cm de comprimento e curva em " L " para uso com fio guia 0,35/0,38" polegadas, que possibilita durante o procedimento fazer a coronária esquerda e direita mais ventrículo com único cateter, estéril, alogênico, radiopaco, de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Terumo Corporation/Optitorque RADIAL TIG 5F/Ref.RH*5TIG110M	Unidade	120,0000	60,00	_____	_____
9	Cateter Angiográfico para procedimentos diagnósticos em cardiologia e radiologia	Unidade	500,0000	60,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
10	modelo PIGTAIL com sufixo centimetrado que identifica o marcador de bandas, com 20 Band, com diâmetro de 4F e 5F, com tamanhos diversos, para uso com fio guia 0,35/0,38" polegadas, o produto deve ser estéril, apirogênico, radiopaco, de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> MeritMedical/Performa Vessel Sizing Catheter PIG-VSC-20B/Ref.7602-20M	Unidade	80,0000	120,00	_____	_____
11	Conector em " Y " Simples com conexão luer lock, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente.vigente. Marca aprovada: >> Scitech/Cód ref. CON110400 >> Merit	Unidade	50,0000	1.500,00	_____	_____
12	Extensor de PVC para injeção de meio de contraste de alta pressão de até 1.200 psi com 120cm de comprimento não espiralado em PVC ou Nylon trançado com poliuretano, atóxico e livre de látex, com flexibilidade intermediária compatível com a seringa 150ml da injetora (Angiomat Illumena, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Gerbet/Algaflex >> Alko do Brasil/Angio-Set/Ref. >> Clinical Thinks/Ref C403-0480	Unidade	39,0000	4.000,00	_____	_____
13	Guia Teflonada 0,035"x150cm de comprimento, ponta em Jota, para auxílio na inserção de cateter de diagnóstico ou de intervencionismo, constituída de núcleo de aço, com revestimento de superfície em PTFE(Politetrafluoretileno), estéril, radiopaca, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Merit/Medical >> Boston Scientific >> Cordis >> Nipro >> Medtronic >> St ^o Jude >> Cook >> Lake Region Manufacturing/Fio Guia Radial PTFE/Ref. BR235150-J	Unidade	74,0000	1.500,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	>> Merit Medical/Inquire/Ref.IQ35F260J >> Boston Scientific >> Cordis >> Nipro >> Medtronic >> St ^o Jude >> Cook >> Lake Region Manufacturing/Fio Guia Radial PTFE					
14	Guia Teflonada 0,035"x150cm de comprimento, ponta em Jota, angulada SUPER STIFF, com corpo rígido de maior suporte, para auxílio na inserção de cateter de diagnóstico ou de intervencionismo, constituída de núcleo de aço, com revestimento de superfície em PTFE(Politetrafluoretileno), estéril, radiopaca, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: >> Merit Medical >> Boston Scientific >> Cordis >> Nipro >> Scitech >> St ^o Jude Medical >> Cook >> Terumo >> SP Medical/Accoat	Unidade	170,0000	120,00	_____	_____
15	Guia Teflonada 0,035"x260cm de comprimento, ponta em Jota, angulada SUPER STIFF, com corpo rígido de maior suporte, para auxílio na inserção de cateter de diagnóstico ou de intervencionismo, constituída de núcleo de aço, com revestimento de superfície em PTFE(Politetrafluoretileno), estéril, radiopaca, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: >> Merit Medical >> Boston Scientific >> Cordis >> Nipro >> Scitech >> St ^o Jude Medical	Unidade	220,0000	240,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**95591764000105
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
16	>> Cook >> Terumo >> SP Medical/Accoat Guia Hidrofílica 0,035"x150cm de comprimento, ponta em Jota, angulada, para auxílio na inserção de cateter de diagnóstico ou de intervencionismo, constituída de núcleo de aço, com revestimento de superfície HIDROFÍLICA, estéril, radiopaca, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. ROPM/SUS 07.02.01.014-6 Marca aprovada: >> Boston Scientific >> Merit Medical >> Terumo/Radiofucus/Ref.RF*GA35153M >> Scitech >> St ^o Jude/HydroSteer >> Nipro/Aqualiner Hidrofílica >> Sunny Medical/Sunmed/Ref.E18110F0	Unidade	240,0000	2.000,00	_____	_____
17	Guia Hidrofílica 0,035"x260cm de comprimento, ponta em Jota, angulada, para auxílio na inserção de cateter de diagnóstico ou de intervencionismo, constituída de núcleo de aço, com revestimento de superfície HIDROFÍLICA, estéril, radiopaca, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. ROPM/SUS 07.02.01.014-6 Marca aprovada: >> Boston Scientific >> Merit Medical >> Terumo/Radiofucus/ >> Scitech >> St ^o Jude Medical/HydroSteer/Ref.408011 >> Cook >> Nipro/Aqualiner Hidrofílica >> Technowood/SSS guide Wire/Ref.H502-3526A >> Sunny Medical/Sunmed/Ref.	Unidade	300,0000	1.000,00	_____	_____
18	Guia Hidrofílica 0,035"x150cm de comprimento, ponta em Jota, angulada, SUPER STIFF, com corpo rígido de maior suporte, para auxílio na inserção de cateter de diagnóstico ou de intervencionismo, constituída de núcleo de aço, com revestimento de	Unidade	300,0000	240,00	_____	_____



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	superfície HIDROFÍLICA, estéril, radiopaca, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido. ROPM/SUS 07.02.01.014-6 Marca aprovada: >> Merit/Medical >> Boston Scientific >> Cordis >> Nipro >> Scitech >> St ^o Jude >> Cook >> Terumo					
19	Guia Hidrofílica 0,035"x260cm de comprimento, ponta em Jota, angulada, SUPER STIFF, com corpo rígido de maior suporte, para auxílio na inserção de cateter de diagnóstico ou de intervencionismo, constituída de núcleo de aço, com revestimento de superfície HIDROFÍLICA, estéril, radiopaca, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido. ROPM/SUS 07.02.01.014-6 Marca aprovada: >> Merit/Medical >> Boston Scientific >> Cordis >> Nipro >> Scitech >> St ^o Jude >> Cook >> Terumo	Unidade	480,0000	240,00	_____	_____
20	Guia Hidrofílica 0,035"x150 e 260cm de comprimento, ponta em J e Anguladao e ou Reta, AMPLATZ SUPER STIFF, com corpo rígido de maior suporte, para auxílio na inserção de cateter de diagnóstico ou de intervencionismo, constituída de núcleo de aço, com revestimento de superfície HIDROFÍLICA, estéril, radiopaca, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido. ROPM/SUS 07.02.01.014-6	Unidade	480,0000	120,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**95591764000105
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
21	<p>Marca aprovada: >> Merit/Medical >> Boston Scientific >> Cordis >> Nipro >> St^o Jude >> Cook >> Biometrix/Anglo-Line</p> <p>Guia Teflonada 0,035"x150 e 260cm de comprimento, ponta em Jota e Reta, AMPLATZ SUPER STIFF, com corpo rígido de maior suporte, para auxílio na inserção de cateter de diagnóstico e intencionista, constituída de núcleo de aço, com revestimento de superfície em PTFE(Politetrafluoretileno), Teflonado, estéril, radiopaca, embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p> <p>Marca aprovada: >> Merit Medical >> Boston Scientific >> Cordis >> Nipro >> SP Medical/Accoat >> St^o Jude >> Cook >> Scitech >> Biometrix</p>	Unidade	120,0000	350,00	_____	_____
22	<p>Guia Teflonada 0,035"x150 e 260cm de comprimento, ponta em J e Reta, SUPER STIFF, com corpo rígido de maior suporte, para auxílio na inserção de cateter de diagnóstico, constituída de núcleo de aço, com revestimento de superfície em PTFE(Politetrafluoretileno), neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar guias somente com pontas nos modelos solicitados, estéril, radiopaca, embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p> <p>ROPM/SUS 07.02.01.014-6</p> <p>Marca aprovada: >> Merit/Medical >> Boston Scientific >> Cordis >> Nipro</p>	Unidade	190,0000	120,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
23	>> Scitech >> Stº Jude >> Cook >> SP Medical/Accoat Guia Hidrofílica 0,035"x150 e 260cm de comprimento, ponta em J, angulada e ou Reta, para auxílio na inserção de cateter de diagnóstico ou de intervencionismo, constituída de núcleo de aço, com revestimento de superfície HIDROFÍLICA, estéril, radiopaca, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. ROPM/SUS 07.02.01.014-6 Marca aprovada: >> Boston Scientific >> Merit Medical >> Cordis >> Terumo/Radiofucus/Ref.RF*GA35153M >> Scitech >> Stº Jude/HydroSteer >> Cook >> Nipro/Aqualiner Hidrofílica	Unidade	300,0000	1.000,00	_____	_____
24	Guia Hidrofílica 0,035"x150 e 260cm de comprimento, ponta em J, angulada e ou Reta, SUPER STIFF, com corpo rígido de maior suporte, para auxílio na inserção de cateter de diagnóstico ou de intervencionismo, constituída de núcleo de aço, com revestimento de superfície HIDROFÍLICA, estéril, radiopaca, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. ROPM/SUS 07.02.01.014-6 Marca aprovada: >> Merit/Medical >> Boston Scientific >> Cordis >> Nipro >> Stº Jude >> Cook >> Biometrix/Anglo-Line	Unidade	300,0000	120,00	_____	_____
25	Introdutor Hemostático FEMURAL nos diâmetros 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 Fr, com bainha de 11/12cm de comprimento, dilatador, válvula hemostática e fio guia com	Unidade	97,4800	4.000,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	50cm de comprimento com ponta distal dupla em " J " e extremidade reta, (Kit completo), radiopaco, estéril, de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS: 07.02.05.034.2 Marca aprovada: >> Medtronic/Imput >>Terumo/Introducer II >> St ^o Jude Medical/Ultimum >> MeritMedical/Prelude					
26	Pulseira para Compressão da Artéria Radial, é um dispositivo de compressão para ajudar na hemostasia da artéria radial após procedimento trans radial, inflável, ajustável ao pulso do paciente, tamanho adulto, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Terumo/modelo Tr Band	Unidade	80,0000	48,00	_____	_____
27	Seringa para bomba injetora, vazia de 150 ml com handi-fil em jota para enchimento da seringa, indicada para administração de meios de contraste e soluções para o realce do diagnóstico por imagem, compatível com a injetora modelo LF ANGIOMAT ILLUMENA 3000, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Será adquirido o produto cujo fabricante, possibilite o seu reprocesso. Marca aprovada: >> Liebel-Flarsheim/Mallincrodt/Seringa Vazia/Ref.900101	Unidade	85,0000	1.500,00	_____	_____
28	Torneira de plástico transparente com 5 vias tipo (Manifold), usada em procedimentos diagnósticos em cardiologia e radiologia, (cateterismo coronário), estéril, de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Merit/Medical/Manifold/Cód.ref.503BF-R-500-PSI >> Medex	Unidade	35,0000	4.000,00	_____	_____
29	Válvula Hemostática com conector em " Y " com sistema (puxe - empurre), kit completo, estéril, descartável, radiopaco, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> MeritMedical/Angioplasty Pack/Ref.MAP453 >> Super Ketch-Minvasys/BioAssit/Asahi Neo's >> Insitu/EasyCath/Ref.2500	Unidade	85,0000	360,00	_____	_____
30	Dispositivo de Encerramento Vascular nos diâmetros de 6Fr e 8Fr com 10cm de comprimento aproximado, utilizado no selamento de punção hemostática em procedimento de hemodinâmica, em situações de alto risco de sangramentos em	Unidade	1.500,0000	120,00	_____	_____



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
31	<p>pacientes anticoagulados, contendo: Bainha introdutora, Dilatador modificado, Guia 0,032" ponta em " J " com 70cm comprimento, Dispositivo Angio-Seal, Dispositivo abridor de válvula, estéril, de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido. marca aprovada: >> ST. Jude Medical/Angio-Seal STS Plus 6F e 8F</p> <p>Guia Teflonada 0,035"x150 e 260cm de comprimento, ponta em J e Reta, para auxílio na inserção de cateter de diagnóstico, constituída de núcleo de aço, com revestimento de superfície em PTFE(Politetrafluoretileno), neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar guias somente com pontas nos modelos solicitados, estéril, radiopaca, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. ROPM/SUS 07.02.01.014-6 Marca aprovada: >> Merit/Medical >> Boston Scientific >> Cordis >> Nipro >> Medtronic >> St^o Jude >> Cook</p>	Unidade	74,0000	1.000,00	_____	_____



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referência

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura