

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência**Processo...:** 23081.017079/2012-01 **Pregão SRP** 393 / 2012 **Data da Emissão:** 23/11/2012**Abertura: Dia:** 12/12/2012 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

| Item | Especificação | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 1 | Bolsa Drenável para Estoma Intestinal, para Adultos, bolsa confeccionada em plástico atóxico e TRANSPARENTE, com barreira protetora periestomal flexível em resina sintética e adesivo microporoso hipoalergênico de 3ª (terceira) geração, com guia de medição impressa para recorte de 19mm à 64mm, revestido com papel parafinado ou outro material de fácil remoção. Na parte posterior da bolsa possuir tela protetora não aderente; com clamp de segurança para o fechamento da bolsa, de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Convatec >> Coloplast | Unidade | 15,0000 | 6.000,00 | _____ | _____ |
| 2 | Bolsa Drenável para Estoma Intestinal, para Adultos, bolsa confeccionada em plástico atóxico e TRANSPARENTE, com barreira protetora periestomal flexível em resina sintética e adesivo microporoso hipoalergênico de 3ª (terceira) geração, com guia de medição impressa para recorte de 19mm à 80mm, revestido com papel parafinado ou outro material de fácil remoção. Na parte posterior da bolsa possuir tela protetora não aderente; com clamp de segurança para o fechamento da bolsa, de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Convatec >> Coloplast | Unidade | 14,0000 | 500,00 | _____ | _____ |
| 3 | Bolsa Drenável para Estoma Intestinal, para Infantil, bolsa confeccionada em plástico atóxico e TRANSPARENTE, com barreira protetora periestomal flexível em resina sintética e adesivo microporoso hipoalergênico de 3ª (terceira) geração, com guia de medição impressa para recorte de 25mm, revestido com papel parafinado ou outro material de fácil remoção. Na parte posterior da bolsa possuir tela protetora não aderente; com clamp de segurança para o fechamento da bolsa, de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Convatec >> Coloplast | Unidade | 11,9000 | 360,00 | _____ | _____ |
| 4 | Bolsa Drenável para Estoma Intestinal, Alterna Convex recortável, drenável para Adultos, película protetora de pele, adesivo de resina sintética espiral de 3ª Geração Alterna Convexo, recortável de 15 a 43mm, com guia de medição impressa para recorte | Unidade | 1,0000 | 360,00 | _____ | _____ |

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

| Item | Especificação | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|----------|--------------|------------|----------------|-------------|
| | de 15mm à 43mm, transparente e opaca, material de fácil remoção, com clamp de segurança para o fechamento da bolsa, de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Coloplast/Ref. 46938, transparente/Ref. 46948 opaca | | | | | |
| 5 | Conjunto para Estoma, pediátrico composto por: 1 - Uma bolsa drenável, com filtro e tela protetora de pele de não tecido, sem flange, acoplagem de 17 mm, auto-adesivo, Ref. 14681 e ref. 14691, e + 2 - Uma placa recortável, sem orifício inicial pré-cortado, composição feita para pele de NEO NATO, com gelatina vegetal, dióxido de titânio, carboximetilcelulose sódica, acoplagem de 17 mm, Ref.14307, de uso único, embalagens compatíveis com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Coloplast/Ref. 1468/Ref. 14691 e Ref.14307. | Conjunto | 70,0000 | 400,00 | _____ | _____ |
| 6 | Bolsa para Preservação de Medula Óssea e sten cell periférica, feita de material especial que resista a ultra baixas temperaturas, esteril, com duas vias de entrada e duas saídas, capacidade par 250 ml - (30 à 60 ml de fluído), não pirogênico resistente a congelamento em nitrogênio líquido descongelamento em banho maria essencial para o transplante autoplástico de medula óssea. Embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> BAXTER/Sten Cell/Ref.R4R9953 >> JP Indústria/Cryostore CS-3i >> Origen Biomedical | Unidade | 320,0000 | 288,00 | _____ | _____ |
| 7 | Bolsa para Preservação de Medula Óssea e sten cell periférica, feita de material especial que resista a ultra baixas temperaturas, esteril, com duas vias de entrada e duas saídas, capacidade par 500 ml - (30 à 60 ml de fluído), não pirogênico resistente a congelamento em nitrogênio líquido descongelamento em banho maria essencial para o transplante autoplástico de medula óssea. Embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> BAXTER/Sten cell/ Ref.R4R9955 >> JP Indústria/Cryostore CS-3i >> Origen Biomedical | Unidade | 410,0000 | 432,00 | _____ | _____ |

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

| Item | Especificação | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 8 | Bolsa para Transferência de Sangue e seus componentes, apirogênica, confeccionada em PVC atóxico, sem anticoagulante capacidade para 300ml, penetrador de acordo com norma ISO, estéril, desenvolvida de acordo com a portaria SVS 959/MS. Embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Fresenius Kabi/Ref.FR0501112 >> JP Indústria/Ref. | Unidade | 14,3000 | 3.000,00 | _____ | _____ |
| 9 | Bolsa para Transferência de Sangue e seus componentes, apirogênica, confeccionada em PVC atóxico, sem anticoagulante capacidade para 600ml, penetrador de acordo com norma ISO, estéril, desenvolvida de acordo com a portaria SVS 959/MS. Embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Fresenius Kabi/Ref. >> JP Indústria/Ref. | Unidade | 14,9500 | 3.500,00 | _____ | _____ |
| 10 | Bolsa para Urostomia adultos transparente, drenagem de diurese através da urostomia, com barreira protetora de pele em resina sintética composta por gelatina, pectina e carboximetilcelulose saco coletor composto de película plástica silenciosa macia, atóxica e hipoalergênica, sistema de uma peça, adulto, recortável de 19mm á 45/64mm no mínimo, com barreira protetora de pele, saco coletor transparente, extremidade interior arredondada, com selagem de alta resistência nas bordas, assegurando a integridade do saco, resistente e que não desprenda facilmente o conjunto. Válvula anti-refluxo e válvula adaptadora para drenagem, que possa ser acoplada aos sistemas de drenagem (bolsa coletora de perna e bolsa coletora de cama) e que permita perfeito fechamento da área de drenagem sem extravasamento de efluentes, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Shelter | Unidade | 30,0000 | 6.000,00 | _____ | _____ |
| 11 | Cânula Nasal ADULTO 12 Fr para a injeção de oxigênio (tipo óculos) com coxim de silicone, formada por um arco e duas cânulas que vão dentro das fossa nasais reguláveis para a perfeita adaptação sem uso de adesivos com comprimento prolongado de 2m10cm aproximado, em peça única, estéril, de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Hudson/Ref.1820 >> Intersurgical/Ref. >> Silmag/Ref.230-12 | Unidade | 23,2100 | 9.000,00 | _____ | _____ |
| 12 | Cânula Nasal NEO-NATAL 06 Fr para a injeção de oxigênio (tipo óculos) 100% silicone | Unidade | 23,2100 | 3.000,00 | _____ | _____ |

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

| Item | Especificação | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 13 | <p>à partir da conexão onde ocorre a bifurcação do cateter, formada por um arco e duas cânulas que vão dentro das fossa nasais reguláveis para a perfeita adaptação sem uso de adesivos com comprimento prolongado de 2m10cm aproximado, em peça única, estéril, de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>Marca aprovada: >> Silmag/Ref. 230-06</p> | Unidade | 23,2100 | 1.200,00 | _____ | _____ |
| 14 | <p>Cânula Nasal PEDIÁTRICA 09 Fr para a injeção de oxigênio (tipo óculos) 100% silicone à partir da conexão onde ocorre a bifurcação do cateter, formada por um arco e duas cânulas que vão dentro das fossa nasais reguláveis para a perfeita adaptação sem uso de adesivos com comprimento prolongado de 2m10cm aproximado, em peça única, estéril, de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>Marca aprovada: >> Silmag/Ref. 230-09</p> | Unidade | 153,0000 | 1.200,00 | _____ | _____ |
| 15 | <p>Cânula Nasal sistema C.P.A.P., para a administração de terapia de pressão positiva contínua nas vias aéreas para neonatos e pediátricos, estéril, de uso único, deve possuir, (01)uma cânula nasal de CPAP com cotovelos inspiratórios e expiratório e dois (02) tubos corrugados com comprimento de 120cm e 10mm de diâmetro, uma (01) linha de de monitorização de pressão, um (01) um adaptador rígido de 22mm para umidificação, uma touca (gorro) de lã, duas (02) peças de velcro para fixação de 6", neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros, diversos de</p> <ul style="list-style-type: none">* 7.5Fr, 9,0Fr - tamanho 00 e 0, margem de peso recomendado até 700g,* 10.5Fr - tamanho 1, margem de peso recomendado até 701g/1.000g,* 12Fr - tamanho 2, margem de peso recomendado até 1.001g/1.300g,* 15Fr - tamanho 3, margem de peso recomendado até 1.301g/2.000g, <p>embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido.</p> <p>Marca aprovada: >> Hudson RCI/CPAP System/Ref. >> NewMed Produtos/INCA/Ref.</p> | Unidade | 5,0000 | 240,00 | _____ | _____ |

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

| Item | Especificação | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| | >> Portex/Ref. >> Caajara/Ref. >> Protec/Ref. >> Intersurgical/Ref. | | | | | |
| 16 | Cânula Traqueostomia modelo "Biesalski" , diâmetros diversos, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm e 12mm(conjunto), composto de: 1 cânula externa para traqueostomia, sem balão, em PVC termossensível, siliconada, com 2 cânulas internas sendo uma delas de reserva (sobressalente); tampa de proteção anti-tosse; válvula de fonação; conector para oxigênio; placa (asa) de fixação flexível e fita de fixação ajustável com velcro nas extremidades, estéril, de uso único, * Indicada na substituição da cânula de metal, em casos de tratamentos radioterápicos. Marca aprovada: >> Rüsç >> BCI Medical | Unidade | 122,7500 | 150,00 | _____ | _____ |
| 17 | Cânula para Traqueostomia COM CUFF de cânula única (SCT). modelo (Shiley). 4A - Cânula para traqueostomia com cuff de câmara única (SCT) disponível em todos os diâmetros diversos: (5 SCT - 6 SCT - 7 SCT - 8 SCT - 9 SCT - 10 SCT), com tamanhos diversos, para usos especiais. A - O obturador maleável de extremidade arredondada facilita a inserção e está disponível em todos os tamanhos. Os produtos devem ser estéreis de uso único, e as embalagens compatíveis com a legislação vigente, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros, diversos. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: >> Tyco Healthcare/Mallinckrodt/Covidien | Unidade | 470,0000 | 120,00 | _____ | _____ |
| 18 | Cânula pata traqueostomia modelo SHILEY, para uso Pediátrico e Neonatal, 3A - A cânula neonatal (NEO) é feita de um novo material, mais macio, para maior conforto e apresenta um menor ângulo da flange, para melhorar a adaptação à pacientes neonatos, disponível em todos os diâmetros diversos: (NEO 3.0 - NEO 3.5 - NEO 4.0 - NEO 4.5), com tamanhos diversos, para usos especiais. 3B - A cânula Pediátrica (PED) possui flange de material mais macio, para possibilitar maior conforto e adaptação à pacientes pediátricos, disponível em todos os diâmetros diversos: (PED 3,0 - PED 3,5 - PED 4,0 - PED 4,5 - PED 5,0 - PED 5,5) com tamanhos diversos, para usos especiais. 3C - Cânula para traqueostomia pediátrica com cuff (PDC) apresenta delicado cuff | Unidade | 279,0000 | 120,00 | _____ | _____ |

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

| Item | Especificação | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 19 | <p>cilíndrico para tamanhos pediátricos, disponível em todos os diâmetros diversos: (PDC 4,0 - PDC 4,5 - PDC 5,0 - PDC 5,5) com tamanhos diversos, para usos especiais. A - cada cânula para traqueostomia pediátrica e neonatal vem com o seu próprio obturador. Os produtos devem ser estéreis de uso único, e as embalagens compatíveis com a legislação vigente, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros, diversos. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido. Marca aprovada: >> Tyco Healthcare/Mallinckrodt/Covidien</p> <p>Cânula Traqueostomia ajustável longa modelo indicado para PESSOAS OBESAS, (conjunto) composto de: 1 - Cânula externa com balão de baixa pressão e balão azul de controle com adaptador de luer e luer-lock, em P.V.C. termossensível, siliconada, longa, com curvatura em ângulo reto, conector colocado, linha radiopaca contínua, mandril auxiliar á introdução/sonda de aspiração, placa de fixação flexível com anel rosqueado permitindo ajuste, fita para fixação ajustável com velcro nas extremidades, estéril, de uso único, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros, diversos de (7, 8, 9 e 10), embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido. Marca aprovada: >> BCI Medical/Ref. 9736. >> CPL/Ref. >> Portex/Ref; >> Rüsç/Ref.</p> | Unidade | 108,7500 | 300,00 | _____ | _____ |
| 20 | <p>Cânula Traqueostomia COM BALÃO, de baixa pressão, em PVC atóxico, flexível, transparente, estéril, de uso único, radiopaca, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros, diversos de (4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10).embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido. Marca aprovada: >> BCI Medical/Ref. >> B.Braun/Ref. >> CPL/Ref. >> Portex/Ref. >> Rüsç/Ref.</p> | Unidade | 15,0000 | 1.200,00 | _____ | _____ |

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

| Item | Especificação | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 21 | <p>Cânula Traqueostomia COM CUFF, modelo SHILEY, contendo:</p> <p>1A - Cânula de Traqueostomia com cuff de alto volume e baixa pressão, (LPC) protege o tecido traqueal com seu cuff cilíndrico e é manufaturado com material maleável de alta qualidade moldável à traqueia quando aquecido à temperatura corpórea (termossensível), disponíveis em todos os diâmetros diversos: (4 LPC - 6 LPC - 8 LPC - 10 LPC).</p> <p>1B - Cânula para Traqueostomia com cuff de alto volume e baixa pressão com janela (FEN), permite o desmame do paciente do tubo, facilitando a respiração pelas vias aéreas superiores, disponíveis em todos os diâmetros diversos: (4 FEN - 6 FEN - 8 FEN - 10 FEN).</p> <p>A - O plug de decanulação (DCP) é conectado à cânula externa para permitir a respiração pelas vias aéreas superiores (disponível no modelo FEN).</p> <p>B - A cânula interna com conector twist-lock de 15mm permite conexão com equipamento auxiliar e é translúcido, para facilitar a visualização (disponível nos modelos LPC e FEN).</p> <p>C - O obturador maleável, de extremidade arredondada, facilita a inserção (disponível nos modelos LPC e FEN).</p> <p>D - A cânula Interna fenestrada com conector verde mede 15 mm e o protetor interno mede 15 mm. Esta cânula interna é indicada para pacientes que respiram espontaneamente (disponível no modelo FEN).</p> <p>Os produtos devem ser estéreis de uso único, e as embalagens compatíveis com a legislação vigente, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros, diversos.</p> <p>Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p> <p>Marca aprovada:</p> <p>>> Tyco Healthcare/Mallinckrodt/Covidien</p> | Unidade | 319,0000 | 120,00 | _____ | _____ |
| 22 | <p>Cânula Traqueostomia SEM BALÃO, em PVC atóxico, flexível, transparente, estéril, de uso único, radiopaca, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros diversos de (3, 3.5 e 4). embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p> <p>Marca aprovada:</p> <p>>> BCI Medical/Ref.</p> <p>>> B.Braun/Ref.</p> <p>>> CPL/Ref.</p> <p>>> Portex/Ref.</p> <p>>> Rüsç/Ref.</p> | Unidade | 19,0000 | 80,00 | _____ | _____ |

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

| Item | Especificação | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 23 | <p>Cânula Traqueostomia SEM CUFF, modelo SHILEY, contendo:</p> <p>2A - Cânula de traqueostomia sem cuff (CFS), destinado à higiene pulmonar geral e para uso em pacientes que estejam respirando espontaneamente, disponíveis em todos os diâmetros diversos: (4 CFS - 6 CFS - 8 CFS - 10 CFS).</p> <p>2B - Cânula para traqueostomia fenestrada sem cuff (CFN), destinado à higiene pulmonar e quando usado em conjunto com o plug de decanulação (DCP), direciona a respiração através das vias aéreas superiores, disponíveis em todos os diâmetros diversos: (4 CFN - 6 CFN - 8 CFN - 10 CFN).</p> <p>A - Cânula interna com conector twist-lock integral de 15 mm permite conexão com equipamento auxiliar e é translúcido, para facilitar a visualização (disponível nos modelos CFS e CFN).</p> <p>B - A cânula interna com lúmen estreito e conector curto é suprido com o CFS e direciona a respiração para as vias aéreas superiores.</p> <p>C - A cânula com lúmen mais aberto e conector curto reduz o volume no orifício. precaução: a cânula interna curta não é adaptável ao equipamento de ventilação (disponível no modelo CFS).</p> <p>D - O obturador maleável, de extremidade arredondada, facilita a inserção (disponível nos modelos LPC e FEN).</p> <p>E - O plug de decanulação (DCP) fecha a terminação proximal do CFN para permitir a respiração através da fenestra e das vias aéreas superiores.</p> <p>F - Cânula interna fenestrada com conector verde de 15 mm e tampa de 15 mm (disponível no modelo CFN).</p> <p>Os produtos devem ser estéreis de uso único, e as embalagens compatíveis com a legislação vigente, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros, diversos.</p> <p>Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p> <p>Marca aprovada: >> Tyco Healthcare/Mallinckrodt/Covidien</p> | Unidade | 279,0000 | 120,00 | _____ | _____ |
| 24 | <p>Coletor de Urina infantil UNISSEX, com bolsa graduada, adesivo hipoalergênico, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>Marca aprovada: >> Mark Med >> Cir.Brasil/Uro-Taylor unisex</p> | Unidade | 0,4500 | 8.000,00 | _____ | _____ |
| 25 | <p>Coletor de Urina Neo-Natal, em sistema fechado, sonda 100% silicone, com coletor de urina de 100ml, com ponto de injeção para extração de amostra para laboratório, tubos de conexão com chaves de 3 vias, (Kit contendo: uma sonda 100% silicone, bureta rígida de 150ml, Extrator de amostra de urina para análise, torneira de 3 vias, Bolsa de coleta de 400ml), neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos</p> | Unidade | 68,2400 | 700,00 | _____ | _____ |

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

| Item | Especificação | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 26 | <p>os tamanhos e diâmetros diversos de (4Fr, 6Fr, 8Fr), embalagem compatível com a legislação vigente. Marcas aprovadas: >> Silmag/ Referências: 499-04, 499-06, 499-08</p> <p>Coletor de Urina sistema aberto, frasco com capacidade para 1.000 á 2.000ml, extensor com clamp para vedação, cânula para adaptar a sonda vesical, alça para fixação, rótulo de identificação fixado no frasco, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Hartmann/Uro-Hart/Ref. 710110 >> B.Braun >> Medsonda</p> | Unidade | 5,6900 | 9.000,00 | _____ | _____ |
| 27 | <p>Coletor de Urina, sistema fechado, bolsa com capacidade para 2.000ml, contendo: Bolsa coletora com escalas de graduação para pequenos e grandes volumes; Alça de sustentação, Conector universal com ponto de coleta para amostra em (látex auto vedante) e tampa protetora; Tubo extensor para esvaziamento dotado de clamp; pinça corta fluxo; Câmara de pasteur; Válvula anti-refluxo; Filtro de ar antibacteriano na bolsa coletora; Tira de deambulação; Tubo de drenagem; Coldre protetor, estéril, descartável, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >>MB-Indústria Cirúrgica Ltda/BIO-URINE >> Zammi/UrozammSFCA</p> | Unidade | 9,4500 | 12.000,00 | _____ | _____ |
| 28 | <p>Dispositivo Urinário externo masculino, descartável, de látex autoadesivo, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos, diâmetros, diversos de: 25mm/pequeno, 30mm/médio, 35mm/grande), embalagem compatível com a legislação vigente. Marcas aprovadas: >> Convatec, >> Coloplast/Conveen Urisheath/Ref.5200, 5205, 5210 >> Mentor/FreedomCath/ref.#8000</p> | Unidade | 13,0000 | 8.000,00 | _____ | _____ |
| 29 | <p>Dreno de Kher, (sonda em T), para drenagem das vias biliares, confeccionada em látex ou silicone atóxico, flexível, transparente, estéril, descartável e radiopaca, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros, diversos de (12, 14, 16, 18, 20 e 22), embalagem compatível com a legislação vigente.</p> | Unidade | 35,0000 | 150,00 | _____ | _____ |

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

| Item | Especificação | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 30 | <p>Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p> <p>Marca aprovada:</p> <p>>> Medicone/Halex&Istar/Ref.</p> <p>>> Taylor/Cirurgica Brasil/Ref.</p> <p>Dreno de Sucção contínua com fole aspirador em sistema fechado por pressão negativa com capacidade de 400 á 600 cc, tubo de coletor intermediário com 3 vias, com clamp, agulha, guia cromado tampa válvula que permite compressão sem desconectar do sistema, (kit completo), neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os drenos de tamanhos e diâmetros, diversos de 3,2mm(pequeno), 4,8mm(médio) e 6,4mm(grande).embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p> <p>Marca aprovada:</p> <p>>> MB - Medical Brasil/Bio-Vac/Ref.</p> <p>>> P.Simon/Ref.</p> <p>>> Biotec/Biovac AT</p> <p>>> LAC Medical/Cir Brasil</p> <p>>> Incomepe/Drenoplass/Ref. DS32, DS48, DS64</p> <p>>> Zammi/Zammivac</p> | Unidade | 20,1000 | 1.500,00 | _____ | _____ |
| 31 | <p>Dreno Torácico em PVC siliconizado ou siliconado, atóxico, COM CONECTOR, multiperfurado, flexível, transparente, estéril, radiopaco, com 40cm de comprimento aproximado, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros, diversos de (10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 e 40).embalagem compatível com a legislação vigente., embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p> <p>Marca aprovada:</p> <p>>> CPL Medicals/Ref.</p> <p>>> MB - Medical Brasil/Ref.</p> <p>>> Cirúrgica Brasil/Lac-Medical</p> <p>>> Biotec Produtos/Biotor</p> | Unidade | 4,8100 | 3.000,00 | _____ | _____ |
| 32 | <p>Kit para coleta e filtração de medula óssea aspirada. Composto de bolsa plástica em (PVC) flexível com capacidade para 1,2 litros e pré-filtro de 850 micron que realiza a filtração através da gravidade. Acessórios que acompanham do kit:</p> <p>- 3 Filtros (2 de 500micron e 1 de 200 micron) adaptáveis à bolsa principal através de</p> | Kit | 2.277,0000 | 72,00 | _____ | _____ |

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

| Item | Especificação | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| | conexões de rosca, com protetores plásticos. - 3 Bolsas plásticas PL 146 de transferência com capacidade para 600ml. - Bolsa plástica com capacidade para 2.000ml. Kit totalmente estéril, embalado individualmente em campo cirúrgico, permitindo procedimento seguro de coleta e filtração. Embalagem compatível com a legislação vigente. Marcas aprovadas: >> Fenwal Inc./Ref. R4R2107H | | | | | |
| 33 | Mascara LARÍNGEA Clássica para uso supro glótico, que permita ventilação mecânica em pacientes Recém-Nascidos/Lactentes, crianças pré-escolares, adolescentes e adultos, deve ser construída em parte ou totalmente de silicone medicinal com conformação que se adapte anatomia humana, vedando o esôfago e liberando a passagem de ar para traquéia. neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros diversos de (1 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 6.0). Deve permitir a esterilização a vapor e ou autoclavável, com possibilidade de reuso aproximadamente 30/40 vezes, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: >> LMA Laryngeal Mask Company Limited/modelo Classic >> AMBU/modelo Aura 40 silicone autoclavável >> Med Tech | Unidade | 662,6200 | 80,00 | _____ | _____ |
| 34 | Máscara LARÍNGEA para Entubação com Acesso Gástrico, para crianças o modelo deve ser variável para cada peso, com volume do balão de inflação 7ml aproximado, com dispositivo para manuseio das vias aéreas que dispensa o uso do laringoscópio. A face convexa posterior fica em contato com a parede da faringe e anterior se sobrepõe a laringe, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros, diversos de (1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 e 5). embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> LMA Laryngeal Mask Company Limited/modelo ProSeal/Ref. | Unidade | 720,0000 | 24,00 | _____ | _____ |
| 35 | Máscara LARÍNGEA para Entubação Difícil com volume do balão de inflação 30ml e com dispositivo para manuseio das vias aéreas que dispensa o uso do laringoscópio. A face convexa posterior fica em contato com a parede da faringe e anterior se sobrepõe a laringe, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os | Unidade | 1.176,0000 | 24,00 | _____ | _____ |

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

| Item | Especificação | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 36 | <p>tamanhos e diâmetros e diversos de (3, 4 e 5). embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido.</p> <p>Marca aprovada:</p> <p>>> LMA Laryngeal Mask Company Limited/modelo Fastrach</p> <p>Tubo Orotraqueal com balão de alto volume e baixa pressão, indicado para micro cirurgia de laringe, em PVC termosensível, graduado em centímetros, arredondado, ponta e olho de murphy, curva de magill, linha radiopaca de ponta a ponta, balão piloto com válvula unidirecional, com conector junto, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanho e diâmetros diversos de (4,0 - 5,0 e 6,0), com comprimento de 40cm, aproximado, radiopaca em todo o comprimento, estéril, de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>Marca aprovada:</p> <p>>> Covidien/Mallinckrodt/Tyco/Ref.</p> <p>>> Rüsç/Microsonda Laríngea/Ref.112460.</p> | Unidade | 38,0000 | 120,00 | _____ | _____ |
| 37 | <p>Sonda Aspiração Traqueal de plástico, siliconizada, atóxico, estéril, descartável, adaptável á seringa com furos nas laterais, é indicada a pacientes impossibilitados de eliminar as secreções ou pacientes intubados ou ainda traqueostomizados, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os diâmetros, diversos de nºs (4, 6, 8, 10, 12 , 14, 16 e 18), com tamanho de 50cm de comprimento, embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido.</p> <p>Marca aprovada:</p> <p>>> Mark Med/Ref.</p> | Unidade | 0,4500 | 150.000,00 | _____ | _____ |
| 38 | <p>Sonda CARLENS de borracha vulcanizada de duplo lumen de ventilação seletiva, para intubação bronquial à esquerda e direita, contendo GANCHO CARINAL para ancoramento na carina principal, com 2 (dois) balões correspondentes e 2 (dois) balões de controle, guarnições universais para seringas, tira contínua de contraste de raio-X, e com sonda de aspiração, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros, diversos de (35, 37, 39 e 41).embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. embalagem compatível com a legislação vigente</p> <p>Marca aprovada:</p> <p>>> Rüsç/Tube bronquial Ref. 11 60 00, esquerda, e Ref. 11 63 00 direta</p> | Unidade | 1.800,0000 | 148,00 | _____ | _____ |

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

| Item | Especificação | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 39 | <p>Sonda CARLENS de plástico descartável de duplo lúmen de ventilação seletiva, para intubação bronquial à esquerda e direita, contendo GANCHO CARINAL para ancoramento na carina principal, com 2 (dois) balões correspondentes e 2 (dois) balões de controle, guarnições universais para seringas, tira contínua de contraste de raio-X, e com sonda de aspiração, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros, diversos de (35, 37, 39 e 41).embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. embalagem compatível com a legislação vigente</p> <p>Marca aprovada:</p> <p>>> Rüsç/Ref.116101...</p> <p>>> B.Braun/Ref.</p> <p>>> BCI Medical/Ref.</p> | Unidade | 350,0000 | 24,00 | _____ | _____ |
| 40 | <p>Sonda Endotraqueal Aramada (espiralada), COM BALÃO, em curva, de plástica (PVC) ou similar, siliconada, atóxico, radiopaca, com marcação no tubo de centímetro em centímetro, com conector, estéril, reusável, embalagem compatível com a legislação vigente, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros, diversos de (5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5 e 10).embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido.</p> <p>Marca aprovada:</p> <p>>> BCI Medical/Ref.</p> <p>>> B.Braun/Ref.</p> <p>>> CPL/Ref.</p> <p>>> Portex/Ref;</p> <p>>> Rüsç/Ref.</p> | Unidade | 79,0000 | 400,00 | _____ | _____ |
| 41 | <p>Sonda Endotraqueal COM BALÃO, em curva, de plástico (PVC) ou similar, atóxico, radiopaca, com marcação no tubo de centímetro em centímetro, com conector, estéril, descartável, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros, diversos de (3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5 e 10).embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido.</p> <p>Marca aprovada:</p> | Unidade | 13,9000 | 9.000,00 | _____ | _____ |

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

| Item | Especificação | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| | >> BCI Medical/Ref. >> B.Braun/Ref. >> CPL/Ref. >> Portex/Ref; >> Rüsç/Ref. | | | | | |
| 42 | Sonda Endotraqueal SEM BALÃO, em curva, de plástico (PVC) ou similar, atóxico, radiopaca, com marcação no tubo de centímetro em centímetro, com conector, estéril, descartável, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros, diversos de (2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5 e 5.5).embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: >> BCI Medical/Ref. >> B.Braun/Ref. >> CPL/Ref. >> Portex/Ref; >> Rüsç/Ref. | Unidade | 7,9000 | 2.500,00 | _____ | _____ |
| 43 | Sonda Entubação Endotraqueal/Esofágica modelo (Combitube) em PVC com tamanhos e diâmetros, diversos de 41 Fr adulto e 37 Fr adulto pequeno, tubo de duplo lúmen, balão de baixa pressão e alto volume no ramo distal que possui o mesmo tamanho que o tubo traqueal normal, seringa de 100ml pré-carregada com volume necessário de ar para os dois balões, conector montado em ângulo reto, adaptador transparente, estéril, descartável, permite ventilação inclusive em situações complicadas, intubação difícil das vias aéreas, proporciona segurança na ventilação artificial, baixa, anestesia geral e possibilita uma intubação rápida em casos de emergências, possui marcas de profundidade claramente visíveis para intubação traqueal ou esofágica, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Rüsç/Combitube >> LifeMedical Supplier >> Kendall | Unidade | 390,0000 | 60,00 | _____ | _____ |
| 44 | Sonda Esofágica (tipo Sengstaken/Blackemore) de borracha vulcanizada, vermelha nº 14 Fr, 16 Fr e 18 Fr, com 2 balões; Linhas de controle em cada tubo; 3 vias, com 4 furos na ponta distal para aspiração sangue, secreções e suco gástrico; Comprimento total: 100 cm e 65 cm (adulto e criança); Comprimento do balão esofágico: 22 cm e 13 cm (adulto e criança), utilizada especificamente para o tratamento de sangramentos de varizes esofagianas. embalagem compatível com a legislação vigente. | Unidade | 320,0000 | 12,00 | _____ | _____ |

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

| Item | Especificação | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| | Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: >> Rusch >> BCI Medical | | | | | |
| 45 | Sonda Gástrica especial com conector, nº 32 com 1,20cm de comprimento aproximado, para cirurgia bariátrica e esvaziamento gástrico, (tipo FOUCHET), estéril, descartável, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Embramed/Cremer | Unidade | 91,3000 | 120,00 | _____ | _____ |
| 46 | Sonda Gastrostomia ao Nível da Pele, em poliuretano ou silicone, válvula anti-refluxo, localizada na ponta proximal, ponta distal da sonda em formato de estrela ou balão interno para retenção, neste item os licitantes deverão disponibilizar o calibre de 16Fr nos tamanhos aproximados de (1.5cm, 1,7cm, 2,0cm, 2.4cm, 2,7cm, 3,0cm, 3.5cm) de comprimento, e com calibre de 20Fr e nos tamanhos aproximados de (1.5cm, 2,0cm, 2.5cm, 3,0cm, 3,5cm, 4,0cm, 4,5cm, 5,0cm), (kit Completo para implante), embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Bard/Ref. >> Ballard/Kimberly Clark/Ref. >> Kendall/Ref. | Unidade | 1.390,0000 | 24,00 | _____ | _____ |
| 47 | Sonda Gastrostomia para alimentação enteral, 100% de silicone ou poliuretano, com conector em " Y " e com Balão, com TRIPLA VIA, permite a administração de dieta e medicação, balão inflável de silicone de retenção interna compatível com o tamanho da sonda, disco(anel) externo proteção e retenção, ponta distal aberta, atóxico, radiopaco, estéril, descartável, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar os tamanhos e diâmetros diversos de (12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr e 20, 22 e 24Fr) compatíveis para Adulto e Pediátrico, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: >> Kimberly-Clark/Gastrostomy Feeding Tube/Ref. >> Abbott/Ref. >> Bard/Ref. >> Kendall/Kangaroo/Ref. | Unidade | 135,0000 | 1.200,00 | _____ | _____ |

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

| Item | Especificação | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 48 | <p>Sonda Gastrostomia para alimentação enteral, PERCUTÂNEO ENDOSCÓPICO, 100% de silicone ou poliuretano, com conector em " Y " , com DUPLA VIA, permite a administração de dieta e medicação, e com balão inflável de silicone de retenção interna compatível com o tamanho da sonda, disco(anel) interno para proteção e retenção sistema pull)puxar), ponta distal aberta, atóxico, radiopaco, estéril, descartável, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar os tamanhos e diâmetros diversos de (14Fr, 16Fr, 18Fr e 20Fr, 22Fr e 24Fr) compatíveis para Adulto e Pediátrico (Kit completo para implante), embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido.</p> <p>Marca aprovada:</p> <p>>> Kimberly-Clark/Gastrostomy Feeding Tube/Ref.</p> <p>>> Abbott/Ref.</p> <p>>> Bard/ Ponsky pull PEG/Ref.</p> <p>>> Kendall/Kangaroo/Ref.</p> | Unidade | 521,5000 | 300,00 | _____ | _____ |
| 49 | <p>Sonda Jejunal para alimentação enteral via jejuno, contendo: uma sonda mono lumen, com calibre Ch/Fr 9 e com 75cm de comprimento, com orifício terminal, uma cânula para punção da parede abdominal, uma cânula com mandril para tunelização do jejuno, um placa com trava para fixação da sonda à parede abdominal, clamp para controle de fluxo dieta, estéril, com bandas de contraste radiológico e com marcas de distâncias, conector luer-lock positivo para equipo acompanhado de adaptador luer-loc negativo, adaptador para seringas luer, embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>Marca aprovada:</p> <p>>> Fresenius Kabi/Freka Jejunal/Ref.BR7981801</p> | Unidade | 561,4800 | 24,00 | _____ | _____ |
| 50 | <p>Sonda Nasal para Nutrição Enteral, com guia, modelos, tamanhos e diâmetros diversos:</p> <p>* ADULTOS de 10 e 12 FR, e com 110cm de comprimento aproximado,</p> <p>* INFANTIL de 08 FR, e com 110cm de comprimento aproximado,</p> <p>* NEONATO de 06 FR, e com 80cm de comprimento aproximado,</p> <p>atóxica, apirogênica e radiopaca, confeccionada em poliuretano, flexível para efetuar uma introdução suave e sem traumas e adaptar-se facilmente a anatomia do paciente. O tubo deverá possuir o mesmo diâmetro externo da ponta, sem a presença de rebarbas, rebaixes ou saliências. Deverá conter marcas indicadoras de espaçamento ao longo do tubo para posicionamento, conector proximal duplo lúmen em " Y " (com</p> | Unidade | 23,0000 | 5.000,00 | _____ | _____ |

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

| Item | Especificação | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 51 | <p>tampas de vedação para todas as vias de acesso), ser compatível a qualquer tipos de equipamentos de DIETA e seringas, permitindo o acesso na segunda via para assepsia, administração de água e medicamentos, multi-orifícios nas laterais, com presença ou não de orifício central, fio guia deve ser de aço inox confeccionado em forma de espiral ou similar, embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p> <p>Marca aprovada:</p> <p>>> Abbott</p> <p>>> Rivero/Ribral</p> <p>>> Oiarso/Bexen</p> <p>>> Kendall</p> | Unidade | 0,7600 | 9.000,00 | _____ | _____ |
| 52 | <p>Sonda Nasogástrica plástica siliconada atóxico, longa, multiperfurada, com tampa e adaptador a seringa, estéril, descartável, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os diâmetros, diversos de (6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18) com tamanho de 100cm de comprimento, embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p> <p>Marca aprovada:</p> <p>>>Mark Med/Ref.</p> | Unidade | 42,0000 | 800,00 | _____ | _____ |
| 53 | <p>Sistema Fechado de aspiração, traqueal/CURTA, com conexão em cotovelo, traqueostomia em PVC atóxico flexível e transparente, estéril, descartável e radiopaca, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos CURTOS de 30/39cm e com diâmetros, diversos de (10Fr,12Fr, 14Fr e 16Fr). embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p> <p>estéril, embalagem em papel grau cirúrgico.</p> <p>Marca aprovada:</p> <p>>> Newmed/</p> <p>>> Ballard/Kimberly-Clark/CEI/Trach-care/Ref.</p> <p>>> Vitaltec Corporation/Vital-cath</p> | Unidade | 42,0000 | 1.500,00 | _____ | _____ |
| 53 | <p>Sistema Fechado de aspiração, endotraqueal/LONGA, com conexão em cotovelo, endotraqueal em PVC atóxico flexível e transparente, estéril, descartável e radiopaca, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos LONGOS de 45/55cm e com diâmetros, diversos de (6Fr, 8Fr, 10Fr,12Fr, 14Fr e 16Fr). embalagem compatível com a legislação vigente.</p> | Unidade | 42,0000 | 1.500,00 | _____ | _____ |

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

| Item | Especificação | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| | Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido. estéril, embalagem em papel grau cirúrgico. Marca aprovada: >> Newmed/ >> Ballard/Kimberly-Clark/CEI/Trach-care/Ref. >> Vitaltec Corporation/Vital-cath >> Portex/Steri-Cath | | | | | |
| 54 | Sonda Retal plástica siliconada em PVC atóxico, macia, com furos na ponta distal e lateral, com tampa e adaptador a seringa, esteril, descartável, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os diâmetros, diversos de (18, 20, 24, 28, 32 e 34), com tamanho de 40cm de comprimento, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido. Marca aprovada: >>Mark Med/Ref. >> Embramed/Ref. | Unidade | 1,0900 | 600,00 | _____ | _____ |
| 55 | Sonda Traqueal, NASAL com 1 furo lateral, para cirurgia de cabeça-percoço, com balão de baixa pressão, transparente, com conector parcialmente colocado, balão azul de controle, válvula para guarnições de seringas de luer e luer-lock, extremidade atraumática, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os TAMANHOS E DIÂMETROS DIVERSOS de (7.0 e 7,5),radiopaca em todo o comprimento, graduada, esteril, descartável, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> RÜSCH/Sonda AGT/Ref.111781. | Unidade | 46,2000 | 120,00 | _____ | _____ |
| 56 | Sonda Traqueal, ORAL com 1 furo lateral, para cirurgia de cabeça-percoço, com balão de baixa pressão, transparente, com conector parcialmente colocado, balão azul de controle, válvula para guarnições de seringas de luer e luer-lock, extremidade atraumática, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os TAMANHOS E DIÂMETROS DIVERSOS de (8.0 e 8,5),radiopaca em todo o comprimento, graduada, esteril, descartável, embalagem compatível com a legislação vigente Marca aprovada: >> RÜSCH/Sonda AGT/Ref.111780. | Unidade | 86,9000 | 120,00 | _____ | _____ |
| 57 | Sonda Uretral, esteril, descartável confeccionada em poli vinil transparente atóxico maleável, siliconizada medido 40 cm aproximadamente, extremidade distal com | Unidade | 0,4500 | 90.000,00 | _____ | _____ |

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

| Item | Especificação | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| | conector plástico e tampa articulada extremidade proximal com ponta em forma de cone e orifícios ovais laterais alternados em lados opostos dimensionado de acordo com o calibre da sonda, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os diâmetros, diversos de (4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18), embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido. Marca aprovada: >>Mark Med/Ref. | | | | | |
| 58 | Sonda Vesical de demora tipo FOLEY de 2 vias com balão inflável compatível com cada tamanho, 100% SILICONE, atóxico, não-pirogênico, estéril, descartável, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos, diâmetros diversos de (08, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e 22), embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido. Marca aprovada: >> Silmag/100% silicone >> Fortune Medical/100% silicone >> Yushin Medical/Guinez International/100% silicone | Unidade | 28,0800 | 1.200,00 | _____ | _____ |
| 59 | Sonda Vesical de demora tipo FOLEY de 2 vias com balão inflável compatível com cada tamanho, látex siliconizada, atóxico não-pirogênico, estéril, descartável, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos, diâmetros diversos de (12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24). embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido. Marca aprovada: >> Rüsche/Ref. >> Embramac/Free-Bac/Ref. >> Lamedid/Solidor/Ref. >> Exelint/Ref. >> Well Lead Medical/ML Comércio | Unidade | 1,2300 | 10.000,00 | _____ | _____ |
| 60 | Sonda Vesical de demora tipo FOLEY de 2 vias com balão inflável de 3 a 5cc compatível com cada tamanho, látex siliconizada, atóxico não-pirogênico, estéril, descartável, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos, diâmetros diversos de (8 e 10), sendo que a de nº 8 deverá vir com guia, embalagem compatível com a legislação vigente. | Unidade | 1,9500 | 800,00 | _____ | _____ |

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

| Item | Especificação | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| | Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: >> Rüsç/Cód.ref. >> Embramac/Free-Bac/Ref. >> Lamedid/Solidor/Ref. >> Exelint/Ref. >> Well Lead Medical/ML Comércio | | | | | |
| 61 | Sonda Vesical de demora tipo FOLEY de 3 vias com balão inflável compatível com cada tamanho, látex siliconizada, atóxico não-pirogênico, estéril, descartável, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos, diâmetros diversos de (16, 18, 20, 22 e 24).embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: >> Rüsç/Ref. >> Embramac/Free-Bac/Ref. >> Lamedid/Solidor/Ref. >> Exelint/Ref. >> Well Lead Medical/ML Comércio | Unidade | 1,7900 | 2.000,00 | _____ | _____ |
| 62 | Sonda Vesical Dilatadora Déléfosse, com bugia filiforme para urologia confeccionada em Borracha vulcanizada ou PVC (vermelho), ponta distal com rosca americana macho, combinável com bugia filiforme (sonda deslizante); com um furo lateral (olho oval lateralizado), estéril com diâmetros, diversos de (ch12, ch14, ch16, ch18, ch20) comprimento aproximado 37cm, Indicado para dilatação do canal da uretra em casos de obstrução, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: >> Rüsç/Ref.252600 | Unidade | 432,0000 | 60,00 | _____ | _____ |
| 63 | Tube Endotraqueal TaperGuard com lumen Evac incorpora um cuff (Balão) em formato cônico destinado a reduzir o risco de microaspiração, fornece adicionalmente para drenagem da secreção através de um lúmen de secção integrado. Combina o manguito Tapegrad com com lumen Evac que oferece capacidades de gerenciamento de secreção, permitindo a drenagem contínua ou intermitente de secreções que se acumulam acima do balonete, é necessário para a realização da aspiração subglótica das medidadas de prevenção da PAV(Pneumonia associada à ventilação), tubo em curva, de plástico (PVC) ou similar, atóxico, radiopaca, com marcação no tubo de | Unidade | 109,0000 | 600,00 | _____ | _____ |



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referência

| Item | Especificação | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 64 | centímetro em centímetro, contendo: - Válvula de inflação do cuff - Curva de Magill - Cuff de baixa pressão em forma cônica - Olho de Murphy - Ponta Murphy - Lúmen de sucção, com conector, estéril, descartável, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar os tamanhos e diâmetros, diversos de (6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 e 9,0).embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: >> Covidien/Mallinckrodt/Tyco/Tube Tapeguard Evac/Ref. Válvula de Fala para Traqueostomia Shiley com entrada de oxigênio "phonete" permite fonação sem oclusão com o dedo, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Covidien/Mallinckrodt/Ref.SSVO | Unidade | 149,0000 | 60,00 | | |

Informar:
Razão Social da Empresa: _____
CNPJ: _____
Endereço, Local e Estado: _____
Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____
Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____
Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura