

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo...:** 23081.017101/2013-95 **Pregão SRP** 407 / 2013 **Data da Emissão:** 06/11/2013**Abertura: Dia:** 26/11/2013 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Agulha Angiográfica de Punção calibre 18G x 7cm de comprimento, para acessos vasculares, arteriais ou venosos, criando uma linha de acesso para procedimentos diagnósticos ou terapêuticos, com base plástica, mandril metálico, ponta inteiriça, sem disco de fixação, estéril, descartável, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> MeritMedical/Ref.AD18T71W >> Cook/SDN-18G-7.0cm >> Escitech/Ref. AGU0318070 >> Insitu Technologies/Ref.26000-18-7 >> Gabmed/ref.HD-04418	Unidade	15,0000	3.000,00	_____	_____
2	Agulha Angiográfica de Punção calibre 20G x 4cm de comprimento, para acessos vasculares, arteriais ou venosos, criando uma linha de acesso para procedimentos diagnósticos ou terapêuticos, com base plástica, mandril metálico, ponta inteiriça, sem disco de fixação, estéril, descartável, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: Marca aprovada: >> MeritMedical/Angiographic needles >> Cook/SDN-20G-4.0cm >> Insitu Technologies/Angiographic needle/ref.26000-21-4 >> Gabmed/ref.HD-04421	Unidade	18,0000	500,00	_____	_____
3	Bainha Introdutora para acesso transseptal (tipo MULLINS), teflonada com válvula hemostática, curva, com diâmetros de 08Fr, 11Fr, 12Fr, 13Fr e 14Fr e com 63cm, 75cm ou 85cm de comprimento aproximado, ponta radiopaca para uso com fio guia 0,035"/0,038", estéril, artigo médico hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Cook >> Medtronic >> St. Jude Medical	Unidade	1.015,0000	24,00	_____	_____
4	Bainha Introdutora Radial com válvula hemostática com (REVESTIMENTO HIDROFÍLICO TOTAL) de 5 Fr e 6 Fr e com 10cm de comprimento aproximado, kit	Unidade	97,4800	600,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	completo para implante contendo: - Uma bainha e - Um dilatador, - Um mini fio guia e - Um insensor-guia), modelo (Glidesheath/Terumo), estéril, radiopaco, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Terumo/Glidesheath/Ref.BF5F10PA, BF6F10PA					
5	Bainha introdutora valvulada aramada ponta flexível com marcador radiopaco, revestimento hidrofílico, com amplo lumen e resistência a dobras, para procedimentos de angioplastia periférica, modelos para CARÓTIDA, CROSSOVER, MULTIPORPOUSE e RDC(Renal) com diâmetros de 6Fr e 7Fr, com tamanho de 90cm de comprimento aproximado, e curvas variadas, para uso com fio guia 0,035/0,038", Kit completo, estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Cook >> Terumo	Unidade	1.280,0000	24,00	_____	_____
6	Bainha introdutora valvulada aramada ponta flexível com marcador radiopaco, revestimento hidrofílico, com amplo lumen e resistência a dobras, para procedimentos de angioplastia periférica, modelos para CARÓTIDA, CROSSOVER, MULTIPORPOUSE e RDC(Renal) com diâmetros de 6Fr e 7Fr, com tamanho que variam de 45 à 70cm de comprimento, e curvas variadas, para uso com fio guia 0,035/0,038", Kit completo, estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Cook >> Terumo	Unidade	980,0000	160,00	_____	_____
7	Cateter Angiográfico para procedimentos diagnósticos em cardiologia e radiologia BRAQUIAL/RADIAL, modelo TIG de 5 Fr com tamanho de 100cm de comprimento e curva em " L " para uso com fio guia 0,35/0,38" polegadas, que possibilita durante o procedimento fazer a coronária esquerda e direita mais ventrículo com único cateter, estéril, apirogênico, radiopaco, de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Terumo Corporation/Optitorque RADIAL TIG 5F/Ref.RH*5TIG110M >> Merit Medical/Ultimate 1/ref.5100381ULT1	Unidade	90,0000	60,00	_____	_____
8	Cateter Angiográfico para procedimentos diagnósticos em cardiologia e radiologia	Unidade	166,0000	60,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	modelo PIGTAIL com sufixo centimetrado que identifica o marcador de bandas, com 20 Band, com diâmetro de 5F, com tamanhos 65cm/100cm, para uso com fio guia 0,35/0,38" polegadas, o produto deve ser estéril, apirogênico, radiopaco, de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> MeritMedical/Performa Vessel Sizing Catheter PIG-VSC-20B/Ref.7602-20M/100cm-7602-20M65cm					
9	Cateter Angiográfico, utilizado para acesso e diagnóstico por via endovascular com intermédio de injeções de contraste de alto volume e de alta pressão, para uso com fio guia 0,035"/0,038" com tamanho de 65, 100 e 110cm aproximado, as empresa deverão disponibilizar os diâmetros de 4 Fr, 5 Fr e 6 Fr e a mais completa variedade, curvas e alças para o intervencionista executar os procedimentos, estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente, Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido. Marca aprovada: >> Merit/Medical/Ref.diversas	Unidade	90,0000	2.000,00	_____	_____
10	Conector em " Y " Simples com conexão luer lock, estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Scitech/ref. CON110400 >> Merit Medical	Unidade	56,0000	120,00	_____	_____
11	Dispositivo de Encerramento Vascular nos diâmetros de 6Fr e 8Fr com 10cm de comprimento aproximado, utilizado no selamento de punção hemostática em procedimento de hemodinâmica, em situações de alto risco de sangramentos em pacientes anticoagulados, contendo: Bainha introdutora, Dilatador modificado, Guia 0,032" ponta em " J " com 70cm comprimento, Dispositivo Angio-Seal, Dispositivo abridor de válvula, estéril, de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido. marca aprovada: >> ST. Jude Medical/Angio-Seal STS Plus 6F e 8F	Unidade	1.500,0000	300,00	_____	_____
12	Introdutor Percutâneo Hemostático FEMURAL nos diâmetros 4, 5, 6, 7 e 8, com bainha de 11/12cm de comprimento, contendo: Introdutor de invólucro, dilatador, válvula	Unidade	90,0000	4.000,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	hemostática e fio guia com 50cm de comprimento com ponta distal dupla em " J " e extremidade reta, para acesso percutânea nas veias ou artérias utilizados em procedimentos terapêuticos e de diagnóstico, (Kit completo), radiopaco, estéril, de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS: 07.02.05.034.2 Marca aprovada: >> Medtronic/Imput >> Terumo/Introducer II >> St ^o Jude Medical/Ultimum >> MeritMedical/Prelude					
13	Torneira de plástico transparente com 5 vias tipo (Manifold), usada em procedimentos diagnósticos em cardiologia e radiologia, (cateterismo coronário), estéril, de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Merit/Medical/Manifold/Cód.ref.503BF-R-500-PSI >> Medex >> BL Lifesciences/Angix/ref.BMN-3RN	Unidade	35,0000	4.000,00	_____	_____
14	Válvula Hemostática com conector em " Y " com sistema (puxe - empurre), kit completo, estéril, descartável, radiopaco, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> MeritMedical/Angioplasty Pack/Ref.MAP453 >> Super Ketch-Minvasys/BioAssit/Asahi Neo's >> Insitu/EasyCath/Ref.2500 >> First Line/Conector Y/ref.FLCY002-7 >> Biometrix/Angio-line/ref.BQ-0504	Unidade	90,0000	1.000,00	_____	_____
15	Fio Guia Teflonada 0,035"x150cm de comprimento, ponta em formato " J " ou angulada, para auxílio na inserção de cateter de diagnóstico ou de intervencionismo, constituída de núcleo de aço, com revestimento de superfície em PTFE(Politetrafluoretileno), marca radiopaca na ponta distal, estéril, artigo médico hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Merit/Medical >> Boston Scientific >> Cordis >> Nipro >> Medtronic	Unidade	45,0000	5.000,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	>> St ^o Jude >> Cook >> Lake Region Manufacturing/Fio Guia Radial PTFE/Ref. BR235150-J					
16	Fio Guia Teflonada 0,035"x260cm de comprimento, ponta em formato " J " ou angulada, para auxílio na inserção de cateter de diagnóstico ou de intervencionismo, constituída de núcleo de aço, com revestimento de superfície em PTFE(Politetrafluoretileno), marca radiopaca na ponta distal, estéril, artigo médico hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Merit Medical/InQuire/Ref.IQ35F260J >> Boston Scientific >> Cordis >> Nipro >> Medtronic >> St ^o Jude >> Cook >> Lake Region Manufacturing/Fio Guia Radial PTFE	Unidade	90,0000	1.500,00	_____	_____
17	Fio Guia Teflonada 0,035"x150 e 260cm de comprimento, ponta reta (moldável), em formato "J" ou angulada, para auxílio na inserção de cateter de diagnóstico, constituída de núcleo de aço, com revestimento de superfície em PTFE(Politetrafluoretileno), neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar guias somente com pontas nos modelos solicitados, marca radiopaca na ponta distal, estéril, artigo médico hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. ROPM/SUS 07.02.01.014-6 Marca aprovada: >> Merit/Medical >> Boston Scientific >> Cordis >> Medtronic >> St ^o Jude >> Cook >> Lake Region Manufacturing/Fio Guia Radial PTFE >> Biometrix	Unidade	90,0000	1.000,00	_____	_____
18	Fio Guia Teflonada 0,035"x300cm de comprimento, ponta em formato " J " ou angulada, para auxílio na inserção de cateter de diagnóstico ou de intervencionismo, constituída	Unidade	90,0000	48,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	de núcleo de aço, com revestimento de superfície em PTFE(Politetrafluoretileno),marca radiopaca na ponta distal, estéril, artigo médico hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.01.014-6 Marca aprovada: >> Terumo/Radiofocus Guide Wire M					
19	Fio Guia Teflonada 0,035"x150cm de comprimento, ponta em formato " J " ou angulada, SUPER STIFF, com corpo rígido de maior suporte, para auxílio na inserção de cateter de diagnóstico ou de intervencionismo, constituída de núcleo de aço, com revestimento de superfície em PTFE(Politetrafluoretileno), marca radiopaca na ponta distal, estéril, artigo médico hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: >> Merit Medical >> Boston Scientific >> Cordis >> Nipro >> St ^º Jude Medical >> Cook >> Terumo >> SP Medical/Accoat	Unidade	60,0000	60,00	_____	_____
20	Fio Guia Teflonada 0,035"x260cm de comprimento, ponta em formato " J " ou angulada, SUPER STIFF, com corpo rígido de maior suporte, para auxílio na inserção de cateter de diagnóstico ou de intervencionismo, constituída de núcleo de aço, com revestimento de superfície em PTFE(Politetrafluoretileno), marca radiopaca na ponta distal, estéril, artigo médico hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: >> Merit Medical >> Boston Scientific >> Cordis >> Nipro >> St ^º Jude Medical >> Cook	Unidade	60,0000	120,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	>> Terumo >> SP Medical/Accoat					
21	Fio Guia Teflonada 0,035"x150 e 260cm de comprimento, ponta reta (moldável), em formato "J" ou angulada, SUPER STIFF, com corpo rígido de maior suporte, para auxílio na inserção de cateter de diagnóstico, constituída de núcleo de aço, com revestimento de superfície em PTFE(Politetrafluoretileno), marca radiopaca na ponta distal, estéril, artigo médico hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar guias com pontas nos modelos solicitados, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. ROPM/SUS 07.02.01.014-6 Marca aprovada: >> Merit/Medical >> Boston Scientific >> Cordis >> Nipro >> St ^o Jude >> Cook >> SP Medical/Accoat	Unidade	120,0000	120,00	_____	_____
22	Fio Guia Teflonada 0,035"x300cm de comprimento, ponta em formato " J " ou angulada, SUPER STIFF, com corpo rígido de maior suporte, para auxílio na inserção de cateter de diagnóstico ou de intervencionismo, constituída de núcleo de aço, com revestimento de superfície em PTFE(Politetrafluoretileno), marca radiopaca na ponta distal, estéril, artigo médico hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: >> Terumo	Unidade	120,0000	6,00	_____	_____
23	Fio Guia Teflonada 0,035"x150 e 260cm de comprimento, ponta reta (moldável), em formato "J" ou angulada, AMPLATZ EXTRA STIFF, com corpo rígido de maior suporte, para auxílio na inserção de cateter de diagnóstico e inteveccionista, constituída de núcleo de aço, com revestimento de superfície em PTFE(Politetrafluoretileno), marca radiopaca na ponta distal, estéril, artigo médico hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada:	Unidade	295,0000	48,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	>> Merit Medical >> Boston Scientific >> Cordis >> Nipro >> SP Medical/Accoat >> St ^o Jude >> Cook >> Scitech >> Biometrix					
24	Fio Guia Hidrofílica 0,035"x150cm de comprimento, ponta em formato " J " ou angulada, para auxílio na inserção de cateter de diagnóstico ou de intervencionismo, constituída de núcleo de aço, com revestimento de superfície HIDROFÍLICA, marca radiopaca na ponta distal, estéril, artigo médico hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. ROPM/SUS 07.02.01.014-6 Marca aprovada: >> Boston Scientific >> Merit Medical >> Terumo/Radiofocus >> Scitech >> St ^o Jude Medical/HydroSteer >> Cook >> Nipro/Aqualiner Hidrofílica >> Technowood/SSS guide Wire >> Sunny Medical/Sunmed	Unidade	280,0000	2.000,00	_____	_____
25	Fio Guia Hidrofílica 0,035"x260cm de comprimento, ponta em formato " J " ou angulada, para auxílio na inserção de cateter de diagnóstico ou de intervencionismo, constituída de núcleo de aço, com revestimento de superfície HIDROFÍLICA, marca radiopaca na ponta distal, estéril, artigo médico hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. ROPM/SUS 07.02.01.014-6 Marca aprovada: >> Boston Scientific >> Merit Medical	Unidade	285,0000	500,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	>> Terumo/Radiofocus >> Scitech >> St ^o Jude Medical/HydroSteer/ref.408011 >> Cook >> Nipro/Aqualiner Hidrofílica >> Technowood/SSS guide Wire/ref.H502-3526A >> Sunny Medical/Sunmed/ref.SM-GW-3A35260H-TP					
26	Fio Guia Hidrofílica 0,035"x300cm de comprimento, ponta em formato "J" ou angulada, com corpo rígido de maior suporte, para auxílio na inserção de cateter de diagnóstico ou de intervencionismo, constituída de núcleo de aço, com revestimento de superfície HIDROFÍLICA, marca radiopaca na ponta distal, estéril, artigo médico hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido. ROPM/SUS 07.02.01.014-6 Marca aprovada: >> Nipro/Aqualiner/Ref.AQ35300AR >> Terumo/Radiofocus Guide Wire M/ref.RF*GA35300M	Unidade	300,0000	120,00	_____	_____
27	Fio Guia Hidrofílica 0,035"x150 e 260cm de comprimento, ponta reta (moldável), em formato "J" ou angulada, para auxílio na inserção de cateter de diagnóstico ou de intervencionismo, constituída de núcleo de aço, com revestimento de superfície HIDROFÍLICA, marca radiopaca na ponta distal, estéril, artigo médico hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido. ROPM/SUS 07.02.01.014-6 Marca aprovada: >> Boston Scientific >> Merit Medical >> Cordis >> Terumo/Radiofocus >> St ^o Jude/HydroSteer >> Cook >> Nipro/Aqualiner Hidrofílica >> Sunny Medical/Sunmed	Unidade	285,0000	120,00	_____	_____
28	Fio Guia Hidrofílica 0,035"x150cm de comprimento, ponta em formato " J " ou angulada, SUPER STIFF, com corpo rígido de maior suporte, para auxílio na inserção de cateter de diagnóstico ou de intervencionismo, constituída de núcleo de aço, com revestimento	Unidade	320,0000	120,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	de superfície HIDROFÍLICA, marca radiopaca na ponta distal, estéril, artigo médico hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido. ROPM/SUS 07.02.01.014-6 Marca aprovada: >> Merit/Medical >> Boston Scientific >> Cordis >> Nipro >> Scitech >> St ^o Jude >> Cook >> Terumo					
29	Fio Guia Hidrofílica 0,035"x260cm de comprimento, ponta em formato " J " ou angulada, SUPER STIFF, com corpo rígido de maior suporte, para auxílio na inserção de cateter de diagnóstico ou de intervencionismo, constituída de núcleo de aço, com revestimento de superfície HIDROFÍLICA, marca radiopaca na ponta distal, estéril, artigo médico hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido. ROPM/SUS 07.02.01.014-6 Marca aprovada: >> Merit/Medical >> Boston Scientific >> Cordis >> Nipro >> Scitech >> St ^o Jude >> Cook >> Terumo	Unidade	320,0000	1.000,00	_____	_____
30	Fio Guia Hidrofílica 0,035"x150 e 260cm de comprimento, ponta reta (moldável), em formato "J" ou angulada, SUPER STIFF, com corpo rígido de maior suporte, para auxílio na inserção de cateter de diagnóstico ou de intervencionismo, constituída de núcleo de aço, com revestimento de superfície HIDROFÍLICA, marca radiopaca na ponta distal, estéril, artigo médico hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.	Unidade	320,0000	120,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	ROPM/SUS 07.02.01.014-6 Marca aprovada: >> Merit/Medical >> Boston Scientific >> Cordis >> Nipro >> St ^o Jude >> Cook >> Biometrix/Anglo-Line					
31	Fio Guia Hidrofílica 0,035"x300cm de comprimento, ponta em formato " J " ou angulada, SUPER STIFF, com corpo rígido de maior suporte, para auxílio na inserção de cateter de diagnóstico ou de intervencionismo, constituída de núcleo de aço, com revestimento de superfície HIDROFÍLICA, marca radiopaca na ponta distal, estéril, artigo médico hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. ROPM/SUS 07.02.01.014-6 Marca aprovada: >> Nipro/Aqualiner/Ref.AQ35300AS	Unidade	320,0000	12,00	_____	_____
32	Fio Guia Hidrofílica 0,035"x150 e 260cm de comprimento, ponta reta (moldável), em formato "J" ou angulada, AMPLATZ EXTRA STIFF, com corpo rígido de maior suporte, para auxílio na inserção de cateter de diagnóstico ou de intervencionismo, constituída de núcleo de aço, com revestimento de superfície HIDROFÍLICA, marca radiopaca na ponta distal, estéril, artigo médico hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. ROPM/SUS 07.02.01.014-6 Marca aprovada: >> Merit/Medical >> Boston Scientific >> Cordis >> Nipro >> St ^o Jude >> Cook >> Biometrix/Anglo-Line	Unidade	900,0000	12,00	_____	_____
33	Microcateter de 2.7Fr e 2.8Fr com fio guia intrínseca de 0,021" acoplada, corpo do cateter possui tres camadas alternandas, com coil em tugstênio propicia excelente,	Unidade	1.650,0000	24,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>torque e resistência a torção, revestimento hidrofílico (M-Coat) em todas a extensão, ponta arredondada e sem solda, modelo Coaxial, camada interna com revestimento em PTFE, montado com fio guia 0,021" a ponta distal contém espiral em ouro para diferenciar a imagem da presença de contraste, nos tamanho de 110 e 130cm de comprimento, alta radiopacidade possibilitando melhor posicionamento do cateter, estéril de uso único, para infusão em intervenção neurovascular, embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>ROPM/SUS 07.02.04.008.8</p> <p>Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p> <p>Marca aprovada:</p> <p>>> Terumo/Progreat/Ref. 2.7Fr/MC-PP27131-Ref.2.8Fr/MC-PE28131</p>					
34	<p>Micro Esferas para embolização, compressíveis produzidas a partir de Álcool polivinílico, são compostas de uma gama de microesferas de hidrogel que são biocompatíveis, hidrofílicas, não reabsorvíveis, e possuem tamanho calibrados com precisão. As microesferas são produzidas a partir de Álcool polivinílico, as microesferas completamente polimerizadas são compostas por aproximadamente 90% de água, são envasadas em seringas com capacidade de 20ml pré-enchidas contendo 2ml de microesferas, o volume total do soro fisiológico com as microesferas é de 5ml, com etiquetas coloridas indicando a faixa de tamanho das microesferas para facilitar a associação com o tamanho nas diversas apresentações de:</p> <p>100-300µm (etiqueta cor amarela),</p> <p>300-500µm (etiqueta cor azul), Ref. EB2S305</p> <p>500-700µm (etiqueta cor vermelho), Ref. EB2S507</p> <p>700-900µm (etiqueta cor verde), Ref. EB2S709</p> <p>900-1.200µm (etiqueta cor roxa), Ref. EB2S912,</p> <p>estéril, embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p> <p>Marca aprovada:</p> <p>>> Terumo/Bead Block/ref.</p>	Unidade	2.200,0000	300,00		
35	<p>Extensor com válvula de segurança de 20cm de baixa pressão, para Ressonância Magnética e Tomografia em PVC atóxico flexível, DEHP Free, luer lock rotativo, com válvula anti-refluxo, conector macho reversível na parte distal em PVC atóxico rígido e tampa protetora em Polietileno de alta densidade; conector suporta até 300 PSI, estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>Marca aprovada:</p> <p>>> Alko do Brasil/ref.Patient-Set</p> <p>>> Biodata/ref.20.1202</p>	Unidade	9,0000	6.000,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
36	Extensor Espiralado, com válvula segurança, baixa pressão de 180/220cm de comprimento aproximado, luer lock Rotativo, estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Alko do Brasil/MR Injet-set >> Biodata/ref.80.322	Unidade	20,0000	6.000,00	_____	_____
37	Kit de Sistema fechado para injetora, de contraste de 2 (duas) cabeças de baixa pressão, conexão luer-lock, extensor para injeção de contraste espiralado, com 220cm de comprimento aproximado, 300 PSI, acessórios, 2-Spikes, 4-Valvulas anti-refluxo, 2-clamps, estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Biodata/Bio-Set/ref.80.330	Unidade	50,0000	2.000,00	_____	_____
38	Extensor de PVC para injeção de meio de contraste de alta pressão de até 1.200 psi com 120cm de comprimento não espiralado em PVC ou Nylon trançado com poliuretano, luer lock Rotativo, atóxico e livre de látex, com flexibilidade intermediária compatível com a seringa 150ml da injetora (Angiomat Illumena, estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Gerbet/Algaflex >> Alko do Brasil/Angio-Set/Ref. >> Clinical Thinks/Ref C403-0480	Unidade	15,0000	2.000,00	_____	_____
39	Seringa para bomba injetora, vazia de 150 ml com handi-fil em jota para enchimento da seringa, indicada para administração de meios de contraste e soluções para o realce do diagnóstico por imagem, compatível com a injetora modelo LF ANGIOMAT ILLUMENA, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada; >> Liebel-Flarsheim/Mallincrodt/ref.900101	Unidade	70,0000	1.500,00	_____	_____
40	Alça de Poliectomia OVAL, autoclavável, multifilamentar, comprimento útil 230cm de comprimento aproximado, diâmetro da abertura de 25mm, diâmetro do arame 0,47mm, canal de trabalho 2.8mm, inclui 2 cateteres de teflon e 2 arames, compatível com manopla MH-264 Olympus, artigo médico-hospitalar reutilizável, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Olympus/ref. SD-9U-1.B	Unidade	2.660,0000	8,00	_____	_____
41	Alça de Poliectomia OVAL, autoclavável, multifilamentar, comprimento útil 230cm de comprimento aproximado, diâmetro da abertura de 25mm, diâmetro do arame 0,43mm, canal de trabalho 2.8mm, inclui 2 cateteres de teflon e 2 arames, compatível com	Unidade	2.660,0000	8,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	manopla MH-264 Olympus, artigo médico-hospitalar reutilizável, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Olympus/ref. SD-11U-1.B					
42	Alça de Polipectomia OVAL, autoclavável, multifilamentar, comprimento útil 230cm de comprimento aproximado, diâmetro da abertura de 15mm, diâmetro do arame 0,47mm, canal de trabalho 2.8mm, inclui 2 cateteres de teflon e 2 arames, compatível com manopla MH-264 Olympus, artigo médico-hospitalar reutilizável, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Olympus/ref. SD-12U-1.B	Unidade	2.660,0000	8,00	_____	_____
43	Alça de Polipectomia OVAL, autoclavável, multifilamentar, comprimento útil 230cm de comprimento aproximado, diâmetro da abertura de 15mm, diâmetro do arame 0,47mm, canal de trabalho 2.8mm, inclui 2 cateteres de teflon e 2 arames, compatível com manopla MH-264 Olympus, artigo médico-hospitalar reutilizável, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Olympus/ref. SD-13U-1.B	Unidade	2.660,0000	8,00	_____	_____
44	Alça de Polipectomia OVAL com Garras, autoclavável, multifilamentar, comprimento útil 230cm de comprimento aproximado, diâmetro da abertura de 25mm, diâmetro do arame 0,43mm, canal de trabalho 2.8mm, inclui 2 cateteres de teflon e 2 arames, compatível com manopla MH-264 Olympus, artigo médico-hospitalar reutilizável, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Olympus/ref. SD-16U-1.B	Unidade	3.920,0000	8,00	_____	_____
45	Manopla autoclavável para uso com eletrocautério, marca olympus, modelo MH-264, artigo médico-hospitalar (reutilizável), embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Olympus/ref.MH-264	Unidade	509,2600	8,00	_____	_____
46	Cabo de Acessório para Eletrocautério (A-Cord), autoclavável, compatível com ESG-100, marca olympus, modelo MH-969, artigo médico-hospitalar (reutilizável), embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Olympus/ref.MH-969	Unidade	406,8500	8,00	_____	_____
47	Sensor de Pressão FFR, montado em fio-guia de 0,014" com tamanho de 175cm de comprimento aproximado, com revestimento hidrofílico, ponta de 3 cm moldável radiopaca, com cabo desconectável, e dispositivo de torção, utilizada na avaliação do Fluxo Fracionado de Reserva coronariana (FFR), estéril, embalagem compatível com a	Unidade	2.700,0000	144,00	_____	_____



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	legislação vigente. Marca aprovada: >> Radi Medical Systems/St° Jude Medical/Pressure Wire certus, hidro FFR/Ref. 12006 >> Volcano Corp/Guia Wire FFR					

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura