

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência**Processo...:** 23081.002099/2014-31 **Pregão SRP** 35 / 2014 **Data da Emissão:** 17/02/2014**Abertura: Dia:** 06/03/2014 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	MISTURA PADRÃO PRIMÁRIO - DLCO - MONÓXIDO DE CARBONO (CO) 0,3% (+/- 0,006%) + METANO (CH4) 0,3% (+/- 0,006%) + OXIGÊNIO (O2) 21% (+/- 0,4%) + NITROGÊNIO (N2) BALANÇO. VÁLVULA REGULADORA COM SAÍDA DE 70 - 80 PSI (SE POSSÍVEL DE DUPLO ESTÁGIO) ANÁLISE CROMATOGRÁFICA.	Metro Cúbico	533,0000	50,00	_____	_____
2	MISTURA PADRÃO PRIMÁRIO - CAL 1 - OXIGÊNIO (O2) 16% (+/- 0,02 ABSOLUTO) + DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) 4% (+/- 0,02 ABSOLUTO) + NITROGÊNIO (N2) BALANÇO. VÁLVULA REGULADORA COM SAÍDA DE 50 - 60 PSI. CONEXÃO ABNT 245-1 OU CONEXÃO YOKE. ANÁLISE CROMATOGRÁFICA.	Metro Cúbico	324,0000	50,00	_____	_____

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura