



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA



EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 277/2014

A Universidade Federal de Santa Maria, por meio de seu pregoeiro, designado pela Portaria nº 68.893, de 02 de janeiro de 2014, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do Tipo Menor Preço, unitário e por grupo, para *Locação de Equipamentos, cumulado com fornecimento de materiais e soluções para o serviço de nefrologia do HUSM*, especificados no item 2, de acordo com o que prescreve a Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, e em conformidade com o Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, tendo em vista o que consta no Processo nº 23081.011586/2014-94.

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA ABERTURA DA LICITAÇÃO:

DATA: 29/08/2014.

HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasília).

LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br

UASG: 153164

2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

2.1. Esta licitação tem por objeto a *Locação de Equipamentos, cumulado com fornecimento de materiais e soluções para o serviço de nefrologia do HUSM*, constantes no Termo de Referência, em anexo ao presente Edital, que faz parte deste Edital, como se aqui estivesse transcrita.

2.2. Será assinado contrato entre a UFSM e a licitante vencedora com a vigência por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, podendo a sua duração se estender até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, mediante aditamentos anuais.

2.3. A UFSM poderá aumentar ou suprimir o objeto, nos termos do artigo 65, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93.

2.4. A licitante vencedora não poderá transferir a terceiros, no todo ou em parte, fornecimento do produto de que trata a presente licitação, sob pena de rescisão contratual.

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

3.2. A licitante deverá estar cadastrada no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, na forma da Lei.

3.3. Como condição de participação da presente licitação, a licitante, NÃO deverá:

A) Possuir em seu quadro societário nenhum Servidor Público Federal, salvo na forma executada no Inciso X do artigo nº 117 da Lei 8.112/90.

B) Possuir em seu quadro, atuando de forma direta ou indireta, nenhum servidor ou dirigente da UFSM, conforme dispõe o Inciso III do artigo 9º da Lei 8.666/93.

3.4. Para participar do presente edital a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

3.5. Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, de interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição da chave de identificação e da senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no sítio: www.comprasgovernamentais.gov.br.

4.2. O credenciamento da Licitante dependerá de registro atualizado, bem como a sua manutenção, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFSM responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este pregão eletrônico.



5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O encaminhamento das propostas de preços dar-se-á pela utilização de senha privativa da licitante, a partir da publicação do edital, até às 09:00 (nove) horas do dia 29/08/2014, horário de Brasília, exclusivamente, por meio de sistema eletrônico.

5.1.1. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.2. A licitante será responsável pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFSM responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.3. A licitante poderá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.4. A PROPOSTA DEVERÁ CONTER:

5.4.1. O PREÇO UNITÁRIO E TOTAL, em reais, para todos os itens do mesmo grupo, constantes no Termo de Referência em anexo a este edital.

5.4.1.1. A proposta deverá ser incluída no sítio do comprasnet, sem a necessidade do envio de proposta impressa.

5.4.2. Especificação clara do objeto de acordo com o Termo de Referência em anexo ao presente Edital.

5.4.3. Nos preços de cada produto deverão estar incluídos, obrigatoriamente, impostos, taxas, fretes, treinamentos, assistência técnicas, manutenção e quaisquer outras despesas incidentes para a execução do objeto licitado.

5.4.4. Na cotação de preços serão aceitos somente 02 (dois) dígitos após a vírgula.

5.4.5. Citar no campo do sistema, na opção “**descrição detalhada do objeto ofertado**”, para todos os itens do Termo de Referência:

- a. Número do Registro no Ministério da Saúde conforme publicado no Diário Oficial da União.
- b. Nome comercial do produto ofertado.
- c. Identificação do Fabricante.

5.4.5.1. Caso a licitante não apresente a informação sua proposta **poderá** ser desclassificada.

5.4.6. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam de acordo com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5.4.7. A desclassificação da proposta será fundamentada, registrada e acompanhada em tempo, no sistema eletrônico.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO E DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

6.1. A partir das 09:00 (nove) horas do dia 29/08/2014 terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 277/2014, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto nº 5.450, publicado no D.O.U de 01/06/2005.

6.2. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada, pelo sistema, o recebimento dos lances e o valor consignado no registro.

6.3.1. Os lances deverão ser ofertados para o valor total do item.

6.4. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.

6.5. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.5.1. Durante a fase competitiva, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 (vinte) segundos.

6.5.2. Os lances enviados em desacordo com o subitem 6.5.1 deste edital, serão descartados automaticamente pelo sistema.

6.6. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

6.7. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.

6.8. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízos aos atos realizados.

6.9. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes.

6.10. Após o encerramento dos lances, se a proposta de menor valor não for ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:



6.10.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos após a convocação, apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

6.10.2. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresa ou empresa de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 6.10 deste edital, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.11. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, a critério do pregoeiro, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta (30) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.12. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste edital.

7. DO JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. Caso não se realize lance, será verificado a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação.

7.2. Para julgamento e classificação das propostas serão adotados os critério a seguir, observadas as especificações constantes no Termo de Referência em anexo ao presente Pregão:

- a)** Grupo 01 (G1) - Itens 01 a 17, menor preço **POR GRUPO**.
- b)** Para o item 18 do termo de referência: será pelo **MENOR PREÇO UNITÁRIO**.

7.2.1. Nos itens em que constam “marcas aprovadas” poderão ser feitas ofertas de outras marcas que serão avaliadas pela equipe de médicos e pela Comissão de Padronização e Controle de Qualidade do HUSM, e se forem aprovadas, poderão ser adquiridas independentemente de marca preestabelecida. A licitante detentora do melhor lance deverá **apresentar as amostras** até o prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a fase final de lances do pregão, no seguinte endereço:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
EDIFÍCIO DA ADM. CENTRAL
COMISSÃO DE LICITAÇÕES – SALA 666
CNPJ N. 95.591.764/0001-05
Avenida Roraima, 1.000
CEP 97.105-900 – SANTA MARIA/RS

7.2.1.1. O material enviado deverá ser **obrigatoriamente identificado com o**

número do edital e a qual item (ns) pertence(m), Razão Social do proponente, endereço completo, telefone, fax e e-mail e não será devolvido e nem ressarcido.

7.2.1.2. Caso a licitante possua atestado de aprovação de outros centros de referência em relação ao produto cotado, deverá ser enviado junto com as amostras.

7.2.2. Caso a licitante não cumpra o prazo estabelecido pelo pregoeiro relativo ao subitem 7.2.1 sua proposta poderá ser desclassificada.

7.3. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequêntes e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda as especificações deste edital.

7.4. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem 6.10.1 deste edital, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 6.10 deste edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

7.4.1. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

7.5. Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e verificará a habilitação da licitante, conforme disposto no item 8 deste Edital.

7.6. A indicação do lance da vencedora, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão constarão na ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas na legislação pertinente.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá:

8.1.1. Apresentar os documentos elencados neste subitem, digitalizados e enviados para o e-mail: pregao@ufsm.br, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após a fase de aceitação, sob pena de decair do direito à habilitação.

- A) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitido pela Justiça do Trabalho. A validação da certidão, apresentada pela licitante, será verificada *online*, pelo pregoeiro, na fase de habilitação.
- B) Apresentação do licenciamento perante órgão Sanitário Estadual ou Municipal competente com a devida validade, para exercer as atividades de comercialização e venda, Para efeito de comprovação da exigência estabelecida neste item, somente serão aceitas as licenças válidas, assim entendidas aquelas cujo prazo de validade esteja vigente nesta data da sessão Pública. Não sendo aceitos protocolos.
- C) Comprovação da Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), participante da Licitação, emitido pela ANVISA, ou sua publicação no Diário Oficial da União, para todos os itens do termo de referência.



OBS: Os documentos remetidos via e-mail, deverão ser apresentados em original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias úteis, a contar da data da homologação do pregão.

8.1.2. Os documentos elencados a seguir serão verificados pelo pregoeiro, mediante consulta online, nos sítios oficiais:

A) A Licitante deverá estar com documentos validados no SICAF, nos níveis I, II, III, IV e VI.

B) Declaração de Inexistência de fato superveniente.

C) Declaração de cumprimento do disposto no Inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

D) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.

8.1.2.1. Os documentos referentes às alíneas “B”, “C” e “D” serão incluídos pela licitante em campo próprio do sistema eletrônico (comprasnet), juntamente com a proposta online, não sendo aceita outra forma de envio.

8.2. No caso de participação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte na presente licitação, estas serão HABILITADAS mesmo que apresentarem alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, sendo que a regularidade da sua situação deverá ser efetuada nos moldes do subitem 8.2.1 deste edital, como condição de adjudicação.

8.2.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

8.2.1.1. A prorrogação que se refere o subitem 8.2.1. deste edital, deverá ser solicitada pela licitante interessada, cujo prazo para o encaminhamento da solicitação, devidamente formalizada, deverá ser até a data final do primeiro período.

8.2.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.2.1 deste edital, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no [art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993](#), sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a contratação, ou revogação da licitação.

9. DA HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO

9.1. O prazo da homologação da presente licitação será no máximo 15 (quinze) dias, contados a partir da data da adjudicação da presente licitação.

9.2. Após a homologação do objeto do presente Pregão será deferida à Licitante Vencedora, mediante Contrato, sendo que a minuta do mesmo integra o presente Edital como se nele estivesse transcrita.

9.3. A licitante vencedora terá prazo de 05 (cinco) dias para a assinatura do contrato, após a convocação feita pela UFSM, sob pena de decair o direito à contratação.

9.3.1. Como garantia contratual, a licitante vencedora caucionará uma quantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, através de:

- a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
- b) Fiança bancária e ou
- c) Seguro-garantia.

9.3.2. Caberá à licitante vencedora optar por uma das modalidades de garantia acima enumeradas, no momento da assinatura do contrato, efetuando o depósito ou a entrega da documentação referente à mesma, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a assinatura do Contrato, sob pena de decair do direito de adjudicação.

10. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

10.1. Até três (03) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar, ao pregoeiro, esclarecimentos referentes ao processo licitatório, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço: pregao@ufsm.br.

10.2. Até dois (02) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o Pregão.

10.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.

10.4. Acolhida a petição contra o Edital, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de *três (03) dias* para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

11.2. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.



12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

12.1. Os recursos orçamentários, para fazer frente às despesas da presente licitação serão alocados nas seguintes rubricas: P.T: 10302201585850043, PTR(S) 65002, Fonte 6153000000, Unid. Orçam. 36901, ND 33903000 e 33903912.

13. DO PAGAMENTO

13.1. A UFSM efetuará o pagamento mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada pela Unidade Solicitante/UFSM, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, a contar da data de entrega da fatura/nota fiscal na UFSM, desde que não haja impedimento legal.

13.2. O valor do pagamento será atualizado monetariamente pela variação do INPC, ocorrida no período; a partir da data do prazo final do adimplemento da obrigação até o efetivo pagamento.

14. DAS PENALIDADES

14.1. As penalidades contratuais são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28º do Decreto nº 5450/2005.

14.2. A multa em caso de atraso na entrega do equipamento, ou dos produtos será de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor contratado.

14.2.1. A licitante vencedora incorrerá em atraso na execução do objeto licitado se não fornecê-lo a partir do 1º (primeiro) dia após o prazo estipulado no termo de referência, em anexo ao presente Edital.

14.3. A Multa em caso de inadimplemento da licitante vencedora será de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato.

14.3.1. A licitante vencedora será considerada inadimplente a partir do 10º (décimo) dia da não entrega do equipamento, ou dos produtos, após o prazo estipulado no termo de referência, em anexo ao presente Edital.

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. À Universidade, por interesse público justificado, é reservado o direito de revogar este Edital, nos termos da legislação, sem que caiba aos participantes, direito à reclamação ou indenização.

15.2. A simples participação nessa licitação implica na aceitação plena e incondicional do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido "in albis", o prazo estabelecido no art. 41, § 2º da Lei 8.666/93.

15.3. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados da

data da abertura. Se o pregão não for homologado até este prazo, a proposta perderá sua vigência.

15.4. O equipamento/produto fornecido fora das especificações ficará sujeito à imediata substituição pelo fornecedor, sem qualquer ônus para a Universidade.

15.5. As condições e preços acolhidos na proposta aceita serão irreversíveis, na forma determinada pelo Edital.

15.6. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o período da contratação, as condições de qualificação e habilitação exigidas no ato convocatório.

15.7. No caso e não haver expediente no dia marcado para a realização esta licitação, a mesma será realizada no primeiro dia útil subsequente, mantidas todas as demais condições.

15.8. As dúvidas e inadimplência serão resolvidas no foro da Justiça Federal no Estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria.

15.9. Informações e outros elementos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação, serão solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do endereço eletrônico: pregao@ufsm.br.

15.10. As cópias originais ou autenticadas dos documentos solicitados no presente edital deverão ser remetidas para o seguinte endereço:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CNPJ : 95.591.764/0001-05
Departamento de Material de Patrimônio
Ed. Administração Central, 6º andar, sala 666
CEP: 97105-900, Campus Universitário – Bairro Camobi
Santa Maria, RS

Santa Maria – RS, 14 de agosto de 2014.

JAYME WORST
Coordenador de Licitações



TERMO DE REFERÊNCIA PREGÃO 277/2014

1. OBJETO: *Locação de Equipamentos, cumulado com fornecimento de materiais e soluções para o serviço de nefrologia do HUSM, descritos a seguir:*

Grupo	Item	Código	Especificação dos equipamentos	Un.	Quant.	Valor Unit.(R\$)	Valor Total (R\$)
1	1		<p>Locação de 04 (quatro) MÁQUINAS PROPORCIONADORA que realizem sessões de hemodiálise em pacientes Adultos e Pediátrico, nas modalidades CONVENCIONAL E LENTA,</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Dispositivo que permita o tamponamento por bicarbonato;</i>• <i>Tratamento de hemodiálise com bicarbonato ou acetato;</i>• <i>Controlador e monitor de temperatura;</i>• <i>Controle automático de ultra filtração e monitor de pressão, trans-membrana com dispositivo de suspensão automática do funcionamento da bomba de sangue, parada da ultra filtração, e com alarmes sonoros e visuais;</i>• <i>Monitor contínuo da condutividade com dispositivos de suspensão automático da vazão da solução e com alarmes visuais e sonoros;</i>• <i>Detector de ruptura do dialisador com dispositivo de suspensão automática do funcionamento da bomba de sangue parada da ultra filtração e com alarmes sonoros e visuais;</i>• <i>Detector de bolhas e proteção contra embolismo gasoso, com dispositivo de suspensão automática do funcionamento da bomba de sangue, e com alarmes visuais e sonoros;</i>• <i>Proteção contra operação com modo de diálise quando estiver no modo de desinfecção;</i>• <i>Monitor de pressão de linha venosa e arterial com dispositivo de suspensão automática do funcionamento de bomba de sangue com alarme sonoro e visual;</i>• <i>Possibilidade de ultra-filtração isolada;</i>• <i>Possibilidades de fluxos de sangue de 20/30 a</i>	mês	12	6.380,00	76.560,00

			<p>500 ml/minuto (baixo fluxo);</p> <ul style="list-style-type: none"> •Fluxo de dialisato de 300 á 700/800 ml/minuto; •Ultra-filtração programada; •Possibilidades de variação de sódio do dialisato; •Bomba de heparina acoplada; •Com rodízio para fácil movimentação em qualquer piso; •Atendendo Resolução RDC n° 11 de 13 de março de 2014 				
--	--	--	--	--	--	--	--

Relação dos INSUMOS

Grupo	Item	Código	Especificação dos equipamentos	Un.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	2	LSHVA 000 U.	<p>Linha de Sangue para Hemodiálise VENOSA, com câmara cata bolhas com três orifícios, filtro de 250 micras. Adulto, , (com ou sem isolador de pressão), artigo médico-hospitalar de uso único, atóxico, estéril e isento de pirogênio, embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>Marca aprovada: >>Fresenius Medical Care/ref. B00.73.011.50</p>	U.	3.200	R\$ 6,60	R\$ 21.120,00
	3	LSHAA 008 U.	<p>Linha de Sangue para Hemodiálise ARTERIAL, com cata bolha com 22 mm, com segmento da bomba de 8 mm, extensão para bomba de heparina para soro e ponto de injeção. Adulto, (com ou sem isolador de pressão), artigo médico-hospitalar de uso único, estéril, atóxico e isento de pirogênio, embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>Marca aprovada: >>Fresenius Medical Care/ref. B00.73.010.50</p>	U.	3.000	R\$ 7,10	R\$ 21.300,00
	4	LSAVB 000 U.	<p>Linha de Sangue para hemodiálise Arterial e Venoso PAED/BABY R, para transferência do sangue do paciente para o dialisador (linha arterial), e do sangue do dialisador para o paciente em via de retorno (linha venosa), conjunto contendo: 1 unidade de linha arterial + 1 unidade de linha venosa + 1 unidade de drenagem, artigo médico-hospitalar de uso único, atóxico, estéril, e</p>	U.	120	R\$ 73,70	R\$ 8.844,00



			isento de pirogênio, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >>Fresenius Medical Care/Linha Sangue AV-SET FMC PAED/BABY R/ref.F00001063				
	5	ICPRE 000 U.	Isolador Condutor de pressão, utilizado nas linhas condutoras de pressão arterial e venosa, com a finalidade de conectar as linhas à máquina para monitoramento da pressão arterial e venosa da fístula, possui filtro hidrofóbico para impedir a entrada de líquido na máquina de proporção, estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, atóxico e isento de pirogênio, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >>Fresenius Medical Care/ref. B00.73.008.50	U.	3.500	R\$ 0,85	R\$ 2.975,00
	6	DCPF3 0.4 U.	Dialisador Capilar de Baixo fluxo para Hemodiálise com membrana (fibra) biocompatível de polissulfona, poliamida ou (similar) , área de superfície de 0.4m ² , estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >>Fresenius Medical Care/Hemoflow F3/ref.5001651	U.	120	R\$ 79,00	R\$ 9.480,00
	7	DCPF4 0.8 U.	Dialisador Capilar de Alto fluxo para Hemodiálise com membrana (fibra) biocompatível de polissulfona, poliamida ou (similar) área de superfície de 0.7/0.8m ² , estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >>Fresenius Medical Care/Hemoflow F40-S/ref.5007141	U.	240	R\$ 79,00	R\$ 18.960,00
	8	DCPF5 1.0 U.	Dialisador Capilar de Alto Fluxo para Hemodiálise com membrana (fibra) biocompatível de polissulfona, poliamida ou (similar), área de superfície de 1.0m ² , estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >>Fresenius Medical Care/Hemoflow F50	U.	300	R\$ 79,00	R\$ 23.700,00

			S/ref.F00002361 >>Baxter/Xenium HF 110/ref.R5M6400				
	9	DCPF6 1.3 U.	Dialisador Capilar de Alto Fluxo para Hemodiálise com membrana (fibra) biocompatível de polissulfona, poliamida ou (similar), área de superfície de 1.3m², estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >>Fresenius Medical Care/Hemoflow F60 S/ref.F00002301 >>Baxter/Xenium HF 130/ref.R5M6401	U.	2.500	R\$ 79,00	R\$ 197.500,00
	10	DCPF7 1.6 U.	Dialisador Capilar de Alto Fluxo para Hemodiálise com membrana (fibra) biocompatível de polissulfona, poliamida ou (similar), área de superfície de 1.6m², estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >>Fresenius Medical Care/Hemoflow F70 S/ref.5007171 >>Baxter/Xenium HF 170/ref.R5M6403	U.	48	R\$ 79,00	R\$ 3.792,00
	11	FDPDF 000 U.	Filtro de Polissulfona com superfície de contato igual a 2.2m², para fluidos, que fornece um dialisato microbiologicamente adequado e puro, alta tecnologia e máxima segurança, utilizado também no sistema de HDF/HF (este dispositivo deve ser compatível com a marca do equipamento locado), nas máquinas atualmente modelo (Fresenius Medical Care) a infusão do próprio dialisato como solução de reposição nos procedimentos de hemodiafiltração e hemofiltração on-line, estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >>Fresenius Medical Care/Diasafe Plus/ref.5008201	.	120	R\$ 189,00	R\$ 22.680,00
	12	CPHDP 245 L.	Solução Ácida para Hemodiálise, usado em máquina de proporção, composição, padrão, com Água para injeção e variação após diluição em 1:34 de: Sódio 138,0 mEq/L, Potássio 2,0 mEq/L e Cálcio 3,5 mEq/L, em galões de 5 litros, solução pronta para uso, com tampa rosqueável com lacre rótulos de identificação contendo a formulação. Marca aprovada:	L.	2.000	R\$ 1,66	R\$ 3.320,00



			>>Fresenius Medical Care/CPHD 24/34/ref.F00000415				
13	CPHD1 2G5 L.	Solução Ácida para Hemodiálise, usado em máquina de proporção, composição, padrão, com Água para injeção e variação após diluição em 1:34 de: Sódio 138 mEq/L, Potássio 1,00 mEq/L e Cálcio 2,50 mEq/L, 107,51 Meq/L, Bic. Sódio 32 mEq/L, com Glicose (1.00g/L), em galões de 5 litros, solução pronta para uso, com tampa rosqueável com lacre rótulos de identificação contendo a formulação. Marca aprovada: >>Fresenius Medical Care/CPHD 12G/34/ref.B00.31.038.31	L.	1.500	R\$ 1,99	R\$ 2.985,00	
14	CPHD2 2G5L.	Solução Ácida para Hemodiálise, usado em máquina de proporção, composição, padrão, com Água para injeção e variação após diluição em 1:34 de: Sódio 138 mEq/L, Potássio 2,00 mEq/L e Cálcio 2,50 mEq/L, 108,50 Meq/L, Bic. Sódio 32 mEq/L, com Glicose (1,00g/L), em galões de 5 litros, solução pronta para uso, com tampa rosqueável com lacre rótulos de identificação contendo a formulação. Marca aprovada: >>Fresenius Medical Care/CPHD 22G/34/ref.B00.31.037.31	L.	3.000	R\$ 1,99	R\$ 5.970,00	
15	CPHD2 3G5 L.	Solução Ácida para Hemodiálise, usado em máquina de proporção, composição, padrão, com Água para injeção e variação após diluição em 1:34 de: Sódio 138 mEq/L, Potássio 2,00 mEq/L e Cálcio 3,50 mEq/L, 109,50 Meq/L, Bic. Sódio 32 mEq/L, com Glicose (1,00g/L), em galões de 5 litros, solução pronta para uso, com tampa rosqueável com lacre rótulos de identificação contendo a formulação. Marca aprovada: >>Fresenius Medical Care/CPHD 24G/34/ref.B00.31.021.31	L.	3.000	R\$ 1,99	R\$ 5.970,00	
16	CPHDB NA5 L.	Solução Básica para Hemodiálise, em máquina de proporção, composição padrão, com água para injeção e Bicarbonato de Sódio á 8,4%(8,40g) em galão de 5 litros, solução pronta para uso, com tampa rosqueável com lacre e rótulos	L.	7.000	R\$ 1,39	R\$ 9.730,00	

			de identificação contendo a formulação. Marca aprovada: >>Fresenius Medical Care/CPHD Bicarbonato de Sódio 8,4%/ref.F00000414				
	17	EAPPH 005 L.	Esterilizante, (fungicida, bactericida, virucida, esporicida) é uma solução equilibrada à base de: Ácido Peracético 3,5 % + Peróxido de Hidrogênio 26,0 % + Ingredientes inertes 70,5 %, para esterilizante e desencrostante de máquina de hemodiálise, galão com 5 litros. Marca aprovada: >>Fresenius Medical Care/PURISTERIL 340/ref.B00.52.005.31	L.	200	R\$ 25,84	R\$ 5.168,00

VALOR ESTIMADO GRUPO 01: R\$ 440.054,00

Item	Código	Especificação dos equipamentos	Un.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
18		<p>LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) EQUIPAMENTOS DE OSMOSE REVERSA PORTÁTIL, sistema portátil e completo de tratamento de água por osmose reversa, exclusivo para ser utilizadas em tratamento de hemodiálise domiciliar, unidades de terapia intensiva e unidades de hemodiálise. Projetado para operar em alimentação direta (online) do permeado, suprindo até 1 máquina de hemodiálise, incluindo pré tratamento, oferecendo todos os requerimentos para purificação microbiológica da água, segurança técnica e operação econômica.</p> <p>Pré-tratamento incluindo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Pré-tratamento com filtros de partículas;</i> • Filtro de carvão ativado para remoção de cloro; • Auto teste inicial para segurança do sistema durante o tratamento; • Silenciosa; • Capacidade mínima de produção de 1.100 ml/minuto = 66 litros/hora. • Possuir sistema de reaproveitamento de água com tanque de rompimento no interior da osmose; • Carrinho para transporte com sistema para fixação de mangueiras e rodízio para fácil movimentação em qualquer piso; • Sistema eletrônico de monitorização de 	Mês	12	R\$ 6.780,00	R\$ 81.360,00



	<p>condutividade, tempo de uso e status da osmose na sua operação;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Água de osmose com condutividade adequada para tratamento de HD (o valor da condutividade da saída é equivalente ao 99,9 % da condutividade de entrada) livre de micro-organismos e substâncias pirógenas, (o valor teórico para a taxa de rejeição de micro-organismos é de 99,9%). • Trabalha com alimentação elétrica sistema á 220 V ou 110 V. • Atendendo Resolução RDC nº 11 de 13 de março de 2014 <p><i>Os custos dos Insumos devem estar embutidos no valor da locação,</i></p> <p><i>Pelo fato de cada equipamento ter mecanismo próprio de filtração, em vista disso torna-se impossível especificar e quantificar de uma forma genérica os insumos.</i></p>				
--	--	--	--	--	--

Valor total estimado: R\$ 521.414,00

2. Dos equipamentos: Condições e obrigações

- 2.1. Os equipamentos devem ser novos ou em plenas condições de uso com garantias, o fabricante do equipamento deverá atestar, que o equipamento esta em linha de fabricação, e obrigatoriamente possuir registro no Ministério da Saúde (ANVISA), atender as normas, técnicas da **NBR** e ou do país de origem e deve possuir: Certificado de conformidade e qualidade do produto, emitida por um organismo de certificação de produto credenciado pelo **INMETRO** obedecendo às normas técnicas específicas da **ABNT**. (atualizada).
- 2.2. Obedecendo à regra específica da **ABNT** (atualizada) para **EQUIPAMENTO ELETRO MÉDICO enquadrados como de médio risco (classe II) ou alto risco (classe III)**, conforme classificação de risco contida na portaria nº 2.043, de 12 de dezembro de 1994, para os quais existam **NORMAS DE SEGURANÇA NBR IEC 60601/1-2-16, para EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE**. Válida à partir de 31/01/2000, atualizada.
- 2.3. O fornecedor de equipamento sujeito a certificação, deve informar nos impressos que acompanham o produto (manuais) e nos documentos para certificação, todas as partes e acessórios que podem ser utilizados com o equipamento, os quais serão parte da certificação, conforme anexo V, da Resolução nº 444, de 31 de agosto de 1999.

- 2.4. Considerar a Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária RDC nº 11, de 13 de maio de, 2014, onde dispõe sobre os requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para Serviços de Diálise e dá outras providências.
- 2.5. Onde determina que as máquinas de hemodiálise devem apresentar um desempenho que resulte na eficiência e eficácia do tratamento e na minimização dos riscos para os pacientes e operadores.
- 2.6. A entrega, instalação e funcionamento dos equipamentos a serem colocado em regime de LOCAÇÃO será de responsabilidade única e exclusiva da empresa vencedora num prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da assinatura do contrato, sem ônus adicional para a UFSM.
- 2.7. Caberá à empresa vencedora fornecer todas as partes e acessórios que podem ser utilizados com o equipamento, os quais serão parte integrante dos mesmos e a prestar manutenção preventiva e corretiva para a operacionalização dos mesmos durante o período de LOCAÇÃO, bem como a reposição de peças que se façam necessárias sem ônus para HUSM/UFSM.
- a. *Devem se executados registros periódicos adequados específicos e separados para manutenção preventiva e também para a manutenção corretiva em documento próprio. Estes registros deverão estar atualizados e disponíveis no Serviço de Farmácia e Manutenção do HUSM/UFSM., sempre que forem executados.*
- 2.8. Os procedimentos de sanitização e desinfecção dos equipamentos devem estar descritos em cronograma de execução, conforme orientação técnica.
- a. *Estes registros deverão estar atualizados e disponíveis no setor de controle com o (Gestor do contrato) do HUSM/UFSM, bem como encaminhar cópias dos documentos. Estes registros deverão estar atualizados e disponíveis no setor de manutenção do HUSM/UFSM, sempre que forem executados.*
- 2.9. A licitante vencedora disponibilizará o equipamento(s), até o fim do estoque de insumos e soluções, adquiridos, e deverá prestar, durante este período, assistência técnica e conserto gratuito do equipamento, tendo no máximo 48 horas para atender aos chamados do HUSM/UFSM.
- 2.10. No caso dos(s) equipamentos(s) necessitarem de parada para manutenção ou conserto, deve ser providenciado, imediatamente, uma solução técnica, disponibilizando equipamento(s) reserva(s).
- 2.11. A licitante vencedora deverá manter os manuais e prospectos com a descrição do equipamento contendo informações técnicas em língua portuguesa, cedido em LOCAÇÃO no HUSM/UFSM.
- 2.12. A licitante vencedora deverá prestar treinamento técnico científico de pessoal, até a sua completa capacitação, abrangendo atualizações, novidades, recursos e operação do equipamento nas dependências do HUSM/UFSM, e reciclagem quando solicitado.
- 2.13. A licitante vencedora deverá atualizar o software e o hardware, sem custo adicional para o HUSM/UFSM.
- 2.14. Caso seja necessária a remoção do(s) equipamento(s) por algum motivo ou no término do contrato, a responsabilidade pelo recolhimento e devolução do(s) equipamento(s) será única e exclusivamente da empresa fornecedora, incluindo conferência, embalagem e transporte, sem qualquer ônus para o HUSM/UFSM.



- 2.15. Quando solicitado fornecer certificado de calibração, (se for o caso).
- 2.16. A licitante vencedora deverá citar, quando da elaboração do contrato o(s) responsável (is) pela assistência técnica e manutenção dos equipamentos, enviar lista dos técnicos e telefones para contato.

3. **Garantia:**

- 3.1. O produto ofertado deverá ter garantia contra defeito de fabricação, deverá atender aos dispositivos da Lei nº 8.078/90 do (Código de Defesa do Consumidor), e demais Legislações pertinentes.
- 3.2. O produto ofertado deverá apresentar prazo de validade de no mínimo de 12 (doze) meses, a partir da entrega na unidade solicitante.

4. **Da entrega obrigatório:** Os fornecedores devem citar na nota fiscal o número do lote e número do empenho.

5. **Rótulo:** Nos materiais de consumo médico-hospitalar, os rótulos devem ser identificados com:

- a. Número do registro do Ministério da Saúde conforme publicação no D.O.U.
- b. Número Lote e de Série identificando cada produto.
- c. Rótulo e bula e as instruções de uso devem ser expressas em LÍNGUA PORTUGUESA
- d. Nome comercial do produto, marca do fabricante e origem.
- e. Nome do fornecedor e endereço
- f. Nome do responsável técnico
- g. Descrição do conteúdo/Tipo de embalagem
- h. Data de fabricação e validade (dia, mês, ano), a partir da data de entrega na unidade solicitante.
- i. Tipo do processo de esterilização a que foi submetido



MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

CONTRATO __/2014

Que firmam a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, (UFSM), CNPJ 95.591.764/0001-05, sediada na Cidade Universitária, em Santa Maria, neste ato representada pelo Vice Reitor, Prof. PAULO BAYARD DIAS GONÇALVES e a empresa, _____, estabelecida na _____, Fone _____, CNPJ _____, neste ato representada pelo Sr. _____, a seguir denominadas CONTRATANTE e CONTRATADA respectivamente, para a *Locação de Equipamentos, cumulado com fornecimento de materiais e soluções para o serviço de nefrologia do HUSM*, de acordo com o que prescreve a Lei 8666/93, alterada por Legislação Posterior, e Decreto 4.485, de 25 de novembro de 2002, e em face do que consta no processo 23081.011586/2014-94 e da proposta da licitante vencedora do Pregão Eletrônico 277/2014, que é parte integrante deste, firmam o presente CONTRATO, para o fim acima e de acordo com o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

Este contrato tem por objeto a *Locação de Equipamentos, cumulado com fornecimento de materiais e soluções para o serviço de nefrologia do HUSM*, conforme descrito em anexo ao presente contrato, como se aqui estivesse transcrito.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA

Será assinado contrato entre a UFSM e a CONTRATADA com a vigência por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, podendo a sua duração se estender até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, mediante aditamentos anuais.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA

A UFSM poderá aumentar ou suprimir o objeto, nos termos do artigo 65, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA

A CONTRATADA não poderá transferir a terceiros, no todo ou em parte, fornecimento do produto de que trata a presente licitação, sob pena de rescisão contratual.

CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR CONTRATUAL

O valor contratual é de R\$ _____ (_____) anuais, conforme preços constantes em anexo ao presente contrato.



SUBCLÁUSULA UNICA

O reajustamento dos preços será anual, com base na variação do INPC/IBGE, conforme determina a Lei 9.069/95 e legislação posterior.

CLÁUSULA TERCEIRA DO PAGAMENTO

A CONTRATANTE efetuará o pagamento mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada pela Unidade Solicitante/UFSM, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, a contar da data de entrega da fatura/nota fiscal na UFSM, desde que não haja impedimento legal.

SUBCLÁUSULA ÚNICA

O valor do pagamento será atualizado monetariamente pela variação do INPC, ocorrida no período; a partir da data do prazo final do adimplemento da obrigação até o efetivo pagamento.

CLÁUSULA QUARTA DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Para atender as despesas decorrentes da presente Contratação a UNIVERSIDADE emitiu a Nota de Empenho 2014NE_____, em anexo ao presente processo, independente de transcrição.

CLÁUSULA QUINTA DA VIGÊNCIA

O contrato vigorará por 12 (doze) meses, a partir de ____/____/____, podendo a sua duração se estender até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, mediante aditamentos anuais.

CLÁUSULA SEXTA DAS PENALIDADES

O inadimplemento total ou parcial das obrigações conferidas à adjudicatária ensejará a aplicação das sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n. 8.666/93, a saber:

- I) advertência;
- II) multa;
- III) suspensão temporária de participação em licitações;
- IV) impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- V) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração.

SUBCLÁUSULA ÚNICA

A advertência verbal ou escrita será aplicada, independentemente de outras sanções cabíveis, quando houver afastamento das condições do Contrato ou das condições técnicas estabelecidas.

CLÁUSULA SÉTIMA DAS MULTAS

A ocorrência dos casos previstos no Artigo 78 da Lei 8.666/93, ensejará a rescisão do Contrato. A CONTRATADA também incorrerá em multas nas seguintes situações:

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA

A multa em caso de atraso na prestação do serviço solicitado será de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor do serviço não executado. A CONTRATADA incorrerá em atraso na execução do objeto licitado se não fornecê-lo a partir do 1º (primeiro) dia após o prazo estipulado no anexo ao presente Contrato.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA

A Multa em caso de inadimplemento da CONTRATADA será de 20% (vinte por cento) sobre o valor empenhado que, requisitado, deixar de ser executado. A CONTRATADA será considerada inadimplente a partir do 15º (décimo quinto) dia da não prestação do serviço, após o prazo estipulado no anexo ao presente Contrato.

CLÁUSULA OITAVA DA GARANTIA

Para garantia da boa execução dos termos deste Contrato e pagamento de eventuais multas, a CONTRATADA cauciona a importância de R\$ _____ (_____), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, mediante _____.

SUBCLÁUSULA ÚNICA

Esta garantia será restituída à CONTRATADA, de forma integral ou o que dela restar, após o término do contrato.

CLÁUSULA NONA DA RESCISÃO

O presente CONTRATO poderá ser rescindido de acordo com o que estabelece o Artigo 78, da Lei n.º 8666 de 21.06.93.

CLÁUSULA DÉCIMA DA RESCISÃO ADMINISTRATIVA

A CONTRATADA reconhece, na hipótese de rescisão administrativa, prevista no artigo 77 da Lei 8.666/93, os direitos da CONTRATANTE, conforme prevê o art. 55, inciso IX, do mesmo diploma legal.



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DAS CONDIÇÕES DE QUALIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO

A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a vigência deste CONTRATO, as condições de qualificação e habilitação exigidas no ato convocatório. A qualquer tempo a CONTRATANTE poderá solicitar a comprovação da habilitação e qualificações em questão, conforme art. 55, inciso XIII da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DA GESTÃO DO CONTRATO

Fica indicado na forma do art. 67 da Lei nº 8.666/93, para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, o servidor NADIR ANTÔNIO TONIAL do HUSM.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DO FORO

Para dirimir as questões judiciais a respeito ao presente acordo o foro competente será a Justiça Federal na cidade de Santa Maria.

E para constar, lavrou-se o presente Termo de Contrato, que lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes, na presença de duas testemunhas, abaixo firmadas, maiores e capazes.

Santa Maria, de de 2014.

CONTRATANTE

CONTRATADA

NOME
CARGO

NOME
CARGO

TESTEMUNHAS:

NOME
CARGO

NOME
CARGO

ANEXO AO CONTRATO __/2014

1. OBJETO: *Locação de Equipamentos, cumulado com fornecimento de materiais e soluções para o serviço de nefrologia do HUSM, descritos a seguir:*

Grupo	Item	Código	Especificação dos equipamentos	Un.	Quant.	Valor Unit.(R\$)	Valor Total (R\$)
1	1		<p>Locação de 04 (quatro) MÁQUINAS PROPORCIONADORA que realizem sessões de hemodiálise em pacientes Adultos e Pediátrico, nas modalidades CONVENCIONAL E LENTA,</p> <ul style="list-style-type: none"> •Dispositivo que permita o tamponamento por bicarbonato; •Tratamento de hemodiálise com bicarbonato ou acetato; •Controlador e monitor de temperatura; •Controle automático de ultra filtração e monitor de pressão, trans-membrana com dispositivo de suspensão automática do funcionamento da bomba de sangue, parada da ultra filtração, e com alarmes sonoros e visuais; •Monitor contínuo da condutividade com dispositivos de suspensão automático da vazão da solução e com alarmes visuais e sonoros; •Detector de ruptura do dialisador com dispositivo de suspensão automática do funcionamento da bomba de sangue parada da ultra filtração e com alarmes sonoros e visuais; •Detector de bolhas e proteção contra embolismo gasoso, com dispositivo de suspensão automática do funcionamento da bomba de sangue, e com alarmes visuais e sonoros; •Proteção contra operação com modo de diálise quando estiver no modo de desinfecção; •Monitor de pressão de linha venosa e arterial com dispositivo de suspensão automática do funcionamento de bomba de sangue com alarme sonoro e visual; •Possibilidade de ultra-filtração isolada; •Possibilidades de fluxos de sangue de 20/30 a 500 ml/minuto (baixo fluxo); •Fluxo de dialisato de 300 á 700/800 ml/minuto; 	mês	12		



			<ul style="list-style-type: none"> •Ultra-filtração programada; •Possibilidades de variação de sódio do dialisato; •Bomba de heparina acoplada; •Com rodízio para fácil movimentação em qualquer piso; •Atendendo Resolução RDC nº 11 de 13 de março de 2014 				
--	--	--	---	--	--	--	--

Relação dos INSUMOS

Grupo	Item	Código	Especificação dos equipamentos	Un.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	2	LSHVA 000 U.	<p>Linha de Sangue para Hemodiálise VENOSA, com câmara cata bolhas com três orifícios, filtro de 250 micras. Adulto, , (com ou sem isolador de pressão), artigo médico-hospitalar de uso único, atóxico, estéril e isento de pirogênio, embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>Marca aprovada: >>Fresenius Medical Care/ref. B00.73.011.50</p>	U.	3.200		
	3	LSHAA 008 U.	<p>Linha de Sangue para Hemodiálise ARTERIAL, com cata bolha com 22 mm, com segmento da bomba de 8 mm, extensão para bomba de heparina para soro e ponto de injeção. Adulto, (com ou sem isolador de pressão), artigo médico-hospitalar de uso único, estéril, atóxico e isento de pirogênio, embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>Marca aprovada: >>Fresenius Medical Care/ref. B00.73.010.50</p>	U.	3.000		
	4	LSAVB 000 U.	<p>Linha de Sangue para hemodiálise Arterial e Venoso PAED/BABY R, para transferência do sangue do paciente para o dialisador (linha arterial), e do sangue do dialisador para o paciente em via de retorno (linha venosa), conjunto contendo: 1 unidade de linha arterial + 1 unidade de linha venosa + 1 unidade de drenagem, artigo médico-</p>	U.	120		

			hospitalar de uso único, atóxico, estéril, e isento de pirogênio, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >>Fresenius Medical Care/Linha Sangue AV-SET FMC PAED/BABY R/ref.F00001063				
	5	ICPRE 000 U.	Isolador Condutor de pressão, utilizado nas linhas condutoras de pressão arterial e venosa, com a finalidade de conectar as linhas à máquina para monitoramento da pressão arterial e venosa da fístula, possui filtro hidrofóbico para impedir a entrada de líquido na máquina de proporção, estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, atóxico e isento de pirogênio, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >>Fresenius Medical Care/ref. B00.73.008.50	U.	3.500		
	6	DCPF3 0.4 U.	Dialisador Capilar de Baixo fluxo para Hemodiálise com membrana (fibra) biocompatível de polissulfona, poliamida ou (similar) , área de superfície de 0.4m ² , estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >>Fresenius Medical Care/Hemoflow F3/ref.5001651	U.	120		
	7	DCPF4 0.8 U.	Dialisador Capilar de Alto fluxo para Hemodiálise com membrana (fibra) biocompatível de polissulfona, poliamida ou (similar) área de superfície de 0.7/0.8m ² , estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >>Fresenius Medical Care/Hemoflow F40-S/ref.5007141	U.	240		
	8	DCPF5 1.0 U.	Dialisador Capilar de Alto Fluxo para Hemodiálise com membrana (fibra) biocompatível de polissulfona, poliamida ou (similar), área de superfície de 1.0m ² , estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >>Fresenius Medical Care/Hemoflow F50 S/ref.F00002361 >>Baxter/Xenium HF 110/ref.R5M6400	U.	300		
	9	DCPF6 1.3 U.	Dialisador Capilar de Alto Fluxo para Hemodiálise com membrana (fibra)	U.	2.500		



			<p>biocompatível de polissulfona, poliamida ou (similar), área de superfície de 1.3m², estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>Marca aprovada:</p> <p>>>Fresenius Medical Care/Hemoflow F60 S/ref.F00002301</p> <p>>>Baxter/Xenium HF 130/ref.R5M6401</p>				
	10	DCPF7 1.6 U.	<p>Dialisador Capilar de Alto Fluxo para Hemodiálise com membrana (fibra) biocompatível de polissulfona, poliamida ou (similar), área de superfície de 1.6m², estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>Marca aprovada:</p> <p>>>Fresenius Medical Care/Hemoflow F70 S/ref.5007171</p> <p>>>Baxter/Xenium HF 170/ref.R5M6403</p>	U.	48		
	11	FPDPF 000 U.	<p>Filtro de Polissulfona com superfície de contato igual a 2.2m², para fluidos, que fornece um dialisato microbiologicamente adequado e puro, alta tecnologia e máxima segurança, utilizado também no sistema de HDF/HF (este dispositivo deve ser compatível com a marca do equipamento locado), nas máquinas atualmente modelo (Fresenius Medical Care) a infusão do próprio dialisato como solução de reposição nos procedimentos de hemodiafiltração e hemofiltração on-line, estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>Marca aprovada:</p> <p>>>Fresenius Medical Care/Diasafe Plus/ref.5008201</p>	.	120		
	12	CPHDP 245 L.	<p>Solução Ácida para Hemodiálise, usado em máquina de proporção, composição, padrão, com Água para injeção e variação após diluição em 1:34 de: Sódio 138,0 mEq/L, Potássio 2,0 mEq/L e Cálcio 3,5 mEq/L, em galões de 5 litros, solução pronta para uso, com tampa rosqueável com lacre rótulos de identificação contendo a formulação.</p>	L.	2.000		

			<p>Marca aprovada: >>Fresenius Medical Care/CPHD 24/34/ref.F00000415</p>				
	13	CPHD1 2G5 L.	<p>Solução Ácida para Hemodiálise, usado em máquina de proporção, composição, padrão, com Água para injeção e variação após diluição em 1:34 de: Sódio 138 mEq/L, Potássio 1,00 mEq/L e Cálcio 2,50 mEq/L, 107,51 Meq/L, Bic. Sódio 32 mEq/L, com Glicose (1.00g/L), em galões de 5 litros, solução pronta para uso, com tampa rosqueável com lacre rótulos de identificação contendo a formulação. Marca aprovada: >>Fresenius Medical Care/CPHD 12G/34/ref.B00.31.038.31</p>	L.	1.500		
	14	CPHD2 2G5L.	<p>Solução Ácida para Hemodiálise, usado em máquina de proporção, composição, padrão, com Água para injeção e variação após diluição em 1:34 de: Sódio 138 mEq/L, Potássio 2,00 mEq/L e Cálcio 2,50 mEq/L, 108,50 Meq/L, Bic. Sódio 32 mEq/L, com Glicose (1,00g/L), em galões de 5 litros, solução pronta para uso, com tampa rosqueável com lacre rótulos de identificação contendo a formulação. Marca aprovada: >>Fresenius Medical Care/CPHD 22G/34/ref.B00.31.037.31</p>	L.	3.000		
	15	CPHD2 3G5 L.	<p>Solução Ácida para Hemodiálise, usado em máquina de proporção, composição, padrão, com Água para injeção e variação após diluição em 1:34 de: Sódio 138 mEq/L, Potássio 2,00 mEq/L e Cálcio 3,50 mEq/L, 109,50 Meq/L, Bic. Sódio 32 mEq/L, com Glicose (1,00g/L), em galões de 5 litros, solução pronta para uso, com tampa rosqueável com lacre rótulos de identificação contendo a formulação. Marca aprovada: >>Fresenius Medical Care/CPHD 24G/34/ref.B00.31.021.31</p>	L.	3.000		
	16	CPHDB NA5 L.	<p>Solução Básica para Hemodiálise, em máquina de proporção, composição padrão, com água para injeção e Bicarbonato de Sódio á 8,4%(8,40g) em galão de 5 litros, solução pronta para uso, com tampa rosqueável com lacre e rótulos de identificação contendo a formulação. Marca aprovada: >>Fresenius Medical Care/CPHD Bicarbonato de Sódio 8,4%/ref.F00000414</p>	L.	7.000		



	17	EAPPH 005 L.	Esterilizante, (fungicida, bactericida, virucida, esporicida) é uma solução equilibrada à base de: Ácido Peracético 3,5 % + Peróxido de Hidrogênio 26,0 % + Ingredientes inertes 70,5 %, para esterilizante e desencrostante de máquina de hemodiálise, galão com 5 litros. Marca aprovada: >> Fresenius Medical Care/PURISTERIL 340/ref.B00.52.005.31	L.	200		
--	----	-----------------	---	----	-----	--	--

VALOR ESTIMADO GRUPO 01: R\$ _____

Item	Código	Especificação dos equipamentos	Un.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
18		<p>LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) EQUIPAMENTOS DE OSMOSE REVERSA PORTÁTIL, sistema portátil e completo de tratamento de água por osmose reversa, exclusivo para ser utilizadas em tratamento de hemodiálise domiciliar, unidades de terapia intensiva e unidades de hemodiálise. Projetado para operar em alimentação direta (online) do permeado, suprindo até 1 máquina de hemodiálise, incluindo pré tratamento, oferecendo todos os requerimentos para purificação microbiológica da água, segurança técnica e operação econômica.</p> <p>Pré-tratamento incluindo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Pré-tratamento com filtros de partículas;</i> • Filtro de carvão ativado para remoção de cloro; • Auto teste inicial para segurança do sistema durante o tratamento; • Silenciosa; • Capacidade mínima de produção de 1.100 ml/minuto = 66 litros/hora. • Possuir sistema de reaproveitamento de água com tanque de rompimento no interior da osmose; • Carrinho para transporte com sistema para fixação de mangueiras e rodízio para fácil movimentação em qualquer piso; 	Mês	12		

	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema eletrônico de monitorização de condutividade, tempo de uso e status da osmose na sua operação; • Água de osmose com condutividade adequada para tratamento de HD (o valor da condutividade da saída é equivalente ao 99,9 % da condutividade de entrada) livre de micro-organismos e substâncias pirógenas, (o valor teórico para a taxa de rejeição de micro-organismos é de 99,9%). • Trabalha com alimentação elétrica sistema á 220 V ou 110 V. • Atendendo Resolução RDC nº 11 de 13 de março de 2014 <p><i>Os custos dos Insumos devem estar embutidos no valor da locação, Pelo fato de cada equipamento ter mecanismo próprio de filtração, em vista disso torna-se impossível especificar e quantificar de uma forma genérica os insumos.</i></p>				
--	---	--	--	--	--

Valor total: R\$ _____

2. Dos equipamentos: Condições e obrigações

- 2.1. Os equipamentos devem ser novos ou em plenas condições de uso com garantias, o fabricante do equipamento deverá atestar, que o equipamento esta em linha de fabricação, e obrigatoriamente possuir registro no Ministério da Saúde (ANVISA), atender as normas, técnicas da **NBR** e ou do país de origem e deve possuir: Certificado de conformidade e qualidade do produto, emitida por um organismo de certificação de produto credenciado pelo **INMETRO** obedecendo às normas técnicas específicas da **ABNT**. (atualizada).
- 2.2. Obedecendo à regra especifica da **ABNT** (atualizada) para **EQUIPAMENTO ELETRO MÉDICO enquadrados como de médio risco (classe II) ou alto risco (classe III)**, conforme classificação de risco contida na portaria nº 2.043, de 12 de dezembro de 1994, para os quais existam **NORMAS DE SEGURANÇA NBR IEC 60601/1-2-16, para EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE**. Válida à partir de 31/01/2000, atualizada.
- 2.3. O fornecedor de equipamento sujeito a certificação, deve informar nos impressos que acompanham o produto (manuais) e nos documentos para certificação, todas as partes e acessórios que podem ser utilizados com o equipamento, os quais serão parte da certificação, conforme anexo V, da Resolução nº 444, de 31 de agosto de 1999.
- 2.4. Considerar a Resolução da Diretoria Colegiada da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária RDC nº 11, de 13 de maio de, 2014, onde dispõe sobre os requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para Serviços de Diálise e dá outras providências.
- 2.5. Onde determina que as máquinas de hemodiálise devem apresentar um desempenho que resulte na eficiência e eficácia do tratamento e na minimização dos riscos para os pacientes e operadores.



- 2.6. A entrega, instalação e funcionamento dos equipamentos a serem colocados em regime de LOCAÇÃO será de responsabilidade única e exclusiva da empresa vencedora num prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da assinatura do contrato, sem ônus adicional para a UFSM.
- 2.7. Caberá à contratada fornecer todas as partes e acessórios que podem ser utilizados com o equipamento, os quais serão parte integrante dos mesmos e a prestar manutenção preventiva e corretiva para a operacionalização dos mesmos durante o período de LOCAÇÃO, bem como a reposição de peças que se façam necessárias sem ônus para HUSM/UFSM.
- a. *Devem se executados registros periódicos adequados específicos e separados para manutenção preventiva e também para a manutenção corretiva em documento próprio. Estes registros deverão estar atualizados e disponíveis no Serviço de Farmácia e Manutenção do HUSM/UFSM., sempre que forem executados.*
- 2.8. Os procedimentos de sanitização e desinfecção dos equipamentos devem estar descritos em cronograma de execução, conforme orientação técnica.
- b. *Estes registros deverão estar atualizados e disponíveis no setor de controle com o (Gestor do contrato) do HUSM/UFSM, bem como encaminhar cópias dos documentos. Estes registros deverão estar atualizados e disponíveis no setor de manutenção do HUSM/UFSM, sempre que forem executados.*
- 2.9. A contratada disponibilizará o equipamento(s), até o fim do estoque de insumos e soluções, adquiridos, e deverá prestar, durante este período, assistência técnica e conserto gratuito do equipamento, tendo no máximo 48 horas para atender aos chamados do HUSM/UFSM.
- 2.10. No caso dos(s) equipamentos(s) necessitarem de parada para manutenção ou conserto, deve ser providenciado, imediatamente, uma solução técnica, disponibilizando equipamento(s) reserva(s).
- 2.11. A contratada deverá manter os manuais e prospectos com a descrição do equipamento contendo informações técnicas em língua portuguesa, cedido em LOCAÇÃO no HUSM/UFSM.
- 2.12. A contratada deverá prestar treinamento técnico científico de pessoal, até a sua completa capacitação, abrangendo atualizações, novidades, recursos e operação do equipamento nas dependências do HUSM/UFSM, e reciclagem quando solicitado.
- 2.13. A contratada deverá atualizar o software e o hardware, sem custo adicional para o HUSM/UFSM.
- 2.14. Caso seja necessária a remoção do(s) equipamento(s) por algum motivo ou no término do contrato, a responsabilidade pelo recolhimento e devolução do(s) equipamento(s) será única e exclusivamente da contratada, incluindo conferência, embalagem e transporte, sem qualquer ônus para o HUSM/UFSM.
- 2.15. Quando solicitado fornecer certificado de calibração, (se for o caso).

2.16. A contratada deverá citar, quando da elaboração do contrato o(s) responsável (is) pela assistência técnica e manutenção dos equipamentos, enviar lista dos técnicos e telefones para contato.

3. **Garantia:**

3.1. O produto ofertado deverá ter garantia contra defeito de fabricação, deverá atender aos dispositivos da Lei nº 8.078/90 do (Código de Defesa do Consumidor), e demais Legislações pertinentes.

3.2. O produto ofertado deverá apresentar prazo de validade de no mínimo de 12 (doze) meses, a partir da entrega na unidade solicitante.

4. **Da entrega obrigatório:** Os fornecedores devem citar na nota fiscal o número do lote e número do empenho.

5. **Rótulo:** Nos materiais de consumo médico-hospitalar, os rótulos devem ser identificados com:

- a. Número do registro do Ministério da Saúde conforme publicação no D.O.U.
- b. Número Lote e de Série identificando cada produto.
- c. Rótulo e bula e as instruções de uso devem ser expressas em LÍNGUA PORTUGUESA
- d. Nome comercial do produto, marca do fabricante e origem.
- e. Nome do fornecedor e endereço
- f. Nome do responsável técnico
- g. Descrição do conteúdo/Tipo de embalagem
- h. Data de fabricação e validade (dia, mês, ano), a partir da data de entrega na unidade solicitante.
- i. Tipo do processo de esterilização a que foi submetido